

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot: przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu i przyrządów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego postępowania i zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów ogólnych warunków umowy dotyczących terminów płatności z 60 dni na 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu w załączniku nr 2 Zestawienie granicznych parametrów techniczno – użytkowych wraz z formularzem cenowym (pakiet nr 1) punkt VIII podpunkt 9 z:

Niesprawność dostarczonego sprzętu powyżej 48 godzin przedłuża czas gwarancji o pełny okres niesprawności, na zapis:

Niesprawność dostarczonego sprzętu powyżej 96 godzin przedłuża czas gwarancji o pełny okres niesprawności.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i zmienia Załącznik nr 2 do SIWZ – Zestawienie granicznych parametrów techniczno – użytkowych wraz z formularzem cenowym w zakresie Pakietu 1, pkt VIII.9 poprzez zmianę zapisu na następujący: Niesprawność dostarczonego sprzętu powyżej 96 godzin przedłuża czas gwarancji o pełny okres niesprawności.

Jednocześnie Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przedmiotowe zamówienie, tj.:

1. Zmienia Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy, w zakresie Pakietu 1, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2.
2. Zmienia Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt umowy w zakresie § 6 ust. 8, tj.:
zmienia zapis: Niesprawność dostarczonego sprzętu powyżej 48 godzin przedłuża czas gwarancji o pełny okres niesprawności.
na zapis: Niesprawność dostarczonego sprzętu powyżej 96 godzin przedłuża czas gwarancji o pełny okres niesprawności.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Termin składania ofert do dnia 17.03.2017 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.03.2017 r. o godz. 10:15.