

Tarnobrzeg, dnia 26.04.2017 r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot: przetargu nieograniczonego na: Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego przetargu i zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

### Pytanie 1

Dotyczy załącznika nr 2 formularz cenowy pakiet 68: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące pakietu 68 – Aparat USG: w tabeli jest napisane VOLUSON, według naszej wiedzy aparat taki nie istnieje prosimy o doprecyzowanie o jaki typ aparatu chodzi.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że Pakiet 68 dotyczy Aparatu USG – typ aparatu Voluson S6 BT 12 producent; General Elektronik.

### Pytanie 2

Dotyczy załącznika 1 formularz oferty punkt 4: Firma nasza dokumentuje wykonanie usługi poprzez wystawienie Raportów Serwisowych przez inżyniera serwisowego nie stosuje praktyki używania kart pracy. Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie karty pracy Raportem Serwisowym.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający zgadza się na zastąpienie karty pracy Raportem Serwisowym.

### Pytanie 3

do formularza cenowego – załącznik nr 2 ( pakiety 10, 12 ,13, 18, 20, 22, 25, 27, 36, 42, 45, 47, 51, 52, 55, 57, 58, 62, 63, 66, 85, 89, 94, 96, 98, 99, 106, 108, 116, 118, 122, 125, 133, 135, 140, 150, 152, 153)

Zamawiający zawarł w SIWZ aby Wykonawca uwzględnił wymianę akumulatorów.

Jeżeli mamy wymieniać akumulatory, prosimy o informację w których urządzeniach w przeciągu 2 lat nastąpiła taka wymiana?

Według zaleceń producenta wymiana akumulatorów nie następuje co roku, zależne jest to od wielu czynników m. in. warunków eksploatacji, dlatego po odpowiedniej diagnozie serwisant może stwierdzić taką konieczność.

**Odpowiedź:** Zamawiający poniżej przedstawia listę urządzeń oraz daty wymiany akumulatorów:

1. Aparat do znieczuleń Aestiva – 29.04.2014
2. Aparat do znieczuleń Aestiva - 22.12.2015, 30.06.2014, 29.04.2014
3. Elektrokardiograf BTL 08MT - zalecana wymiana akumulatora
4. Respirator Evita 4 – 11.02.2016
5. Respirator Evita 4 – 11.02.2016
6. Respirator Evita 4 – 17.02.2015
7. Respirator Evita 4 - 12.02.2016
8. Ssak elektryczny Accuvac – zalecana wymiana akumulatora
9. Ssak Ambu PPS - zalecana wymiana akumulatora
10. Pompa infuzyjna AP22 – 27.08.2015
11. Pompa infuzyjna AP22 – 27.08.2015
12. Pompa strzykawkowa SEP 21S – 28.08.2015
13. Pompa strzykawkowa SEP 21S – 16.05.2013
14. Pompa strzykawkowa SEP 21S – 7.07.2014
15. Pompa infuzyjna AP22 – 27.08.2015
16. Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP22 – 27.08.2015
17. Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP22 – 30.01.2015
18. Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP22 – 04.12.2014
19. Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP22 – 27.08.2015
20. Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP22 – 27.08.2015
21. Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP22 – 19.03.2015
22. Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP22 – 27.08.2015
23. Pompa infuzyjna SEP 21S – 23.07.2014
24. Pompa infuzyjna SEP 21S – 23.07.2014
25. Pompa infuzyjna SEP 21S – 23.07.2014
26. Pompa infuzyjna SEP 21S – 22.10.2013
27. Pompa infuzyjna SEP 21S – 23.07.2014

28. Pompa infuzyjna SEP 21S- 23.07.2014
29. Pompa infuzyjna SEP 21S- 23.07.2014
30. Pompa infuzyjna SEP 21S- 23.07.2014
31. Pompa perystaltyczna AP 31P – 15.04.2016
32. Pompa objętościowa AP 31P – 28.08.2014
33. Pompa infuzyjna SEP 11S – 27.08.2015
34. Pompa infuzyjna SEP 11S – 27.08.2015
35. Pompa infuzyjna SEP 11S – 27.08.2015
36. Pompa strzykawkowa SEP 21S – 30.09.2015
37. Pompa strzykawkowa AP 22 – 27.08.2015
38. Pompa infuzyjna SEP 21S – 27.08.2015
39. Pompa infuzyjna SEP 11S – 19.03.2015
40. Pompa infuzyjna AP12 - 13.11.2014
41. Pompa infuzyjna AP12 – 24.03.2015, 28.08.2015
42. Pompa infuzyjna AP22 – 24.03.2015, 28.12.2015
43. Pompa strzykawkowa dwutorowa SEP 21S – 28.08.2015
44. Pompa strzykawkowa dwutorowa SEP 21S – 28.08.2015
45. Pompa infuzyjna AP22 – 27.08.2016
46. Pompa strzykawkowa SEP 21S – 04.12.2014
47. Pompa strzykawkowa SEP 21S – 28.08.2015
48. Pompa strzykawkowa SEP 21S – 28.12.2015
49. Pompa infuzyjna AP22 – 27.08.2015
50. Pompa infuzyjna strzykawkowa Pilot A2 – 07.09.2015
51. Pompa infuzyjna strzykawkowa Pilot A2 – 07.09.2015
52. Pompa infuzyjna strzykawkowa Pilot A2 – 26.03.2014
53. Pompa infuzyjna TE 171 NW 3 – 03.11.2015
54. Pompa infuzyjna TE 171 NW 3 – 14.01.2016
55. Pompa infuzyjna TE 171 NW 3 – 29.10.2015
56. Pompa infuzyjna TE 171 NW 3 – 28.10.2015
57. Pompa infuzyjna TE 171 NW 3 – 29.10.2015
58. Pompa infuzyjna TE 171 NW 3 – 29.10.2015
59. Pompa infuzyjna TE 171 NW 3 – 29.10.2015
60. Pompa infuzyjna TE 171 NW 3 – 29.10.2015
61. Pompa infuzyjna TE 171 NW 3 – 13.02.2017
62. Pompa infuzyjna S – 22.01.2015
63. Infant Flow - Zestaw do wspomaganie oddechu – 28.11.2016
64. Infant Flow - Zestaw do wspomaganie oddechu – 28.11.2016
65. Defibrylator Defigard – 04.07.2014
66. Kardiomonitor Diaskope 3050 – 25.04.2014
67. Defibrylator MC=RXX Cardio-Aid TM MC – 20.06.2014
68. Defibrylator Defi Max Biphasic – 12.02.2016
69. Kardiomonitor MEC 1000 – 23.10.2014, 12.02.2016
70. Defibrylator M1722B – 10.04.2014
71. Defibrylator BASIC M-series – 12.02.2016
72. Defibrylator BP/PAC – 05.08.2015
73. Defibrylator M-series – 01.09.2015
74. Defibrylator ZOLL AED PRO – 06.05.2014, 12.02.2016
75. Defibrylator Responder 2000 - zalecana wymiana akumulatora
76. Defibrylator + pulsoksymetr Defigard 1002 D – zalecana wymiana akumulatora
77. Pulsoksymetr – 25.04.2014
78. Pulsoksymetr Oxypleth Novamatrix – 23.09.2015
79. Pulsoksymetr Nellcor – 25.03.2016
80. Elektrokardiograf Ascard – 27.07.2015
81. Elektrokardiograf Ascard – 26.12.2015

W pozostałych urządzeniach nie odnotowano wymiany akumulatorów.

#### Pytanie 4

##### do formularza cenowego – załącznik nr 2 ( pakiety 36 i 51)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą także o informacje czy w ramach przeglądów respiratorów mają być wymieniane pakiety serwisowe? Jeżeli tak prosimy o informację co zostało wymienione w podanych respiratorach w przeciągu 3 lat?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga wymiany pakietów zgodnie z zaleceniami producenta w przeciągu 3 lat dokonano wymiany lub naprawy

(pakiet 36)

- Poz 1) Naprawa wskaźnika tlenu 10.11.2016r  
Poz 2) Brak wymiany pakietów serwisowych  
Poz 3) Wymiana zastawki Demond 10.11.2016r

(pakiet 51) - Brak wymiany pakietów serwisowych

#### **Pytanie 5**

##### **do formularza cenowego – załącznik nr 2 ( pakiety 98)**

Prosimy o podanie jakie urządzenia wchodzi w skład shaver'a oraz zestawu laparoskopowego?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w skład shavera wchodzi:

- Konsola Core
- Shaver artroskopowy Formuła HC
- Wiertarka RemB Uniwersal driver
- Nasadka piła oscylacyjna
- Nasadka Jacobs
- Nasadka do drutu kirschnera
- Przewód sterujący
- Kasetka sterująca Shaver
- Kasetka sterująca wiertarki

W skład Zestawu laparoskopowego wchodzi:

- Sterownik kamery HD
- Główna kamera HD
- Źródło światła Xenon Nova 300
- Insuflator
- Pompa ssąco- płucząca
- Monitor HD 24"

#### **Pytanie 6**

##### **Dotyczy przedmiotu umowy – Pakiet nr 90, 121,**

Wykonawca zwraca się za zapytaniem do Zamawiającego czy w aparatach z powyższych pakietów były wymienione akumulatory podczas ostatniego przeglądu? W przypadku negatywnej odpowiedzi, czy Zamawiający wymaga by przedstawiona oferta obejmowała wymianę akumulatorów.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga wymiany akumulatorów, zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 7**

##### **Dotyczy przedmiotu umowy - Pakiet nr 5, 90, 121, 122, 123, 130, 140**

Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego czy będzie wymagał od każdego Wykonawcy, przedstawienia certyfikatów szkoleń od Wykonawcy, które odbył w siedzibie producenta do dokonywania przeglądów i napraw danego aparatury medycznej do wyżej wymienionego pakietu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

#### **Pytanie 8**

##### **Dotyczy przedmiotu umowy – Pakiet nr 5**

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o podanie prawidłowych typów monitorów z powyższego pakietu, ponieważ wg Wykonawcy są one obłądne.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje: Pozycja 3 typ S/5.

#### **Pytanie 9**

##### **Dotyczy przedmiotu umowy – Pakiet nr 5, 122, 123, 130,**

Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego czy monitory z powyższych pakietów są wyposażone w moduły gazowe? W przypadku pozytywnej odpowiedzi Wykonawca prosi o podanie typów wszystkich modułów do każdego z monitora. Informacja ta jest niezbędna w celu oszacowania konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że dla pakietu 122 obowiązuje odpowiedź na pytanie 56. Zamawiający informuje, że w każdym monitorze, określonym w pakiecie 5 są zainstalowane moduły gazowe, natomiast w pakiecie 123 i 130 nie są zainstalowane moduły gazowe.

#### **Pytanie 10**

##### **Dotyczy przedmiotu umowy – Pakiet nr 5, 90, 121, 122, 123, 130, 140**

Czy podczas przeglądu Zamawiający wymagał od każdego Wykonawcy wymieniany części serwisowych w zaoferowanej cenie zgodnie z wymaganiami producenta?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga.

### Pytanie 11

#### Dotyczy przedmiotu umowy – Pakiet nr 90

Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego czy respiratory z powyższego pakietu są wyposażone w moduły gazowe?

**Odpowiedź:** Tak, respiratory określone w Pakiecie 90 są wyposażone w moduły gazowe.

### Pytanie 12

Prosimy o informacje na temat obecnego stanu technicznego urządzeń z pakietu 105. Informacje te są niezbędne do sporządzenia oferty cenowej - zapis SIWZ, Część B- II, punkt 4h - naprawa.

**Odpowiedź:** Urządzenia sprawne technicznie.

### Pytanie 13

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 16 pozycji nr 8. Wydzielenie pozycji umożliwi wystartowanie z ofertą większej liczbie uczestników.

**Odpowiedź:** Zamawiający wydziela w/w pozycje z Pakietu 16 i tworzy oddzielny Pakiet 156.

### Pytanie 13

W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz politykę compliance koncernu BBraun, stosownie do art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający zgodnie z zapisami w pkt. 4 Protokołu postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, wskazuje:

1. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

- 1) Kierownik Zamawiającego – DYREKTOR Wiktor Stasiak
- 2) Komisja przetargowa w składzie:
  - A) Przewodniczący/Sekretarz: Sylwia Sapielak – Majchrowska
  - B) Członek komisji: Mariusz Żyła
  - C) Członek Komisji: Zbigniew Urban
- 3) Inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu:
  - A) Bożena Sudoł – Kaczmarek
  - B) Grzegorz Ciszewski

2. Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania:

- A) Eliza Czerwińska
- B) Bożena Sudoł – Kaczmarek
- C) Grzegorz Ciszewski
- D) Mariusz Żyła
- E) Zbigniew Urban
- F) Sylwia Sapielak – Majchrowska

### Pytanie 14

#### Dot. SIWZ, część C.I, warunki udziału w postępowaniu pkt 3.a),b),c) , C.III. pkt 2 ppkt 4) b) oraz c)

Prosimy o potwierdzenie, że dla aparatów USG ujętych w pakiecie 17 oraz tomografu komputerowego ( pakiet 71) Zamawiający wymaga aby zlecone usługi były wykonane przez autoryzowany serwis producenta i/lub przy udziale osób posiadających szkolenia producenta do wykonywania przeglądów i napraw.

Jedynie autoryzowany serwis jest w stanie zapewnić właściwą, wysoką jakość usług, dostęp do oryginalnych części zamiennych oraz zagwarantować właściwą pracę aparatu i jego przydatność diagnostyczną oraz jak najdłuższą żywotność. Dlatego producent zaleca obsługę jedynie autoryzowanego serwisu. Autoryzowany serwis dysponuje pracownikami, którzy odbyli szkolenia u producenta więc posiadają specjalistyczną wiedzę na temat sprzętu, który serwisują. Ponadto wszelkie zmiany aparatu, modyfikacje przy użyciu nieoryginalnych części i nieautoryzowanego oprogramowania, bądź niewłaściwie przeprowadzone naprawy mogą skutkować utratą wymaganych niezbędnych możliwości diagnostycznych oraz bezpieczeństwa użytkowania aparatu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie 15****Dot. SIWZ,**

Zamawiający do wymiany części w urządzeniach zobowiązuje Wykonawcę do użycia. Prosimy o potwierdzenie, że dla aparatów USG (pakiet 17) oraz Tomografu Komputerowego (pakiet 70) Zamawiający wymaga zapewnienia dostępności części zamiennych dedykowanych przez producenta aparatu USG.

Tylko w ten sposób można zapewnić pełną kompatybilność części zamiennych z aparatami, odpowiednią jakość obrazowania i długą żywotność sprzętu.

Ponadto pragniemy podkreślić, że użycie części regenerowanych jest tylko pozornie tańsze, ponieważ taka część ma skróconą żywotność i częściej trzeba ją wymieniać.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie 16****Dot. SIWZ pkt. Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Projekt umowy, załącznik nr 8 do SIWZ . par 4 ( Termin i warunki realizacji) pkt 6 w zestawieniu z pkt 7**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wyłączenia aparatów z użytku na stałe ( np. z powodu nieopłacalnej do naprawy awarii lub wieku aparatu) Wykonawca nie ma obowiązku zapewnić urządzenia zastępczego.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w przypadku braku możliwości naprawy aparatu, nie będzie wymagał urządzenia zastępczego.

**Pytanie 17****Dotyczy pakietu nr 36, 51, 64, 90, 136, 137:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd respiratorów wymienionych w SIWZ obejmuje również wymianę akumulatorów oraz pakietów serwisowych ? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

**Odpowiedź:** Tak, zgodnie z zaleceniami producenta.

**Pytanie 18****Dotyczy pakietu nr 121, 124:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd aparatów do znieczuleń obejmuje także przegląd znajdujących się przy nich monitorów i modułów gazowych ? Jeśli tak prosimy o wskazanie nazwy ich producenta, typ/model oraz rok produkcji. Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

**Odpowiedź:** Kardiomonitorzy pracujące z aparatami do znieczuleń zostały ujęte w innym pakiecie, natomiast należy uwzględnić przegląd modułów gazowych.

**Pytanie 19****Dotyczy pakietu nr 47, 62, 63, 85, 135:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd defibrylatorów wymienionych ww. pakietach uwzględniać powinien także wymianę akumulatorów ? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 20****Dotyczy pakietu nr 5, 13, 16, 18, 25, 36, 42, 47, 51, 53, 58, 62, 63, 64, 85, 90, 94, 96, 108, 118, 121, 122, 123, 124, 130, 133, 135, 136, 137, 140:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy w wycenie usług w zakresie ww. pakietów należy uwzględnić wymianę elementów eksploatacyjnych / zużywalnych / części zamiennych (np. filtry, czujniki) / zestawów serwisowych/ akumulatorów ? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej jak również dla ewentualnego badania i wyjaśniania tzw. rażąco niskiej ceny.

**Odpowiedź:** Dotyczy Pakietu 132, 18, 25, 36, 42, 47, 51, 58, 62, 63, 85, 94, 96, 108, 118, 122, 133, 135, 140 zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3. Pozostałe Pakiety - należy uwzględnić wymianę akumulatorów i zestawów serwisowych.

**Pytanie 21**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy dla urządzeń produkcji firmy Dräger wymagany jest przegląd: półroczny, roczny, dwuletni, trzyletni, czteroletni czy sześcioletni ? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej oraz decyzji o złożeniu oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy, określił dla którego pakietu wymaga 2 lub więcej przeglądów w okresie obowiązywania umowy na przedmiotowe zamówienie.

**Pytanie 22**

Czy zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował dokumentacją serwisową opracowaną przez producenta sprzętu, która stanowi podstawę do prawidłowego wykonania przeglądu technicznego?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został wykonany zgodnie z zaleceniami producenta.

**Pytanie 23**

Czy Zamawiający zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w celu sprawdzenia uprawnień Wykonawcy do prowadzenia serwisu oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjenta będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urządzeń z formularza cenowego pakiet nr 45, 124, 136 oraz 149 autoryzacji producenta na wykonywanie usług serwisowych?

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 15.

**Pytanie 24**

Czy Zamawiający zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w celu weryfikacji wiedzy i doświadczenia Wykonawcy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urządzeń z formularza cenowego pakiet nr 45, 124, 136 oraz 149, imiennych certyfikatów ze szkoleń serwisowych na urządzenia objęte zamówieniem wystawionych przez producenta sprzętu lub autoryzowany serwis? Tylko specjalistyczne szkolenie odbyte u producenta sprzętu medycznego w sposób wystarczający zapewnia posiadanie wiedzy i umiejętności do wykonania czynności serwisowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 25**

Czy zamawiający zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w celu weryfikacji potencjału technicznego Wykonawcy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urządzeń z formularza cenowego pakiet nr 45, 124, 136 oraz 149, przedstawienia: listy urządzeń kontrolno- pomiarowych do sprawdzania aparatury medycznej wraz z aktualnymi dokumentami kalibracji? Urządzenia powinny być zgodne z listą urządzeń wymienionych w instrukcji wykonania przeglądów opracowanej przez producenta sprzętu.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, aby lista urządzeń kontrolno-pomiarowych użytych do przeglądów/naprawy była wymieniona w karcie pracy.

**Pytanie 26**

Czy Zamawiający dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów oraz zgodności zapisów z instrukcji obsługi urządzenia będzie wymagał od wszystkich Wykonawców do przeprowadzenia przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych części zamiennych ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga nowych części zamiennych.

**Pytanie 27**

Ustawa o wyrobach medycznych celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjenta wymaga przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie z wymogami producenta . Czy zamawiający wymaga od wszystkich Wykonawców aby w ramach procedury przeglądowej zgodnej z wymogami producenta dla urządzeń z formularza cenowego pakiet nr 45, 124, 136 oraz 149 zostały wymienione części zużywalne według harmonogramu podanego w instrukcji obsługi ? Tylko wykonanie pełnej procedury przeglądowej zgodnie z zaleceniami producenta gwarantuje bezpieczeństwo pracy aparatu.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga.

**Pytanie 28**

Przeglądy techniczne opisane w dokumentacji technicznej producenta wymagają wymiany części eksploatacyjnych . Czy Zamawiający dla zapewnienia porównywalności ofert różnych Wykonawców zgodzi się dla urządzeń z formularza cenowego pakiet nr 136 na dodanie wymogu wymiany części eksploatacyjnych według nr katalogowych producenta, zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia, według listy poniższej. Części te mają być wyszczególnione dalej w raporcie serwisowym i na fakturze. Wymóg ten będzie obowiązywał wszystkich Wykonawców

## Pakiet 136 pozycja 1-6 Evita 4

MX0822 0	Evita 2/S2/2Dura/4/XL Set 1y	szt	1
8412384	FILTR PYŁOWY EVITA 4	szt	4
8415978	FILTR PRZECIWPYŁOWY	szt	2

## Pakiet 136 pozycja 7 Savina

MX0865 9	ZESTAW SERWISOWY SAVINA 2- LETNI	szt	1
-------------	-------------------------------------	-----	---

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga jako załącznik do karty pracy.

#### Pytanie 29

Przeglądy techniczne opisane w dokumentacji technicznej producenta wymagają wymiany części eksploatacyjnych. Czy Zamawiający dla zapewnienia porównywalności ofert różnych Wykonawców zgodzi się dla urządzeń z formularza cenowego pakiet nr 124 na dodanie wymogu wymiany części eksploatacyjnych według nr katalogowych producenta, zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia, według listy poniższej. Części te mają być wyszczególnione dalej w raporcie serwisowym i na fakturze. Wymóg ten będzie obowiązywał wszystkich Wykonawców

Pakiet 124 pozycja 1

MX0883 2	ZESTAW 2-LETNI FABIUS GS	szt	1
-------------	--------------------------	-----	---

Pakiet 124 pozycja 2

2866726	Air Filter NP Module 10pcs	op	0,2
MS31385	E/M SPR LITH ION BATT ORG 5.9	szt	1

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga jako załącznik do karty pracy.

#### Pytanie 30

Przeglądy techniczne opisane w dokumentacji technicznej producenta wymagają wymiany części eksploatacyjnych. Czy Zamawiający dla zapewnienia porównywalności ofert różnych Wykonawców zgodzi się dla urządzeń z formularza cenowego pakiet nr 26 na dodanie wymogu wymiany części eksploatacyjnych według nr katalogowych producenta, zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia, według listy poniższej. Części te mają być wyszczególnione dalej w raporcie serwisowym i na fakturze. Wymóg ten będzie obowiązywał wszystkich Wykonawców

pakiet 26 pozycja 1-10 Monitor Infinity Delta

2866726	Air Filter NP Module 10pcs	op	0,2
MS31385	E/M SPR LITH ION BATT ORG 5.9	szt	1

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga jako załącznik do karty pracy.

#### Pytanie 31

W pakiecie 45 znajdują się pompy firmy Fresenius. Według zapisów w instrukcji obsługi w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa użytkowników i pacjentów pompy powinny mieć wymieniony akumulator co 36 miesięcy. Czy Zamawiający wymieniał w pompach w przeciągu ostatnich 3 lat podczas przeglądu akumulatory?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dokonał wymiany akumulatorów.

#### Pytanie 32

W pakiecie 31 znajdują się urządzenia różnych producentów. Prosimy o wydzielenie pozycji 1, 2-5, 7-8, 10-14 do osobnego pakietu. Umożliwi to złożenie oferty przez autoryzowany serwis.

**Odpowiedź:** Zamawiający wydziela w/w pozycje z Pakietu 16 i tworzy oddzielny Pakiet 157.

#### Pytanie 33

W pakiecie 16 znajdują się urządzenia różnych producentów. Prosimy o wydzielenie pozycji 2-7 do osobnego pakietu. Umożliwi to złożenie oferty przez autoryzowany serwis.

**Odpowiedź:** Zamawiający wydziela w/w pozycje z Pakietu 16 i tworzy oddzielny Pakiet 158.

#### Pytanie 34

##### Dot. SIWZ część C.I.1.1.3b – pakiet 4

Diatermie chirurgiczne to urządzenia dawkujące prąd do ciała pacjenta, a nieprawidłowo wykonane czynności serwisowe mogą stać się przyczyną incydentu medycznego. Jednocześnie zgodnie z wymogami producenta diatermii wg zadania 4 tj. firmy ERBE Elektromedizin GmbH Niemcy (np. w instrukcji użytkowania urządzenia) czynności serwisowe (w szczególności naprawy i zmiany) powinny być wykonywane wyłącznie przez producenta lub osobę upoważnioną przez niego.

Z uwagi na powyższe prosimy o potwierdzenie, że wymagając dla pakietu 4, aby Wykonawca dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw danego sprzętu oraz aparatury medycznej min. 1 rok, Zamawiający wymaga posiadania przez tą osobę pisemnego poświadczenia odbytych szkoleń serwisowych u producenta diatermii.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 35****Dot. pakiet 4 - diatermie ERBE**

Prosimy o informację, czy z uwagi na inwazyjność wyrobów jakimi są diatermie elektrochirurgiczne dawkujące prąd do ciała pacjenta i związane z tym podwyższone ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy dysponowania autoryzacją producenta do wykonywania czynności serwisowych. Nieautoryzowana ingerencja w urządzenie skutkować może ograniczeniem odpowiedzialności wytwórcy za produkt.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 36****Dot. Umowa Par.4 ust.26-29**

Czy w przypadku gdy Wykonawca powierzy wykonywanie czynności w zakresie realizacji umowy podwykonawcy będącemu osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, który nie będzie zatrudniał żadnych osób trzecich do wykonywania czynności w zakresie realizacji umowy, a wykona je osobiście, to wymóg zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji umowy nie będzie miał zastosowania?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 37****Dot. Umowa Par.4 ust.26-29**

Czy w przypadku gdy Wykonawca powierzy wykonywanie czynności w zakresie realizacji umowy podwykonawcom osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wspólnie w ramach spółki cywilnej, którzy nie będą zatrudniać żadnych osób trzecich do wykonywania przeglądów i napraw, a wykonają je osobiście, to wymóg zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji umowy nie będzie miał zastosowania?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 38****Dot. Umowa Par.4 ust.26-29**

Czy w przypadku gdy Wykonawca do wykonywania przeglądów i napraw sprzętu medycznego skieruje osobę zatrudnioną przez Wykonawcę na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459) Kodeks cywilny stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu i która stanowi dla zleceniobiorcy przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032) w sytuacji, gdy stosunek prawny pomiędzy Wykonawcą i zleceniobiorcą nie będzie miał cech konstytuujących stosunek pracy według art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1666), w szczególności zleceniobiorca nie będzie podlegał kierownictwu Wykonawcy oraz będzie posiadał swobodę w wyborze czasu i miejsca wykonywania zadań, a także będzie uprawniony do powierzenia wykonywania zadań osobie trzeciej po uprzedniej akceptacji osoby trzeciej przez Wykonawcę i Zamawiającego, to wymóg zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji umowy nie będzie miał zastosowania?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 39****Dot. Umowa Par.4 ust.26-29**

Czy w przypadku gdy zakres obowiązków pracownika skierowanego do wykonywania przeglądów i napraw sprzętu medycznego objęty jest obowiązkiem zachowania poufności przez pracownika i przez Wykonawcę lub stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, przekazanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zanimizowanej umowy o pracę bez zakresu obowiązków pracowników będzie wystarczającym udowodnieniem zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji umowy?

**Odpowiedź:** Tak, jeżeli z przedmiotu umowy będą wynikać wymagania Zamawiającego.

**Pytanie 40****Dot. Umowa Par.4 ust.26-29**

Czy w przypadku gdy data zawarcia umowy o pracę przez Wykonawcę z pracownikiem skierowanym do wykonywania przeglądów i napraw sprzętu medycznego objęta jest obowiązkiem zachowania poufności przez pracownika i przez Wykonawcę lub stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, przekazanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zanimizowanej umowy o pracę bez uwidocznienia daty zawarcia umowy będzie wystarczającym udowodnieniem zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji umowy?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.



**Pytanie 41****Dot. Umowa Par.4 ust.26-29**

Czy w przypadku gdy rodzaj umowy o pracę zawartej przez Wykonawcę z pracownikiem skierowanym do wykonywania przeglądów i napraw sprzętu medycznego objęty jest obowiązkiem zachowania poufności przez pracownika i przez Wykonawcę lub stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, przekazanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zanimizowanej umowy o pracę bez uwidocznienia rodzaju umowy o pracę będzie wystarczającym udowodnieniem zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji umowy?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 42****Dot. Umowa Par.4 ust.26-29**

Czy w przypadku gdy wymiar etatu umowy o pracę zawartej przez Wykonawcę z pracownikiem skierowanym do wykonywania przeglądów i napraw sprzętu medycznego objęty jest obowiązkiem zachowania poufności przez pracownika i przez Wykonawcę lub stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, przekazanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zanimizowanej umowy o pracę bez uwidocznienia wymiaru etatu umowy o pracę będzie wystarczającym udowodnieniem zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji umowy?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 43****Dot. Umowa Par.4 ust.26-29**

Czy Zamawiający dopuszcza inne formy potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymagań wskazanych w § 4 ust. 26,27 projektu umowy, jak np. oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji umowy.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 44****Dot. Umowa Par.4 ust.26-29**

Czy przy składaniu zanimizowanych kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem prawidłowe i wystarczające jest używanie przy poświadczeniu zwrotu „poświadczam za zgodność z oryginałem w niezanimizowanym zakresie”?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 45**

Prosimy o dokładną informację czy wykonanie naprawy będzie się odbywało na podstawie zgłoszenia dokonywanego przez Zamawiającego?

Czy podstawą wykonania naprawy będzie zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys sporządzony przez Wykonawcę i obejmujący koszty robocizny oraz części zamiennych a także koszty dojazdu/transportu ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 46**

Czy w przypadku braku możliwości wykonania naprawy ze względu na wycofanie danego urządzenia z obsługi serwisowej i np. brak dostępności części zamiennych Zamawiający zaakceptuje oświadczenie o takim fakcie sporządzone przez Wykonawcę ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 47**

Czy w przypadku konieczności wysłania uszkodzonego urządzenia do serwisu centralnego producenta Zamawiający zaakceptuje wydłużony termin naprawy z zastrzeżeniem otrzymania nieodpłatnie na czas naprawy urządzenia zastępczego o podobnych parametrach ? Czy w przypadku braku akceptacji kosztorysu Zamawiający w omawianym przypadku pokryje koszty wykonania diagnostyki?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, aby diagnostyka naprawy została wykonana na koszt Wykonawcy w ramach umowy na przedmiotowe zamówienie.

**Pytanie 48**

Prosimy o dokładne wyszczególnienie (wraz z podaniem numerów katalogowych, nazw oraz numerów seryjnych) wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawów w pakiecie 79 (pozycja 1 oraz 2).

W skład omawianych zestawów mogą wchodzić różne urządzenia jak wałki giętne, końcówki robocze (piły, wiertarki, trepany itp.) które są dobierane indywidualnie w zależności od potrzeb klienta. Dlatego bez dokładnych informacji n/t składu zestawów stworzenie oferty przetargowej nie będzie możliwe. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający wpisał błędną nazwę w poz.1 „ELEKIN” powinno być ELAN”.

**Odpowiedź:** Pakiet 79 zawiera wiertarki wraz z akumulatorami i ich ładowarkami i wobec tego przedmiotem przeglądu będą te urządzenia a nie ich oprzyrządowanie.

#### **Dotyczy pakietu nr 62**

##### **Pytanie 49**

Czy Zamawiający wymaga autoryzacji producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK zaleca w instrukcji obsługi korzystanie z usług jedynie wykwalifikowanego personelu. Posiadanie autoryzacji gwarantuje, że personel został przeszkolony przez producenta, a także zapewnia dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej serwisowanych urządzeń oraz postępowanie zgodne z jego wymaganiami.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

##### **Pytanie 50**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów technicznych urządzeń LIFEPAK firmy Physio-Control w jednym terminie? Jeżeli nie to jakich terminach (miesiąc) przewidziane są przeglądy defibrylatorów LIFEPAK? Informacja ta pozwoli oszacować ilość dojazdów, które mają istotny wpływ na cenę usług.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

##### **Pytanie 51**

Czy Wykonawca ma uwzględnić w cenie przeglądu koszt akumulatorów do defibrylatorów LIFEPAK? Zgodnie z informacją zawartą w instrukcji użytkownika producent zaleca wymianę akumulatorów co 2 lata lub gdy wystąpią objawy zużycia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie numerów LOT (lub daty zakupu) akumulatorów pracujących z urządzeniami LIFEPAK. Alternatywnie proponujemy zastrzeżenie, że zakup akumulatorów będzie wynikiem osobnego zlecenia Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w cenie przeglądu należy uwzględnić wymianę akumulatorów i podaje nr LOT:

Pozycja 1 2015-05-04 0921

Pozycja 2 2014-12-01 0921

Pozycja 3 2015-05-04 1217

Pozycja 4 0921

##### **Pytanie 52**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie napraw urządzeń LIFEPAK firmy Physio-Control w siedzibie Wykonawcy? Ze względów bezpieczeństwa oraz konieczności korzystania ze specjalnie wyposażonego stanowiska pracy i narzędzi większość napraw musi być wykonywana w siedzibie autoryzowanego serwisu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

##### **Pytanie 53**

Czy Zamawiający wymaga używania wyłącznie nowych i oryginalnych części zamiennych do napraw defibrylatorów LIFEPAK oraz dostępu do aktualnych wersji oprogramowania?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga nowych części zamiennych.

##### **Pytanie 54**

###### **pakiet 121**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 121 następujących pozycji:

- Aparat do znieczulenia Excel 80
- Aparat do znieczulenia Excel 80/7000

oraz umieszczenie ich w osobnym pakiecie.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

##### **Pytanie 55**

###### **pakiet 121**

Prosimy Zamawiającego o informacje czy aparaty do znieczulenia wyposażone są w monitory z modułami gazowymi? Prosimy o doprecyzowanie jakie wyposażenie znajduje się przy aparatach. Czy należy uwzględnić je w ofercie cenowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że aparaty do znieczuleń wyposażone w monitory z modułami gazowymi to wymienione w pozycji 4, 6, 7 i należy uwzględnić w ofercie cenowej.

##### **Pytanie 56**

###### **pakiet 122**

Prosimy Zamawiającego o informacje i doprecyzowanie jakie moduły zainstalowane są w monitorach oraz jakie wyposażenie Zamawiający ma na myśli? Czy należy uwzględnić je w ofercie cenowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w każdym monitorze, określonym w pakiecie 122 są zainstalowane moduły NIP NIBP, SpO2, EKG. Moduły gazowe są w pozycji 1, 2, 3, 5, 6 i należy uwzględnić w ofercie cenowej.

**Pytanie 57****pakiet 123**

Prosimy o informacje, które z wymienionych kardiomonitorów wyposażone są w dodatkowe moduły?

Czy należy uwzględnić je w ofercie cenowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, ponieważ Wykonawca nie sprecyzował o jakie moduły mu chodzi.

**Pytanie 58****dotyczy zapisów SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, że formułując warunek mówiący o wymogu realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z zapisami art. 90 ustawy o z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wpisany był do wykazu podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności serwisowych. (Art.90 ust.4)

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 59****dotyczy zapisów SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie katalogu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o autoryzację na świadczenie usług serwisowych sprzętu wymienionego w niniejszym postępowaniu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone odpowiednim dokumentem wystawionym przez producenta?

Wymóg ten jest zgodny i zalecany w art. 90 Ustawy o Wyrobach Medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679, i Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 113, poz. 657).

Jednocześnie nadmieniamy, iż w/w wymóg nie stoi na sprzeczności z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych (art. 7 ustawy PZP) dlatego, że każdy podmiot na rynku może ubiegać się o uzyskanie autoryzacji na świadczenie usług serwisowych, która potwierdza standardy profesjonalnej obsługi serwisowej zapewniającej maksymalne bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 60**

Prosimy jeszcze o doprecyzowanie: jakiej produkcji są respiratory w pakiecie nr 90.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje:

Pozycja 1 GE Healthcare

Pozycja 2 GE Medical

**Pytanie 61**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu składania ofert o 5 dni?

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 04.05.2017 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.05.2017 r. o godz. 10:15.

Jednocześnie Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przedmiotowe zamówienie, tj.:

I. Zmienia SIWZ pkt I w Części B Przedmiot zamówienia – tj: **zmienia zapis:** Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w 155 pakietach.

**na zapis:** Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w 158 pakietach.

II. Zmienia SIWZ pkt XII w Części B Miejsce i termin składania ofert – tj: **zmienia zapis:**

1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu przy ul. Szpitalnej 1, 39-400 Tarnobrzeg, Sekretariat, do dnia 27.04.2017 r. do godz. 10.00.

2. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

**Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg,**

oraz opisane: „Oferta – przetarg nieograniczony na: Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej” i klauzulą nie otwierać przed dniem 27.04.2017 r., godz. 10.15.

na zapis:

1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w **Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej** w Tarnobrzegu przy ul. Szpitalnej 1, 39-400 Tarnobrzeg, Sekretariat, do dnia 04.05.2017 r. do godz. 10.00.
2. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być **oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy** w lewym górnym rogu koperty, zaadresowane do Zamawiającego na adres:  
**Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg,**  
oraz opisane: „Oferta – przetarg nieograniczony na: Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej” i klauzulą nie otwierać przed dniem 04.05.2017 r., godz. 10.15.

IV. Zmienia SIWZ pkt XIII w Części B Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert – tj:

**zmienia zapis:** Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego: **Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej** w Tarnobrzegu przy ul. Szpitalnej 1, 39-400 Tarnobrzeg, pok. nr 117 (sala konferencyjna), w dniu 27.04.2017 r. o godz. 10.15.

**na zapis:** Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego: **Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej** w Tarnobrzegu przy ul. Szpitalnej 1, 39-400 Tarnobrzeg, pok. nr 117 (sala konferencyjna), w dniu 04.05.2017 r. o godz. 10.15.

V. Zmienia Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy w zakresie Pakietu 16 i 31 oraz poprzez dodanie Pakietu od 156 – 158.

VI. Zmienia Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt umowy w zakresie § 4 ust. 18, w związku z odpowiedzią na pytanie 47 – tj.:

**zmienia zapis:**

Przez kalkulację cenową rozumie się sumę:

- 1) wartości brutto 1 rbg określonej przez Wykonawcę w ofercie w tym: narzuty i koszty związane z przygotowaniem ofert cenowych;
- 2) ewentualny koszt dojazdu/ powrotu;
- 3) wartość brutto zużytych materiałów wyszczególnionych w karcie pracy;
- 4) ewentualny koszt ekspertyzy stanu technicznego opisującą zakres uszkodzeń oraz części i podzespoły, które będą wymienione w trakcie naprawy.

**na zapis:**

Przez kalkulację cenową rozumie się sumę:

- 1) wartości brutto 1 rbg określonej przez Wykonawcę w ofercie w tym: narzuty i koszty związane z przygotowaniem ofert cenowych;
- 2) ewentualny koszt dojazdu/ powrotu;
- 3) wartość brutto materiałów oraz części i podzespołów wymaganych do wykonania naprawy.

Kalkulacja cenowa nie zawiera kosztów diagnostyki naprawy, które ponosi Wykonawca, bez względu na to czy Zamawiający wystosuje pisemne zlecenie, o którym mowa w ust. 15.

DYREKTOR  
*Włodek Stasiak*