

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego na: Dostawę materiałów i drobnego sprzętu diagnostycznego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego postępowania i zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

dot. Pakiet 3 – Odczynniki do systemu oznaczeń immunotransfuzjologicznych mikrometodą ID- SYSTEM.**Pytanie 1**

Prosimy o doprecyzowanie czy w zakresie pakietu 3, zgodnie z pkt 4 wymagań granicznych (formularz cenowy – zał. nr 2 do SIWZ), Zamawiający oczekuje dostaw wg załączonego do oferty harmonogramu dostaw na dany rok, natomiast kryterium „termin częściowy realizacji zamówienia” dla pakietu 3 będzie dotyczył dostaw pilnych „na cito, zgodnie z deklaracją wykonawcy w ofercie max do 3 dni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że kryterium „termin częściowy realizacji zamówienia” dla pakietu 3 będzie dotyczył dostaw pilnych „na cito, zgodnie z deklaracją wykonawcy w ofercie max do 3 dni.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie innych wielkości opakowań (kolumna 2: Opis) niż wskazane w poz. 1-6 formularza cenowego (zał. nr 2 do SIWZ – dot. pakiet 3), tj. wielkości opakowań stanowiących pełne opakowania handlowe (zgodnie z wymogiem pod formularzem cenowym) z jednoczesnym przeliczeniem ich ilości (kolumna 5), tak aby odpowiadały łącznej ilości kart wymaganych przez Zamawiającego w danej pozycji formularza?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 1, 3 i 4 formularza cenowego (zał. nr 2 do SIWZ – dot. pakiet 3) omyłkowo pojawiły się nazwy klonów asortymentu, które to zgodnie z wymaganiami granicznymi winien podać wykonawca odpowiednio do oferowanego wyrobu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający omyłkowo wpisał nazwy klonów asortymentu. Zamawiający zmienia Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy, w zakresie Pakietu 3, pozycja 1, 3 i 4 poprzez wykreślenie w/w nazw klonów.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, czy ze względu na prowadzone postępowanie w zakresie pakietu 3 do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu do mikrometody ID-SYSTEM, w pkt 16 wymagań granicznych (formularz cenowy – zał. nr 2 do SIWZ) omyłkowo pojawił się wymóg dołączenia polskojęzycznej instrukcji obsługi aparatury, która nie stanowi przedmiotu oferty?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że w Pakiecie 3 pkt 16 wymagań granicznych omyłkowo pojawił się wymóg dołączenia polskojęzycznej instrukcji obsługi aparatury. Zamawiający zmienia Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy, w zakresie Pakietu 3, pkt 16 wymagań granicznych poprzez jego wykreślenie.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przez Wykonawcę w Pakiecie nr 2 pozycji 3 odczynnika Standard anty-D z terminem ważności 24 miesiące od daty produkcji a jeśli warunki przechowywania odczynnika są zgodne z instrukcją producenta, po otwarciu buteleczek z odczynnikiem. Produkt ma być stabilny i zachowuje 100% czułości oraz 100% specyficzności do 12 miesięcy od czasu do czasu otwarcia buteleczki?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie w umowie informacji dotyczącej danych kontaktowych osób ze strony Zamawiającego i Wykonawcy odpowiedzialnych za merytoryczną stronę zamówienia (nr telefonu + adres e-mail)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i zmienia § 4 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ poprzez wprowadzenie ust. 13, ust. 14 i ust. 15 o następującej treści:

§ 4 ust. 13 „Zamawiający ze swojej strony wyznacza osobę do kontaktu i bezpośredniego nadzoru nad realizacją umowy, którą jest
tel. w godzinach od 7.00 do 14.35 w dni robocze, e-mail:”

§ 4 ust. 14 „Wykonawca wyznacza Pana/Panią, tel....., e-mail:.....
jako stałego opiekuna klienta dyspozycyjnego przez cały okres trwania umowy do bieżących kontaktów z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego”.

§ 4 ust. 15 „Strony zostaną powiadomione pisemnie, jeżeli nastąpi zmiana osób wymienionych w ust. 13 i 14”.

Pytanie 7**Pakiet 5 poz1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie standardowych szkiełek o wymiarach 25x75mm, spełniających

pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 8

Pakiet 5 poz 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o całkowitej pojemności 125 ml i użytkowej 120 ml, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 9

Pakiet 5 poz 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kasetek pakowanych oryginalnie po 500 sztuk z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań, tj. 31 opakowań po 500 sztuk zamiast 62 opakowań po 250 sztuk?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 10

Pakiet 5 poz. 20 i 21

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie testów do osobnego pakietu. Pozostałe pozycje to sprzęt jednorazowego użytku, dostępny w wielu firmach handlowych zajmujących się jedynie takim sprzętem, zaś testy z pozycji 20 i 21 dystrybuowane są przez nieliczne firmy medyczne. Zamieszczenie ich w tego typu pakiecie powoduje ograniczenie konkurencji i blokuje możliwość przystąpienia do przetargu wielu potencjalnym wykonawcom.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 11

Pakiet 4 poz 3-8, 24, 25, 28,29

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 3-8, 24, 25, 28, 29 do osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie większej ilości ofert w bardziej konkurencyjnych cenach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 12

Pakiet 4 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań 20 l z odpowiednim przeliczeniem jednostki miary i zaokrągleniem w górę tj. 28 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 13

Dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści eozynę alkoholową, w której skład wchodzi eozyna y <1% W załączeniu przesyłamy kartę charakterystyki oferowanego produktu

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 14

Dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści eozynę wodną, w której skład wchodzi eozyna y <1% W załączeniu przesyłamy kartę charakterystyki oferowanego produktu

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 15

Dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 7 żel do nakrywania preparatów w opakowaniach po 500ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 16

Dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści w poz. 13 Mucykarmin w opakowaniach po 500ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17

Dotyczy pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści w poz. 15 kasetki histopatologiczne w opakowaniach po 500 sztuk?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 18

Dotyczy zapisów SIWZ

Zamawiający w SIWZ w Części C pkt VI „Dokumenty stanowiące ofertę” wskazuje dokumenty, których wymaga aby Wykonawcy załączyli do oferty, równocześnie wskazuje na dokumenty wyszczególnione w pkt 2 tej samej części, który to odnosi się do dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego, w związku z powyższym zwracamy się

o ujednoczenie wspomnianego zapisu zgodnie z wymaganiami.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść SIWZ, pkt VI.1 w Części C z zapisu: Oprócz dokumentów wymienionych w Części C pkt III 1.1) i 1.2) oraz w pkt 2 niniejszej Części oferta winna zawierać (...), na zapis: Oprócz dokumentów wymienionych w Części C pkt III 1.1) i 1.2) oferta winna zawierać (...).

Pytanie 19

Dotyczy projektu umowy – Załącznik nr 9 do SIWZ

Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, że Zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala Wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.

„Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”

izba uznała ponadto w tym przypadku, że

„Zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia Wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na Wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy”. Instytucja prawa opieki pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala Wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).

W związku z powyższą argumentacją zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie w umowie/modyfikacje zapisów § 6 po przez umieszczenie adnotacji:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Przedmiot zamówienia został określony na podstawie rzeczywistej realizacji (zużycia) asortymentu ujętego w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.

Jednocześnie Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przedmiotowe zamówienie, tj.:

1. Zmienia treść SIWZ:

- 1) pkt VI.1 w Części C Dokumenty stanowiące ofertę – zawartość ofert, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 18;
- 2) pkt XII w Części B Miejsce i termin składania ofert – tj.:

zmienia zapis:

1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu przy ul. Szpitalnej 1, 39-400 Tarnobrzeg, Sekretariat do dnia 03.03.2017 r. do godz. 11.00.
2. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, zaadresowane do zamawiającego na adres:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg,
oraz opisane: „Oferta – przetarg nieograniczony na: Dostawę materiałów i drobnego sprzętu diagnostycznego” i klauzulą nie otwierać przed dniem 03.03.2017 r., godz. 11.15.

na zapis:

1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu przy ul. Szpitalnej 1, 39-400 Tarnobrzeg, Sekretariat do dnia 08.03.2017 r. do godz. 11.00.
 2. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, zaadresowane do zamawiającego na adres:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg,
oraz opisane: „Oferta – przetarg nieograniczony na: Dostawę materiałów i drobnego sprzętu diagnostycznego” i klauzulą nie otwierać przed dniem 08.03.2017 r., godz. 11.15.
- 3) pkt XIII w Części B Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert – tj.:
- zmienia zapis:** Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu przy ul. Szpitalnej 1, 39-400 Tarnobrzeg, pok. nr 117 (sala konferencyjna),

w dniu 03.03.2017 r. o godz. 11.15.

na zapis: Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu przy ul. Szpitalnej 1, 39-400 Tarnobrzeg, pok. nr 117 (sala konferencyjna), w dniu 08.03.2017 r. o godz. 11.15.

2. Zmienia Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy, w zakresie Pakietu 3:
 - 1) pozycja 1, 3, 4 zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3;
 - 2) pkt 16 wymagań granicznych, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 4.
3. Zmienia Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt umowy, w zakresie § 4 poprzez wprowadzenie ust. 13, 14 i 15, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 6.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że przedłuża terminu składania ofert.

Termin składania ofert do dnia 08.03.2017 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.03.2017 r. o godz. 11:15.