

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. przetargu nieograniczonego na: Dostawę nici chirurgicznych, staplerów i klipsów oraz siatek przepuklinowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego przetargu i zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1**Dot. Pakiet 6, poz. 4**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania staplera liniowego z manualną regulacją docisku do tkanki grubej w zakresie 1,0-2,5mm, rozmiar 60H, o długości linii szwu 60mm, jednorazowego użytku ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 2**Dot. Pakiet 7, poz. 1,2,3,4**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji 1 do 4 siatki polipropylenowej, o gramaturze 60g/m² i średnicy oczka 0,5-0,9mm, grubości nici 0,13 mm, posiadającej na każdym pojedynczym opakowaniu etykietę z informacją o dacie ważności, nazwie producenta i nr serii z możliwością łatwego odklejenia celem umieszczenia na karcie operacyjnej, w rozmiarach podanych w SIWZ ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 3**Dot. Pakiet 8, poz. 1**

Czy Zamawiający ma na myśli klipsy tytanowe do klipsownicy typu LT 300 w rozm. średnio-dużym, pakowane w magazynki po 4 i 6 szt klipsów, niewchłaniające ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający na myśli klipsy tytanowe do klipsownicy typu LT 300 w rozm. średnio-dużym, pakowane w magazynki po 4 i 6 szt klipsów, niewchłaniające.

Pytanie 4**Dot. Pakiet 8, poz. 2**

Czy Zamawiający ma na myśli klipsy polimerowe niewchłaniające, w rozm. XL, pakowane w magazynki po 2 szt, 4 szt i 6 szt. klipsów, magazynki wyposażone w taśmę samoprzylepną?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający na myśli polimerowe niewchłaniające, w rozm. XL, pakowane w magazynki po 2 szt, 4 szt i 6 szt. klipsów, magazynki wyposażone w taśmę samoprzylepną.

Pytanie 5**Dot. Pakiet 8, poz. 3**

Czy Zamawiający ma na myśli klipsy tytanowe opisane jak w SIWZ, pakowane w magazynki po 4 szt, 6 szt i 10 szt. klipsów, magazynki wyposażone w taśmę samoprzylepną?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający na myśli klipsy tytanowe opisane jak w SIWZ, pakowane w magazynki po 4 szt, 6 szt i 10 szt. klipsów, magazynki wyposażone w taśmę samoprzylepną.

Pytanie 6**Dot. Pakiet 8, poz. 1,2,3**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania klipsów z dołączoną wklejką do karty pacjenta zawierającą numer serii, nazwą producenta i datą ważności klipsów ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 7

Prosimy o sprecyzowanie zapisów SIWZ w zakresie opisu nici w Pakiecie 10 poz. 2: Czy Zamawiający ma na myśli nić z igłą o krzywiznie: 1/2 koła?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający na myśli nić z igłą o krzywiznie: 1/2 koła.

Pytanie 8

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie siatek w rozmiarze 8cmx15cm lub 10cmx15cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9

Czy zamawiający wydzieli lub pozwoli na złożenie oferty częściowej z pak nr 8 poz. 2? Wyrażenie zgody, pozwole innym oferentom na złożenie oferty na klipsy wysokiej jakości w konkurencyjnych cenach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 10**Pakiet Nr 4 poz. 2,3,4**

Czy Zamawiający ma na myśli utlenioną regenerowaną celulozę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający na myśli utlenioną regenerowaną celulozę.

Pytanie 11**Pakiet nr 11**

Czy Zamawiający dopuści siatkę chirurgiczną polipropylenową niewchłaniającą przeznaczoną do różnego rodzaju wad powięzi. Siatka zapewnia korzystne wrastanie oraz zwiększa wytrzymałość ścian. Cienka konstrukcja ściany z mniejszą ilością materiału sprzyja redukcji bliznowacenia tkanek minimalizując dyskomfort pacjenta – gramatura 52,36g/m². Grubość pojedynczego włókna – 0,10mm, grubość siatki – 0,5mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12**Pakiet nr 7 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 10x15cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczące przedmiotu zamówienia:**Pytanie 13**

Pakiet 7, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 8x13cm lub 10x16cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14

Pakiet 7, poz. 1-4: Czy Zamawiający dopuści siatki o średnicy oczek do 0,92mm i grubości nici 0,16mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytania do projektu umowy:**Pytanie 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w §8 słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 16

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść §5 poz. 2 na: w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT, cena brutto, natomiast cena netto pozostanie niezmienna.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 17

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 18

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 dopuści klips zgodny z opisem SIWZ tj produkt oryginalny do klipsownicy typu Teleflex-Horizon, pakowany po 6 i 24 szt. w magazynku?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuści dostarczanie faktury za zakupiony asortyment wyłącznie na adres poczty elektronicznej w formie pliku PDF?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w umowie w §6 ust. 2 na:

„W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna.”?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 16.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Termin składania ofert do dnia 02.10.2017 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.10.2017 r. o godz. 10:15.