

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. przetargu nieograniczonego na: Dostawę nici chirurgicznych, staplerów i klipsów oraz siatek przepuklinowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego przetargu i zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1**Dot. Pakietu 1, poz. 1-6**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniaalny, monofilament, bez powleczenia antybakteryjnego, o czasie wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 2**Dot. Pakietu 1, poz. 1-5**

Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 3**Dot. Pakietu 1, poz. 7-10, Pakietu 2**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniaalny, pleciony, powlekany, o okresie wchłaniania ok. 42 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 4**Dot. Pakietu 1, poz. 7, 8, 15**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną, bez określenia „dwuwkłęśła”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 5**Dot. Pakietu 1, poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści długość igłę okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca” z nitką o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 6**Dot. Pakietu 1, poz. 13, 14**

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 7**Dot. Pakietu 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną, bez określenia „dwuwkłęśła”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 8**Dot. Pakietu 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 9**Dot. Pakietu 3, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 13 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 10

Dot. Pakietu 3, poz. 17

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 17 do osobnego pakietu ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11

Dot. Pakietu 3, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilament, poliamidowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 12

Dot. Pakietu 3, poz. 4, 6

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 30 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13

Dot. Pakietu 5, poz. 4, 13, 34

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona), pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 14

Dot. Pakietu 5, poz. 24, 25

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą tępą, spełniającą rolę igły przeciwwzakłuciowej, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 15

Dot. Pakietu 5, poz. 36, 37

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 36 i 37 do osobnego pakietu ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 16

Dot. Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści siatkę o gramaturze 70 g/m², o średnicy oczek 1,2 mm – 1,4 mm oraz grubości 0,56 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 17

Dot. Pakietu 7, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 8x15 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 18

Dot. Pakietu 10, poz. 4

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 4 do osobnego pakietu ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Termin składania ofert do dnia 02.10.2017 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.10.2017 r. o godz. 10:15.