

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro w trybie procedury porównanie cen na :  
Dostawa sprzętu medycznego różnego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

– Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści do opisu przedmiotu zamówienia i zaproszenia do złożenia oferty dla w/w postępowania, i w odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie nr 1**

Pakiet 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu gwarancji na 12 miesięcy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

### **Pytanie nr 2**

**Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 5,6,7 w związku też z ust. 10, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?**

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji.

### **Pytanie nr 3**

Pakiet 1

– **pkt. 3** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu materac przeciwodleżynowy, zbudowany z 17 w pełni zmiennociśnieniowych, wymiennych komór powietrznych?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

– **pkt. 7** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu materac przeciwodleżynowy o wysokości komór materaca 20,3 cm?

**Odpowiedź:** Nie, zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie

### **Pytanie nr 4**

Pakiet 4

– **pkt.1** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z kolorowym, dotykowym ekranem o przekątnej 15” ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

– **pkt. 2** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z uchwytem wbudowanym na stałe, służącym do przenoszenia kardiomonitora?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

– **pkt. 6** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z wbudowanym akumulatorem, zapewniającym zasilanie na 4 godziny pracy w przypadku braku zasilania sieciowego ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

– **pkt. 13** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością pauzy

alarmu na 1,2,3,10 i 15 min oraz z wyłączeniem na stałe?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

– **pkt. 31** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z ustawianym alarmem czasu bezdechu min. 10-40 sek, z regulacją co 1 sek?

**Odpowiedź:**

#### **Pytanie nr 5**

Pakiet 5

Czy zamawiający wymaga dostarczenia wraz z aparatem zewnętrznej drukarki laserowej?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wymaga.

#### **Pytanie nr 6**

Pakiet 5

Czy aparat powinien posiadać tylko możliwość drukowania na drukarce zewnętrznej (dot. pkt. 3 specyfikacji) ?

**Odpowiedź:** Nie, nie powinien.

#### **Pytanie nr 7**

Pakiet 8

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę sprzętu firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów (zajmuje ok. 1 min). Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że montaż i szkolenie dotyczy Pakietów 2, 4, 5 i 11.

#### **Pytanie nr 8**

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac przeciwoleżynowy będący wyrobem medycznym terapeutycznym w klasie I?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac zbudowany z 16 w pełni zmiennociśnieniowych, wymiennych komór powietrznych, o wysokości 13cm, które napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20min., limit wagi pacjenta wynosi 200kg? Oferowane parametry nieznacznie odbiegają od wymaganych i są wyższe niż wymagane.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

#### **Pytanie nr 9**

Pakiet 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi kolumnowej o wymiarach 294 x 1340 x 417 mm oraz ciężarze własnym 6,9 kg z wzrostomierzem. Oferowane parametry nieznacznie odbiegają od wymaganych.

Wyświetlacz z funkcją wyboru ustawienia przód lub tył ułatwia personelowi ważenie pacjentów. Czy zamawiający wymaga, aby produkt miał możliwość ustawienia wyświetlacza wg wymagań personelu szpitala?

Podczas ważenia przypadkowo pacjenci łapią się za kolumnę wzrostomierza dla asekuracji. Niestety kolumna mocowana na 1 śrubie łatwo może ulec skrzywieniu. Wagę trzeba oddać do naprawy, co generuje dodatkowe koszty. Czy w związku z powyższym zamawiający wymaga, aby waga posiadała solidne mocowanie na 2 śrubach i tym samym zabezpieczała kolumnę wagi przed zniszczeniem?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

### **Pytanie nr 10**

Pakiet 4

#### **Punkt 3**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze nie przekraczającej 7 kg? Różnica w wadze na poziomie 1 kg nie ma takiego znaczenia w kontekście punkt 5 niniejszej specyfikacji w którym do każdego kardiomonitora wymaga się statywu jezdnego. W związku z powyższym różnica w wadze na poziomie 1 kg nie będzie odczuwalna przy transporcie urządzenia pomiędzy różnymi lokalizacjami.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

#### **Punkt 4**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wymiarach 370 x 320 x 175 [mm]? Oferowany kardiomonitor jest krótszy o 3 cm, niższy o 1,5 cm i szerszy tylko o 1,5 cm.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

#### **Punkt 13**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z regulacją głośności alarmów w 5 stopniowej skali i możliwością pauzy alarmu na 1, 2 lub 3 min lub na stałe? Szerszy zakres pauzowania alarmów nie ma większego uzasadnienia klinicznego i użytkowego. Zazwyczaj alarmy pauzowane są na 3 min aby wykonać czynności przy pacjencie lub na stałe gdy dany alarm nie ma w przypadku danego pacjenta znaczenia klinicznego, co też częściej rozwiązuje się poprzez edycję granic alarmowych dla danego pacjenta.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

#### **Punkt 26**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w analizę arytmii z alarmami klasyfikującymi 16 rodzajów zaburzeń rytmu z możliwością w przyszłości rozbudowy do 26 rodzajów zaburzeń rytmu?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

#### **Punkt 38**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru tętna z czujnika saturacji w zakresie od 25 do 300 [bpm] z odświeżaniem 1s i z zakresem pomiaru częstości serca od 15 do 350 [bpm]?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

#### **Punkt 40**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o moduł SpO2 w równie cenionej i miarodajnej technologii Nellcor?iet 4

**Odpowiedź:** Nie, zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie

### **Pytanie nr 11**

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację ze szkolenia pracowników w zakresie serwisu przedmiotu umowy?

Zapis, który mógłby zostać wprowadzony przez Zamawiającego do umowy spowodowałby, że uzyska on pełny dostęp do ingerencji w urządzenia będące przedmiotem postępowania, a co za tym idzie wytwórca utraci pewność, że urządzenia za które ponosi on prawną odpowiedzialność nie ulegają modyfikacją i są konserwowane i naprawiane w sposób właściwy. Z tego też powodu pełna odpowiedzialność za występowanie incydentów medycznych zostanie zdjęta z wytwórcy i przejmie ją użytkownik – podmiot dokonujący ingerencji w urządzenie.

Należy zwrócić uwagę, że wszelkie naprawy czy przeglądy okresowe, powinny być wykonywane przez przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu. **Natomiast w trakcie instalacji pracownik serwisu może przeszkolić służby szpitalne z obsługi oraz reagowania na sytuacje awaryjne jak również przekazać im podstawowe informacje o konserwacji.**

**Odpowiedź:** Nie, zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie

### **Pytanie nr 12**

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia dokumentacji serwisowej? Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi zawierającą wszelkie niezbędne Zamawiającemu informacje.

**Odpowiedź:** Nie, zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Termin składania ofert do dnia 11.10.2017 r. do godz.9:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.10.2017 r. o godz. 9:15

1 x Wykonawcy wg rozdzielnika

1 x a/a