

WSz – II.4.291.52.307.2017.UE

Tarnobrzeg, dn. 21.11.2017 r.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

dot: przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” pn. Utworzenie ośrodka radioterapii dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że zmienia treść SIWZ do przedmiotowego przetargu, tj.:

I. Zmienia zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które zostały ujęte w jednolitym tekście SIWZ po zmianach z dnia 10.11.2017 r. oraz z dnia 21.11.2017 r. i stanowi załącznik do niniejszego pisma

II. Zmienia Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty w zakresie tabeli cenowej pkt 1, tj.:
zmienia zapis:

Przedmiot zamówienia	Wartość netto w zł.	Podatek VAT %	Wartość brutto w zł.
1.1 Opracowanie dokumentacji projektowej			
1.2 Nadzór autorski			
RAZEM poz. 1.1 i 1.2			

na zapis:

Przedmiot zamówienia	Wartość netto w zł.	Podatek VAT %	Wartość brutto w zł.
1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim			

III. Zmienia Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia:

- Dotyczy Pkt.324 tabeli technicznej: Zamawiający zmienia wymóg min. 64 jednakowych warstw na min. 128 warstw.
- Dotyczy tabeli technicznej: Zamawiający wymaga zaoferowania zaawansowanego pakietu oprogramowania do konturowania zmian w oparciu dowolne badanie CT/MR/PET, (tj. badań w którym dana zmiana jest najlepiej zakontrastowana), realizującego poniższe funkcjonalności:
 - możliwość konturowania w oparciu o badania CT, MR, PET, PET/CT, 4D CT równoległe na wielu zestawach danych
 - kopiowanie/wklejanie konturów pomiędzy zestawami danych, co najmniej z MR do CT, z PET do CT a kontur przypisywany jest do tomografii do planowania

Zamawiający informuje iż dopuszcza do zaoferowania poniższe:


- możliwość konturowania po odcieniach szarości w badaniach MR oraz po wartościach SUV w badaniach PET



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

PODKARPACKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- fuzja obrazów w oparciu o macrycę prostą oraz deformacyjną
- wyświetlanie dawek terapeutycznych, z wykorzystaniem rejestracji deformacyjnej pomiędzy badaniem bieżącym i poprzednim
- licencja pływająca serwera aplikacyjnego dla 1 jednoczesnego użytkownika, lub dostawa odrębnej stacji wolnostojącej.

IV.. Zmienia załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy. Dokonane zmiany zostały ujęte w jednolitym tekście po zmianach z dnia 10.11.2017 r. oraz z dnia 21.11.2017 r. i stanowi załącznik do niniejszego pisma.

DYREKTOR
Wiktor Stasiak