




Fundusze Europejskie
Program Regionalny

PODKARPACKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WOJEWÓDZKI SZPITAL
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 12 32 08 33 fax 12 32 08 34
e-mail: biuro@zso.tarnobrzeg.pl
NIP: 142-148-62-01 KRS: 0000126

Tarnobrzeg, dn. 30.11.2017 r.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

dot: przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” pn. Utworzenie ośrodka radioterapii dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że zmienia treść SIWZ do przedmiotowego przetargu, tj.:

I. Zmienia Rozdział XII ust. 3 SIWZ, Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, tj.:

zmienia zapis:

3. Termin składania ofert upływa dnia **08.12.2017 r. o godz. 10:00.**

na zapis:

3. Termin składania ofert upływa dnia **18.12.2017 r. o godz. 10:00.**

II. Zmienia Rozdział XII ust. 12 SIWZ, Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, tj.:

zmienia zapis:

12. Otwarcie ofert nastąpi **08.12.2017 r. o godz. 11:00** w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1, Sala konferencyjna przy sekretariacie.

na zapis:

12. Otwarcie ofert nastąpi **18.12.2017 r. o godz. 11:00** w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1, Sala konferencyjna przy sekretariacie.

III. Zmienia Rozdział XI ust. 12 SIWZ, Opis sposobu przygotowania ofert, tj.:

zmienia zapis:

12. Kopertę należy zaadresować:

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg

i. „Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE

Znak sprawy: WSz – II.4.291.52.2017.UE

Oferta na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” pn. „Utworzenie ośrodka radioterapii dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,”

nie otwierać przed dniem **28.11.2017 r. godz. 11:00**

Ilość stron (określić, ile stron znajduje się w kopercie)



na zapis

12. Kopertę należy zaadresować:

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg

ii.,„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE

Znak sprawy: Wsz – II.4.291.52.2017.UE

Oferta na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” pn. „Utworzenie ośrodka radioterapii dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.”

nie otwierać przed dniem **18.12.2017 r. godz. 11:00**

Ilość stron (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

IV. Zmienia Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie pkt 382

z zapisu:

382.	Należy dostarczyć kompatybilny agregat wody lodowej wraz z instalacją chłodzącą lub inne rozwiązanie pozwalające na efektywne chłodzenie urządzenia do zaoferowanego tomografu komputerowego zapewniającą prawidłowe działanie urządzenia oraz wykonać projekt wykonawczy do w/w instalacji	TAK		agregat wody lodowej - 2 pkt.; inne rozwiązanie - 0 pkt.
------	---	-----	--	---

na zapis:

382.	Należy dostarczyć kompatybilny agregat wody lodowej wraz z instalacją chłodzącą lub inne rozwiązanie pozwalające na efektywne chłodzenie urządzenia do zaoferowanego tomografu komputerowego zapewniającą prawidłowe działanie urządzenia oraz wykonać projekt wykonawczy do w/w instalacji	TAK		agregat wody lodowej - 10 pkt.; inne rozwiązanie - 0 pkt.
------	---	-----	--	--

V. Zmienia załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy w zakresie:

1. § 15 ust. 9

z zapisu: „Wykonawca, z zastrzeżeniem ust.11, w okresie odpowiedzialności będzie usuwał wady i braki swoim kosztem i staraniem, przy czym przystąpi do ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego i zakończy ich usunięcie w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, licząc od daty zgłoszenia wady, braku. W uzasadnionych technologicznie przypadkach, za pisemną zgodą Zamawiającego, termin usuwania wad, braków, o którym mowa w niniejszym ustępie, może zostać wydłużony. W sytuacjach awaryjnych, grożących powstaniem dalszej szkody lub uniemożliwieniem prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy, Wykonawca przystąpi do usuwania wad, braków w terminie do 24 godzin od daty zgłoszenia.”

na zapis: „Wykonawca, z zastrzeżeniem ust.11, w okresie odpowiedzialności będzie usuwał wady i braki swoim kosztem i staraniem, przy czym czas skutecznej naprawy niewymagającej importu części wynosi max 3 dni robocze, a dla naprawy wymagającej importu części max 7 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia wady, braku. W uzasadnionych technologicznie przypadkach, za pisemną zgodą Zamawiającego, termin usuwania wad, braków, o którym mowa w niniejszym ustępie, może zostać wydłużony. W sytuacjach awaryjnych, grożących powstaniem dalszej szkody lub uniemożliwieniem prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy, Wykonawca przystąpi do usuwania wad, braków w terminie do 24 godzin od daty zgłoszenia”.



2. § 15 ust. 10

z zapisu: „W przypadku awarii aparatury i wyposażenia maksymalny czas reakcji na przystąpienie do jej usuwania wynosi 48 godzin w dni robocze, licząc od momentu zgłoszenia za pomocą środków opisanych w ust.11. Awaria to gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia technicznego lub systemu urządzeń powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości”

na zapis: „W przypadku awarii aparatury i wyposażenia maksymalny czas reakcji na przystąpienie do jej usuwania wynosi maksimum 24 godziny w dni robocze (dotyczy wysokoenergetyczny akcelerator liniowy, system planowania leczenia oraz weryfikacji i zarządzania dla pełnej linii terapeutycznej) oraz maksimum 72 godziny w dni robocze (dotyczy pozostałych urządzeń), licząc od momentu zgłoszenia za pomocą środków opisanych w ust.11. Awaria to gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia technicznego lub systemu urządzeń powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości”.

3. § 15 ust. 18

z zapisu: „W przypadku, gdy niesprawność aparatury i wyposażenia dotyczy pozycji wymienionych w § 2 ust. 2 etap III lit. do b) do f) i nie zostanie ona usunięta w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu aparaturę i wyposażenie zastępcze tej samej klasy.”

na zapis: „W przypadku, gdy niesprawność aparatury i wyposażenia dotyczy pozycji wymienionych w § 2 ust. 2 etap III lit. do b) do f) i nie zostanie ona usunięta w ciągu 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu aparaturę i wyposażenie zastępcze tej samej klasy”.

DYREKTOR

Witold Stasiak