



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

PODKARPACIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WSz – II.4.291.52.331.2017.UE

Tarnobrzeg, dnia 08.12.2017 r.

WOJEWÓDZKI SZPITAL
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
SEKCJA
ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1 woj. podkarpackie
tel. 15 812 32 08 fax 15 812 32 09

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. przetargu o numerze 257 na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” pn. Utworzenie ośrodka radioterapii dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego przetargu i zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

W związku z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 30.11.2017r. na pytanie nr 11 oraz na pytanie nr 29 lit. c): Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że bieg okresu gwarancji i rękojmi dla sprzętu medycznego rozpoczyna się z chwilą usunięcia ewentualnych wad i usterek wskazanych w Protokole odbioru końcowego, potwierdzającego uruchomienie sprzętu medycznego.

Odpowiedź: Tak, zgodnie z § 14 ust.7 Projektu umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, tj.: cyt., „Bieg okresu rękojmi za wady rozpoczyna się od daty podpisania końcowego (ostatecznego) protokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w §12 ust.18. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za przedmiot umowy w stosunku do Wykonawcy wygasają po upływie 5 lat, licząc od daty podpisania przedmiotowego protokołu, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8”.

Pytanie 2

W związku z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 30.11.2017r. na pytanie nr 20 oraz treścią parametrów nr 21 i 384 w załączniku nr 2 do siwz:

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że w pozycjach 21 oraz 384 w załączniku nr 2 do siwz należy podać ceny netto łącznie za 2 lata serwisu pogwarancyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w pozycji 21 załącznika nr 2 należy podać cenę netto łącznie za 2 lata serwisu zgodnie z zapisami: „Cena netto w złotych, pełnego serwisu pogwarancyjnego, po okresie gwarancji na cały sprzęt tj. 1. Akcelerator, 2. Stół do modelarni, 3. Digestorium, 4. System planowania leczenia, 5. Zestaw unieruchomień do pozycjonowania pacjenta. Wykonawca zamówienia będzie związany zadeklarowanym kosztem przez okres 2 lat od dnia wygaśnięcia gwarancji na przedmiot oferty (zgodnie z zapisami umowy § 16).”

W pozycji 384 załącznika nr 2 należy podać cenę netto łącznie za 2 lata serwisu zgodnie z zapisami: „Gwarantowany koszt, pełnego serwisu pogwarancyjnego (wartość netto, waluta PLN) wraz z kosztami detektorów obrazu, lamp rtg, możliwego do zawarcia po upływie okresu gwarancyjnego wiążący przez okres 2 lat po upływie okresu gwarancji. Wykonawca zamówienia będzie związany zadeklarowanym kosztem przez okres 2 lat od dnia wygaśnięcia gwarancji na przedmiot oferty (zgodnie z zapisami umowy § 16).”

Dodatkowo Zamawiający informuje, że sumę z powyższych cen netto należy wpisać w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) w tabeli cenowej w poz. 4 w kolumnie 2 – Wartość netto, Należy także podać w kolumnie 4 Wartość brutto łącznie za 2 lata serwisu pogwarancyjnego –

Zamawiający informuje, iż powyższe wynika z odpowiedzi na pytanie nr 20 z dnia 30.11.2017– znak pisma WSz –II.4.291.52.321.2017.UE.

Pytanie 3

W związku z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 30.11.2017r. na pytanie nr 31:

Zwracamy uwagę, że etap IV realizacji zamówienia obejmuje także okres gwarancji. W związku z tym Zamawiający proszony jest o jednoznaczne potwierdzenie (także w związku z odpowiedzią udzieloną 30.11.2017 na pytanie 29 lit. c), że wydanie aparatury medycznej (przejście korzyści i ciężarów oraz niebezpieczeństw przypadkowej utraty lub uszkodzenia) Zamawiającemu nastąpi z momentem podpisania Protokołu odbioru



końcowego, po uruchomieniu aparatury medycznej i wykonaniu wszystkich robót budowlanych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w dniu 21.11.2017 r. pismem WSz – II.4.291.52.307.2017.UE w związku z odpowiedzią na pytanie 183 z dnia 21.11.2017 . - znak pisma WSz – II.4.291.52.308.2017.UE, zmienił Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, w zakresie § 2 ust. 2, poprzez wykreślenie z etapu IV serwisu gwarancyjnego i utworzenie dla niego oddzielnego etapu – etap V. Etap VI stanowi serwis pogwarancyjny.

Zamawiający informuje, że sukcesywne odbiory aparatury i wyposażenia będą dokonywane zgodnie z § 13 ust. 10, natomiast odbiór ostateczny (końcowy) aparatury i wyposażenia nastąpi zgodnie z § 13 ust. 11 w/w Projektu umowy.

Zamawiający informuje, iż powyższe wynika z odpowiedzi na pytanie nr 31 z dnia 30.11.2017– znak pisma WSz – II.4.291.52.321.2017.UE.

Pytanie 4

W związku z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 30.11.2017r. na pytania nr 44, 45 i 46:

W dniu 30.11.2017r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania nr 44,45 i 46, które w kwestii zakresu serwisu pogwarancyjnego niczego nie wyjaśniają. Podstawowym obowiązkiem Zamawiającego jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, pozwalający na sporządzenie oferty (Pzp, art. 29 ust. 1). Zamawiający ponownie proszony jest o wyjaśnienie, czy pod pojęciem „pełnego serwisu pogwarancyjnego”, o którym mowa w parametrach 21 i 384 załącznika nr 2 do siwz, należy rozumieć – poza wykonywaniem przeglądów – także usuwanie awarii z przyczyn tkwiących w sprzęcie oraz wymianę części koniecznych do usunięcia awarii?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż pod pojęciem „pełnego serwisu pogwarancyjnego”, o którym mowa w parametrach 21 i 384 załącznika nr 2 do siwz, należy rozumieć – poza wykonywaniem przeglądów – także usuwanie awarii z przyczyn tkwiących w sprzęcie oraz wymianę części koniecznych do usunięcia awarii, tj. czynności, które pozwalają na korzystanie z urządzeń zgodnie z przeznaczoną funkcją.

Zamawiający informuje, iż powyższe wynika z odpowiedzi na pytania nr 44, 45 i 46 z dnia 30.11.2017– znak pisma WSz – II.4.291.52.321.2017.UE oraz informuje, że obowiązuje odpowiedź na pytanie 121 z dnia 21.11.2017 r. - znak pisma WSz – II.4.291.52.308.2017.UE.

Pytanie 5

W związku z przetargiem pn. Realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” pn. Utworzenie ośrodka radioterapii dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. "Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu" Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą wyrażenia zgodny na zmianę treści SIWZ Sekcja V pkt. 1 ppkt c) A. a. z „W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: Co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej) w formule „zaprojektuj i wybuduj”, przy czym wartość przynajmniej jednego z powyższych zamówień nie może być mniejsza niż 10 000 000 PLN brutto.” na „W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: Co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej) przy czym wartość przynajmniej jednego z powyższych zamówień nie może być mniejsza niż 10 000 000 PLN brutto oraz W okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie- wykonawca wykonał co najmniej dwa projekty obiektu wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej) przy czym wartość przynajmniej jednego z powyższych zamówień nie może być mniejsza niż 10 000 000 PLN brutto.

Wykonawca prośbę swoją motywuje tym, iż Generalni Wykonawcy są firmami stricte budowlanymi w których zakresie leży wykonawstwo, a w poszczególnych przypadkach również wyposażenie obiektów budowlanych. Natomiast wykonaniem projektu zajmują się specjalistyczne firmy których główną dziedziną działalności jest wykonywanie projektów dla inwestycji kubaturowych. W wielu krajach Unii Europejskiej formuła „projektuj



i buduj” nie jest stosowana w realizacji inwestycji, co znacznie ogranicza możliwość udziału w postępowaniu Wykonawcom z dużym doświadczeniem nabytym poza granicami RP.

Formuła „projektuj i buduj” nie ma wpływu na jakość realizacji inwestycji w której zakres wchodzi projekt oraz budowa ze względu na fakt, iż projekt zawsze jest wykonywany przez specjalistyczne firmy projektowe występujące w charakterze podwykonawcy w stosunku do Generalnego Wykonawcy.


Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 6

Dot. tabeli technicznej pkt. 350 – blat do systemu MRI wykonany z włókna węglowego

Zgodnie z wiedzą rynkową Wykonawcy wszystkie blaty każdego producenta pracujące w środowisku rezonansu magnetycznego są wykonane z materiałów kompozytowych ponieważ włókno węglowe jest przewodzące i może powodować powstawanie artefaktów w obrazach. W związku z powyższym prosimy o modyfikację wymogu zawartego w tabeli technicznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pkt 350 tabeli technicznej blat do systemu MRI wykonany z materiałów kompozytowych.


DYREKTOR
Wiktor Stasiak