

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ**

dot. przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu medycznego do zabiegów krioablacji wraz z dzierżawą i obsługą systemu do w/w zabiegów dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego przetargu i zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

Czy w zakresie Pakietu 2 pkt. 4 Zamawiający wyrazi zgodę, aby rok produkcji dzierżawionego systemu elektrofizjologicznego był wcześniejszy niż rok 2017, przy jednoczesnym zapewnieniu, że system jest w pełni sprawny i posiada ważny przegląd techniczny?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 2****Dotyczy formularza cenowego:**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia w pkt 4. jednego czy jak to jest w załączniku nr 2 do SIWZ. dwunastu kabli gazowych?

**Odpowiedź:** Zamawiający w Formularzu cenowym, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ w pozycji 4 wymaga 12 szt. kabli gazowych do cewnika do krioablacji.

**Pytanie 3****Dotyczy Załącznika nr 2, pkt 11**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie w pełni funkcjonalne z odpowiednimi certyfikatami wyprodukowane przed 2017?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 4**

Dotyczy załącznika nr 2, pkt 12

Czy Zamawiający dopuści urządzenie w pełni funkcjonalne z odpowiednimi certyfikatami wyprodukowane przed 2017?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Jednocześnie Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przedmiotowe zamówienie, tj.:

1. Zmienia Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy w zakresie pozycji 4

**z zapisu:**

4.	Kabel gazowy do cewnika do krioablacji	1	szt.				
----	--	---	------	--	--	--	--

**na zapis:**

4.	Kabel gazowy do cewnika do krioablacji	12	szt.				
----	--	----	------	--	--	--	--

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Termin składania ofert do dnia 23.11.2017 r. do godz. 08:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.11.2017 r. o godz. 08:15.