

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro w trybie procedury porównanie cen na: Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z § 14 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 42/2014 Dyrektora WSz z dnia 29.09.2014r., w trybie niepodlegającym Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z póź. zm.) zgodnie z art. 4 ust. 8 – Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na przedmiotowe zamówienie wybrał najkorzystniejszą ofertę Firm:

Pakiet 1

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa

Cezal Lublin Sp. z o.o.

Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin

Cena oferty brutto: 5 500,00 zł.

Na przedmiotowe zamówienie złożono 1 ofertę w/w Wykonawcy.

Pakiet 2

ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski

ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice

Cena oferty brutto: 37 560,00 zł.

Na przedmiotowe zamówienie złożono 2 oferty:

Oferta nr 1 – OPTA-TECH Sp. z o.o.

Al.Komisji Edukacji Narodowej 36 lok.U211

02-797 Warszawa

Oferta nr 3 – ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski

ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Lp.	Nr Oferty	Nazwa wykonawcy/dostawcy	Adres	Kryterium 100 % cena
1	3	ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski	ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice	37 560,00zł.
2	1	OPTA-TECH Sp. z o.o.	Al.Komisji Edukacji Narodowej 36 lok.U211 02-797 Warszawa	Oferta odrzucona

Oferty odrzucone:

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu odrzuca oferty następujących Wykonawców:

Oferta nr 1 – OPTA-TECH Sp. z o.o.

Al.Komisji Edukacji Narodowej 36 lok.U211

02-797 Warszawa

Uzasadnienie:

Treść oferty nie odpowiada treści do zaproszenia do złożenia oferty.

Wykonawca w załączonym formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty wymagał urządzeń o wymienionych parametrach:

Mikrotom poz.:

4 – Dot. zakresu pionowego ruchu głowicy mikrotomu. Zamawiający wymagał 64 mm, a Wykonawca wskazał 60 mm.

9 – Dot. zakresu cięcia. Zamawiający wymagał od 0,5 do 60 μm , a Wykonawca potwierdził zakres 0 – 100 μm .

11 – Dot. funkcji retrakcji podczas ruchu powrotnego głowicy mikrotomu (60 μm) z możliwością jej wyłączenia, Wykonawca wskazał stałą retrakcję 12 μm .

Płyta grzewcza poz.:

6 – Dot. dużej pozycji suszenia pozwalającej na umieszczenie nawet 40 standardowych szkiełek. Wykonawca potwierdził tylko ilość 23 szkiełek.

8 – Dot. wymiarów 152x502x83 mm – Wykonawca wskazał wymiary 260x200x85 mm.

9 – Dot. wagi 3 kg. - Wykonawca wskazał wagę 3,15 kg.

Uzasadnienie wyboru ofert:

Zamawiający wybrał Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i złożenie ofert.

Otrzymują:

1 x Wykonawcy wg rozdzielnika

1 x a/a