



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WSz – II.4.291.10.94.2018.UE

Tarnobrzeg, dn. 26.03.2018 r.

WOJEWÓDZKI SZPITAL
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
SEKCJA
ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
39-400 Tarnobrzeg, ul Szpitalna woj. podkarpackie
tel. 15 812 32 08 fax 15 812 32 09
NIF 367 18-81-486 REGON 000312573

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Informacje do zmiany lub dodania

I. Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

II. Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

1. Numer sekcji: II.1.4

Zamiast:

Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D,D1,D2” – stanowiące Zadanie 1, Dostawa wyposażenia medycznego sal operacyjnych – stanowiące Zadanie2,a ujęta w VI pakietach oraz Dostawa wyposażenia niemedycznego sal operacyjnych – stanowiące Zadanie3,Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. "Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Powinno być:

Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D,D1,D2” – stanowiące Zadanie 1, Dostawa wyposażenia medycznego sal operacyjnych – stanowiące Zadanie2,a ujęta w VIII pakietach oraz Dostawa wyposażenia niemedycznego sal operacyjnych – stanowiące Zadanie3,Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. "Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

2. Numer sekcji: II.2.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zadanie 2, część nr: Pakiet I

Zamiast:

Zadanie 2, część nr: Pakiet I

Opis zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2:
 - 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego do dwóch nowotworzonych sal operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w VIII pakietach.
 - 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3a do SIWZ – OPZ.
 - 3) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji w Załączniku nr 3a do SIWZ.
 - 4) Dostawa obejmuje:



A) Dostawę wyposażenia, w tym:

Pakiet I.

- a) wózek do przewożenia chorych,
- b) wózek do przewożenia chorych,
- c) wózek konfiguracja anestezyjologiczna,
- d) lampa zabiegowa,
- e) stojak podgrzewacz do płynów infuzyjnych,
- f) ssak elektryczny,
- g) kontroler grzewczy,
- h) wózek konfiguracja użytkowa,
- i) stół operacyjny ogólnochirurgiczny mobilny,
- j) zestaw do intubacji,
- k) zestaw do intubacji,
- l) uniwersalny worek samorozprężalny silikonowy,
- m) uniwersalny worek samorozprężalny silikonowy.

B) Zainstalowanie i uruchomienie sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A;

C) Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A, w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym;

D) Szkolenie personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i serwisu sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A;

E) Serwis gwarancyjny sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A.

5) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji obsługi przedmiotu umowy w wersji papierowej w języku polskim, w wersji elektronicznej w języku polskim i angielskim oraz dokumentacji serwisowej (technicznej) wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

6) Wyroby medyczne stanowiące przedmiot niniejszej umowy muszą odpowiadać wymaganiom wg aktualnego stanu prawnego, a w szczególności wymaganiom ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z póź. zm.).

7) Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymagania związane z kompatybilnością elektromagnetyczną.

2. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast skazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

4. Zasady realizacji przedmiotowego zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ.

Powinno być:

Opis zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego do dwóch nowotworzonych sal operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w VIII pakietach.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3a do SIWZ – OPZ.

3) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji w Załączniku nr 3a do SIWZ.

4) Dostawa obejmuje:

A) Dostawę wyposażenia, w tym:

Pakiet I.

- a) wózek do przewożenia chorych,
- b) wózek do przewożenia chorych,
- c) wózek konfiguracja anestezyjologiczna,
- d) lampa zabiegowa,
- e) stojak podgrzewacz do płynów infuzyjnych,
- f) ssak elektryczny,



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- g) kontroler grzewczy,
 - h) wózek konfiguracja użytkowa,
 - i) zestaw do intubacji,
 - j) zestaw do intubacji,
 - k uniwersalny worek samorozprężalny silikonowy,
 - l) uniwersalny worek samorozprężalny silikonowy.
 - B) Zainstalowanie i uruchomienie sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A;
 - C) Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A, w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym;
 - D) Szkolenie personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i serwisu sprzętu i wyposażeniawskazanego w ppkt A;
 - E) Serwis gwarancyjny sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A.
 - 5) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji obsługi przedmiotu umowy w wersji papierowej w języku polskim, w wersji elektronicznej w języku polskim i angielskim oraz dokumentacji serwisowej(technicznej)wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.
 - 6) Wyroby medyczne stanowiące przedmiot niniejszej umowy muszą odpowiadać wymaganiom wg aktualnego stanu prawnego, a w szczególności wymaganiom ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z2017 r. poz. 211 z póź. zm.).
 - 7) Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną.
2. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne,eksploatacyjne,użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
4. Zasady realizacji przedmiotowego zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ.

3. Numer sekcji: II.2.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zadanie 2, część nr: Pakiet II

Zamiast:

Opis zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego do dwóch nowotworzonych sal operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w VI pakietach.

Powinno być:

Opis zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego do dwóch nowotworzonych sal operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w VIII pakietach.

4. Numer sekcji: II.2.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zadanie 2, część nr: Pakiet III

Zamiast:

Opis zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego do dwóch nowotworzonych sal operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w VI pakietach.

Powinno być:

Opis zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2:



1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego do dwóch nowotworzonych sal operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w VIII pakietach.

5. Numer sekcji: II.2.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zadanie 2, część nr: Pakiet IV

Zamiast:

Opis zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2:
- 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego do dwóch nowotworzonych sal operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w VI pakietach.

Powinno być:

Opis zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2:
- 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego do dwóch nowotworzonych sal operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w VIII pakietach.

6. Numer sekcji: II.2.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zadanie 2, część nr: Pakiet V

Zamiast:

Opis zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2:
 - 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego do dwóch nowotworzonych sal operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w VI pakietach.
 - 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3a do SIWZ – OPZ.
 - 3) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji w Załączniku nr 3a do SIWZ.
 - 4) Dostawa obejmuje:
 - A) Dostawę wyposażenia, w tym:
Pakiet V.
 - a) videolaryngoskop,
 - b) aparat z opaską uciskową do stazy kończyn.
 - B) Zainstalowanie i uruchomienie sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A;
 - C) Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A, w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym;
 - D) Szkolenie personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i serwisu sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A;
 - E) Serwis gwarancyjny sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A.
 - 5) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji obsługi przedmiotu umowy w wersji papierowej w języku polskim, w wersji elektronicznej w języku polskim i angielskim oraz dokumentacji serwisowej (technicznej) wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.
 - 6) Wyroby medyczne stanowiące przedmiot niniejszej umowy muszą odpowiadać wymaganiom wg aktualnego stanu prawnego, a w szczególności wymaganiom ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z póź. zm.).
 - 7) Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną.
2. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.
 - 3 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
 4. Zasady realizacji przedmiotowego zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny


PODKARPACKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Powinno być:

Opis zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego do dwóch nowotworzonych sal operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w VIII pakietach.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3a do SIWZ – OPZ.

3) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji w Załączniku nr 3a do SIWZ.

4) Dostawa obejmuje:

A) Dostawę wyposażenia, w tym:

Pakiet V.

a) aparat z opaską uciskową do stazy kończyn.

B) Zainstalowanie i uruchomienie sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A;

C) Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A, w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym;

D) Szkolenie personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i serwisu sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A;

E) Serwis gwarancyjny sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A.

5) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji obsługi przedmiotu umowy w wersji papierowej w języku polskim, w wersji elektronicznej w języku polskim i angielskim oraz dokumentacji serwisowej (technicznej) wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

6) Wyroby medyczne stanowiące przedmiot niniejszej umowy muszą odpowiadać wymaganiom wg aktualnego stanu prawnego, a w szczególności wymaganiom ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z póź. zm.).

7) Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymagania związane z kompatybilnością elektromagnetyczną.

2. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaofiarować równoważne produkty, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

3 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

4. Zasady realizacji przedmiotowego zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ.

7. Numer sekcji: II.2.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zadanie 2, część nr: Pakiet VI

Zamiast:

Opis zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego do dwóch nowotworzonych sal operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w VI pakietach.

Powinno być:

Opis zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego do dwóch nowotworzonych sal operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w VIII pakietach.

8. Numer sekcji: III.1.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamiast:

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca przedstawi:



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

PODKARPACKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



A) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – według opisu określonego poniżej;

B) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego poniżej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca.

Ad.A) przedstawi informację potwierdzającą, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową potrzebną do zrealizowania przedmiotu zamówienia odpowiednio o wartości nie mniejszej niż Zadanie 1: 2 800 000,00 PLN; Zadanie 2: Pakiet I – 130 000,00 PLN, Pakiet II – 420 000,00 PLN, Pakiet III – 29 000,00 PLN, Pakiet IV – 49 500,00 PLN, Pakiet V – 83 000,00 PLN, Pakiet VI – 28 400,00 PLN; Zadanie 3: 100 300,00 PLN;

Ad. B) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i zobowiązuje się do utrzymania tego ubezpieczenia przez okres trwania umowy, z minimalną sumą gwarancyjną ubezpieczenia odpowiednio o wartości co najmniej Zadanie 1: 2 800 000,00 PLN; Zadanie 2: Pakiet I – 130 000,00 PLN, Pakiet II – 420 000,00 PLN, Pakiet III – 29 000,00 PLN, Pakiet IV – 49 500,00 PLN, Pakiet V – 83 000,00 PLN, Pakiet VI – 28 400,00 PLN; Zadanie 3: 100 300,00 PLN;

Powinno być:

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca przedstawi:

A) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – według opisu określonego poniżej;

B) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego poniżej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca.

Ad.A) przedstawi informację potwierdzającą, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową potrzebną do zrealizowania przedmiotu zamówienia odpowiednio o wartości nie mniejszej niż Zadanie 1: 2 800 000,00 PLN; Zadanie 2: Pakiet I – 70 000,00 PLN, Pakiet II – 420 000,00 PLN, Pakiet III – 29 000,00 PLN, Pakiet IV – 49 500,00 PLN, Pakiet V – 9 000,00 PLN, Pakiet VI – 28 400,00 PLN; Pakiet VII - 64 000,00 PLN; Pakiet VIII - 74 000,00 PLN; Zadanie 3: 100 300,00 PLN;

Ad. B) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i zobowiązuje się do utrzymania tego ubezpieczenia przez okres trwania umowy, z minimalną sumą gwarancyjną ubezpieczenia odpowiednio o wartości co najmniej Zadanie 1: 2 800 000,00 PLN; Zadanie 2: Pakiet I – 70 000,00 PLN, Pakiet II – 420 000,00 PLN, Pakiet III – 29 000,00 PLN, Pakiet IV – 49 500,00 PLN, Pakiet V – 9 000,00 PLN, Pakiet VI – 28 400,00 PLN; Pakiet VII - 64 000,00 PLN; Pakiet VIII - 74 000,00 PLN; Zadanie 3: 100 300,00 PLN;

9. Numer sekcji: III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamiast:

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ad.D - Zadanie 2 i 3.

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca dostarczy wykaz co najmniej dwóch wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dostawy dla Zadania 2 sprzętu i aparatury medycznej, dla Zadania 3 wyposażenia niemedyceznego dla ośrodka zdrowia, o wartości nie mniejszej niż:

Zadanie 2: Pakiet I – 130 000,00 PLN, Pakiet II – 420 000,00 PLN, Pakiet III – 29 000,00 PLN, Pakiet IV –



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



49500,00 PLN, Pakiet V – 83 000,00 PLN, Pakiet VI – 28 400,00 PLN; Zadanie 3: 100 300,00 PLN;
Oraz 2 dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Powinno być:

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ad.D - Zadanie 2 i 3.

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca dostarczy wykaz co najmniej dwóch wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dostawy dla Zadania 2 sprzętu i aparatury medycznej, dla Zadania 3 wyposażenia niemedyceznego dla ośrodka zdrowia, o wartości nie mniejszej niż: Zadanie 2: Pakiet I – 70 000,00 PLN, Pakiet II – 420 000,00 PLN, Pakiet III – 29 000,00 PLN, Pakiet IV – 49500,00 PLN, Pakiet V – 9 000,00 PLN, Pakiet VI – 28 400,00 PLN; Pakiet VII - 64 000,00 PLN; Pakiet VIII - 74000,00 PLN; Zadanie 3: 100 300,00 PLN;

Oraz 2 dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

10. Numer sekcji: VI.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:

Zamiast:

Sprostowanie 2018/S 039-084579 z dnia 24.02.2018 r.

Sekcja VII: Zmiany, VII.2) Inne dodatkowe informacje:

III.2. W celu oceny kryterium „funkcjonalność” i weryfikacji zgodności parametrów przedmiotu zamówienia z opisem w SIWZ dla Zadania 2, należy złożyć:

1) Materiały potwierdzające zgodność zaofferowanych parametrów przedmiotu zamówienia, np.: katalogi, broszury, wyciągi z instrukcji, itp. w języku polskim.

2) W Załączniku nr 3a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem cenowym należy podać numer strony załączonych materiałów, na której znajduje się potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru oraz należy zaznaczyć w materiałach informacyjnych, w którym miejscu znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru. Dokumenty winny być ułożone chronologicznie.

3) Dokumenty, o których mowa w pkt 2, należy złożyć wraz z ofertą do dnia 4.4.2018 r. do godz. 10:00. Niezłożenie dokumentów w.w. spowoduje odrzucenie oferty. Nie ma zastosowania art. 26 ust. 3 Ustawy.

Powinno być:

Sprostowanie 2018/S 039-084579 z dnia 24.02.2018 r.

Sekcja VII: Zmiany, VII.2) Inne dodatkowe informacje:

III.2. W celu oceny kryterium „funkcjonalność” i weryfikacji zgodności parametrów przedmiotu zamówienia z opisem w SIWZ dla Zadania 2, należy złożyć:

1) Materiały potwierdzające zgodność zaofferowanych parametrów przedmiotu zamówienia, np.: katalogi, broszury, wyciągi z instrukcji, itp. w języku polskim.

2) W Załączniku nr 3a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem cenowym należy podać numer strony załączonych materiałów, na której znajduje się potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru oraz należy zaznaczyć w materiałach informacyjnych, w którym miejscu znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru. Dokumenty winny być ułożone chronologicznie.

3) Dokumenty, o których mowa w pkt 2, należy złożyć wraz z ofertą do dnia 12.4.2018 r. do godz. 10:00. Niezłożenie dokumentów w.w. spowoduje odrzucenie oferty. Nie ma zastosowania art. 26 ust. 3 Ustawy.

V. Wymagania dotyczące wadium:

1. Ustala się wadium

2) dla Zadania 2 w wysokości:

A) Pakiet I: 1 900,00 PLN

E) Pakiet V: 250,00 PLN

F) Pakiet VII: 1 800,00 PLN

G) Pakiet VIII: 2 100,00 PLN



Fundusze Europejskie
Program Regionalny


PODKARPACKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



11. Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 04/04/2018

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 12/04/2018

Czas lokalny: 10:00

12. Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 04/04/2018

Czas lokalny: 10:15

Powinno być:

Data: 12/04/2018

Czas lokalny: 10:15

13. Inne dodatkowe informacje:

Dotyczy Sekcji II: Przedmiot

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa: Zadanie 2

Część nr: Pakiet VII

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL824

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego do dwóch nowotworzonych sal operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w VIII pakietach.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3a do SIWZ – OPZ.

3) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji w Załączniku nr 3a do SIWZ.

4) Dostawa obejmuje:

A) Dostawę wyposażenia, w tym:

Pakiet VII

a) stół operacyjny ogólnochirurgiczny mobilny

B) Zainstalowanie i uruchomienie sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A;

C) Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A, w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym;

D) Szkolenie personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i serwisu sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A;

E) Serwis gwarancyjny sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A.

5) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji obsługi przedmiotu umowy w wersji papierowej w języku polskim, w wersji elektronicznej w języku polskim i angielskim oraz dokumentacji serwisowej (technicznej) wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

6) Wyroby medyczne stanowiące przedmiot niniejszej umowy muszą odpowiadać wymaganiom wg aktualnego stanu prawnego, a w szczególności wymaganiom ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z póź. zm.).

7) Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny


PODKARPACKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



2. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
4. Zasady realizacji przedmiotowego zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ.

Dotyczy Sekcji II: Przedmiot

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa: Zadanie 2

Część nr: Pakiet VIII

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL824

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego do dwóch nowotworzonych sal operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w VIII pakietach.
- 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3a do SIWZ – OPZ.
- 3) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji w Załączniku nr 3a do SIWZ.
- 4) Dostawa obejmuje:
 - A) Dostawę wyposażenia, w tym:
Pakiet VIII
 - a) Videolaryngoskop
 - B) Zainstalowanie i uruchomienie sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A;
 - C) Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A, w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym;
 - D) Szkolenie personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i serwisu sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A;
 - E) Serwis gwarancyjny sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A.
 - 5) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji obsługi przedmiotu umowy w wersji papierowej w języku polskim, w wersji elektronicznej w języku polskim i angielskim oraz dokumentacji serwisowej (technicznej) wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.
 - 6) Wyroby medyczne stanowiące przedmiot niniejszej umowy muszą odpowiadać wymaganiom wg aktualnego stanu prawnego, a w szczególności wymaganiom ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z póź. zm.).
 - 7) Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną.

2. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

4. Zasady realizacji przedmiotowego zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

26/03/2018 (dd/mm/rrrr)

DYREKTOR
Wiktoria Stasiak