



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

PODKARPACKIE

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WSz – II.4.291.10.102.2018.UE

Tarnobrzeg, dnia 03.04.2018 r.

WOJEWÓDZKI SZPITAL
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
SEKCJA
ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1, woj. podkarpackie
Tel. 17 81 486 100 REGON 000312573
NW Tarnobrzeg

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

zawieszanie i ograniczonego na Roboty budowlane „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2” oraz Dostawę nawyposadczą 051 operacyjnych Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego przetargu i zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

PAKIET NR 4 STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY:

Pytanie 1

Pozycja nr 18: Czy zamawiając dopuści również stół z ładowarką nie wbudowaną w podstawę stołu?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 2

Pozycja nr 28: Czy zamawiający dopuści również stół bez odejmowanych materacy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 3

Pozycja nr 30: Czy zamawiający dopuści również pilot z sygnalizacją dźwiękową sygnalizujący konieczność ładowania akumulatora bez załączenia układu sterowania ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 4

Pozycja nr 33: Czy zamawiający dopuści również długość stołu z blatem w zakresie 2050 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 5

Pozycja nr 35: Czy zamawiający dopuści również regulację wysokości w zakresie 540-800 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 6

Pozycja nr 36: Czy zamawiający dopuści również regulację oparcia pleców w zakresie 0-85° ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 7

Pozycja nr 37: Czy zamawiający dopuści również regulację podglówka w zakresie -50° do + 40°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 8

Pozycja nr 38: Czy zamawiający dopuści również regulację podnóżka w płaszczyźnie pionowej w zakresie 90° ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 9

Pozycja nr 39: Czy zamawiający dopuści również stół bez przechyłów bocznych ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 10

Pozycja nr 40: Czy zamawiający dopuści również stół z przechyłem Trendelenburga w zakresie 20° ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.



Pytanie 11

Pozycja nr 41: Czy zamawiający dopuści również stół bez pozycji anty- Trendelburga ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 12

Pozycja nr 43: Czy zamawiający dopuści również stół z maksymalnym obciążeniem 200 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 13

(zadanie nr 2, pakiet IV) Czy Zamawiający dopuści stół o poniższej konfiguracji:

L.p.	OPIS FUNKCJONALNOŚCI
1.	4- częściowy Stół przeznaczony do zabiegów operacyjnych w zakresie okulistyki.
2.	Możliwość składania elektrycznego do pozycji siedzącej oraz niezależnego sterowania podnóżkiem, siedziskiem oraz oparciem.
3.	Podglówek w kształcie „U” z miękkiego tworzywa dopasowującego się do kształtu głowy pacjenta.
4.	Regulacja wzdłużna podglówka z możliwością regulacji jego kąta nachylenia pod kark pacjenta.
5.	Regulacja elektryczna ruchu stołu góra / dół w zakresie min 580-880 mm
6.	Możliwość niezależnego sterowania podnóżkiem, siedziskiem, oparciem oraz zagłówkiem.
7.	Regulacji pilotem nożnym ruchu stołu góra/dół oraz ruchu zagłówka.
8.	Możliwość regulacji ruchów siedziska, zagłówka, części podpierającej plecy i nogi przy pomocy pilota ręcznego.
9.	Możliwość zapamiętania 4 pozycji stołu.
10	Regulowane podłokietniki z możliwością zmiany kąta nachylenia oraz ich całkowitego demontażu (opcja)
11	Stół na podstawie jezdnej z manualną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.
12	Szerokość całkowita stołu- 835 mm Szerokość leża- 610 mm Długość całkowita stołu- 1950 mm Rozmiar podstawy- 805 x 605 mm
13	Bezszwowe, wodoodporne, antybakteryjne obicie stołu operacyjnego.
14	Zakres regulacji podpory pleców- 85° Zakres regulacji zagłówka- 50° Zakres regulacji podpory nóg- 77° Zakres regulacji siedziska- 40 °
15	Podstawa chromowo-niklowa.
16	Zasilanie bateryjne z awaryjnym wyłącznikiem prądu. Świetlna i dźwiękowa informacja o rozładowaniu baterii.
17	Nośność- 250 kg
18	Waga- 135 kg

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 14

(zadanie nr 2, pakiet IV) Czy Zamawiający dopuści fotel o poniższej konfiguracji

p.	OPIS FUNKCJONALNOŚCI
1.	Fotel operatora przeznaczony do operacji okulistycznych.
2.	Trzy rodzaje siedzisk do wyboru.
3.	Regulacja pochylecia siedziska +6/-9 °
4.	Regulacja oparcia fotela przód / tył. +4/-18 °
5.	Możliwość regulacji obrotu podłokietników 360° oraz całkowitego ich demontażu.
6.	Możliwość regulacji wysokości podłokietników – w zakresie 300 mm .
7.	Możliwość regulacji wysunięcia podłokietników.
8.	Możliwość regulacji kąta nachylenia podłokietników (przegub kulowy) .



Fundusze Europejskie
Program Regionalny


PODKARPACKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



9.	Elektryczna regulacja wysokości siedziska w zakresie 535-735 mm.
10.	Centralny hamulec – blokując jedno kółko automatycznie unieruchamiane są pozostałe koła.
11.	Podwójne antystatyczne koła jezdne o średnicy 100 mm.
12.	Podstawa o obrysie kwadratowym (patrząc z góry – kształt zbliżony do litery H).
13.	Sterowanie fotela przy użyciu przełącznika nożnego.
14.	Zasilanie bateryjne.
15.	Maksymalne obciążenie 150kg.
16.	Dźwiękowa oraz świetlna informacja o niskim poziomie baterii.
17.	Zgodność z normą IPX4
18.	Waga max 50 kg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.


DYREKTOR
Wiktor Stasiak