WSz – II.4.291.14.97.2018

Tarnobrzeg, dn. 27.03.2018 r .

**INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ**

dot: przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) informuje, że zmienia treść SIWZ do przedmiotowego przetargu, tj.:

I. Zmienia załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy w zakresie Pakietu 48,

**z zapisu:**

| **Lp.** | **Nazwa asortymentu** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zestaw do operacji zaćmy: gaziki 7,5x7,5- 10 szt.,osłonka plastikowa na oko – 1 szt.; opatrunek okulistyczny – 1 szt.; obłożenie okulistyczne z folią i kieszonką na płyn – 1 szt.; kompresy na podłokietnik – 2 szt.; strzykawka luer lock 3ml-1 szt ; strzykawka luer lock 2 ml- 2 szt; strzykawka 10ml- 1 szt; sączek – 1 szt.; kaniula do hydrodysekcji płaska 27G – 1 szt.; kaniula 23G – 1 szt.; kaniula 20G – 2 szt. Kaniula 25G -1szt; nóż 1,2 grot – 1 szt.; nóż Slit 2,4– 1 szt.; serweta na stolik fako 70x90 – 1 szt.; folia na ekran o wymiarach min 30x23 cm– 1 szt, Zestaw drenów do aparatu phaco, oraz witrektomii przedniej i tylniej o pogrubionej ściance wymiar drenu irygacyjnego przekrój drenu 5 mm grubość ścianki 0,75 mm, przekrój wewnętrzny 3,5 mm, dren aspiracyjny przekrój zewnętrzny 4 mm, grubość ścianki 1,2 mm, przekrój wewnętrzny 1,6 mm. Długości całkowitej 210 cm, umożliwiających bardzo dokładne przeniesienie parametrów z aparatu na narzędzia peryferyjne. | | | | | | | | |

**na zapis:**

| **Lp.** | **Nazwa asortymentu** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zestaw do operacji zaćmy: gaziki 7,5x7,5- 10 szt.,osłonka plastikowa na oko – 1 szt.; opatrunek okulistyczny – 1 szt.; obłożenie okulistyczne z folią i kieszonką na płyn – 1 szt.; kompresy na podłokietnik – 2 szt.; strzykawka luer lock 3ml-1 szt ; strzykawka luer lock 2 ml- 2 szt; strzykawka 10ml- 1 szt; sączek – 1 szt.; kaniula do hydrodysekcji płaska 27G – 1 szt.; kaniula 23G – 1 szt.; kaniula 20G – 2 szt. Kaniula 25G -1szt; nóż 1,2 grot – 1 szt.; nóż typu Slit 2,4 mm nacinający tkankę oka w 6-ciu punktach posiadający sześć części tnących, zagięty – 1 szt.; serweta na stolik fako 70x90 – 1 szt.; folia na ekran o wymiarach min 30x23 cm– 1 szt. | | | | | | | | |