

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: *Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej*

Adres: *ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg*

Telefon/faks: *tel. 015 812 32 08, fax 015 812 32 08*

Strona www: www.szpitaltbg.pl

Adres e-mail: *przetargi@szpitaltbg.pl*

2. Tryb udzielania zamówienia:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie niepodlegającym Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1579 z póź. zm.) zgodnie z art. 4 ust. 8 – Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

- a) *Dostawa materiałów do sterylizacji oraz walidacja sterylizatora STERRAD 100NX.*

Przedmiot zamówienia ujęty w 5 Pakietach:

Pakiet 1 - Opakowania sterylizacyjne

Pakiet 2 - Testy sterylizacyjne

Pakiet 3 - Pomocnicze materiały sterylizacyjne

Pakiet 4 - Materiały do sterylizatora plazmowego STERRAD 100NX

Pakiet 5 - Walidacja sterylizatora STERRAD 100NX

- b) *Szczegółowy opis w załączniku nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty.*

- c) *Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przez część na jaką można złożyć oddzielną ofertę należy rozumieć pakiet. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje w pakietach. Ofertę można składać do jednej lub więcej części.*

- d) *Postępowanie, którego dotyczy niniejsze Zaproszenie oznaczone jest: WSz – II.4.291.21.2018. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.*

- e) *Wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów do sterylizacji:*

Pakiet 1, 2, 3 i 4

I Papier sterylizacyjny – włókno celulozowe, krepowany naprzemiennie pakowany, dwukolorowy

- zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%

- zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02%

- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m,

w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m

- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m,

w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m

- gramatura nominalna 60 g/m² /tolerancja wg PN EN 868-2/

- wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta/ a nie dystrybutora/ w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2

II Torebki i rękawy papierowo-foliowe z testem do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu.

- papier o gramaturze 70g / PN EN 868-3, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3

- zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%

- zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25%

- wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700mN w obu kierunkach

- nie zwilżalność wodą powyżej 40 s

- folia co najmniej pięć warstwowa / PN EN 868-5 / nie licząc warstwy kleju, wymagane wydane przez producenta folii / a nie dystrybutora/oświadczenie o zgodności z normami/ PN EN 868-3, PN EN 868-5/ i charakterystyka folii w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności:

- przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów

- grubość nie większa niż 52 µm

- wymagane potwierdzenie zgodności konstrukcji z EN 868-5 przez niezależną organizację

- wykluczone umieszczenie testu między warstwami folii

- wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania
 - powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji $\geq 100 \text{ mm}^2$
 - jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania
 - ze względu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta
- Sterylicacja parowa*

I Test paskowy typu BOWIE-DICK z ruchomą substancją wskaźnikową kompatybilny z przyrządem PCD przeznaczonym również do testów chemicznych V lub VI klasy oraz testów biologicznych.

II Wskaźnik procesu/ wymagana charakterystyka techniczna producenta/- taśma wskaźnikowa 12 mm x 50 mb.

III Nietoksyczny wskaźnik wieloparametrowy odpowiadający klasie 4 ISO 11140-1.

IV Wskaźnik do sterylizacji o wartościach ustalonych /UW/ 121° C/20 min i 134° C/7 min. odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1

Pakiet 4:

Zaoferowane materiały eksploatacyjne muszą być w pełni kompatybilne i zwalidowane ze sterylizatorem STERRAD 100NX zgodnie z ISO 14937. Na potwierdzenie tego warunku wymagamy przedstawienia zaświadczenia producenta systemu STERRAD 100NX.

4. Termin wykonania zamówienia: realizacja przedmiotu zamówienia sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego od daty obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia: do dnia 31.03.2019 r.

5. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie winna zawierać oferta:

1) Wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik nr 1)

2) Wypełniony i podpisany formularz cenowy (Załącznik nr 3)

3) Oświadczenie (Załącznik nr 4)

4) Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich dokumentów dla przedmiotowego postępowania (Załącznik nr 5)

5) Oświadczenie o braku konieczności posiadania odpowiednich dokumentów dla przedmiotowego postępowania (Załącznik nr 6)

6) Kopia aktualnego odpisu z właściwego Rejestru albo aktualny dokument wygenerowany z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów :

1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca, przekazują zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje przekazane za pomocą faksu, drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została potwierdzona pisemnie.

3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

4) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

5) Treść wszystkich pytań w formie edytowalnej prosimy wysyłać dodatkowo drogą elektroniczną na adres l.bugaj@szpitaltbg.pl., przetargi@szpitaltbg.pl

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:

1. W sprawach formalnych – Łukasz Bugaj – tel.: (015) 812 32 08.

2. W sprawach merytorycznych – Bożena Firlej tel.: (015) 812 34 00
w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 14.00.

8. Kryteria wyboru ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie kryterium – najniższa cena brutto.

Zamawiający dopuszcza prowadzenie negocjacji z Wykonawcami.

9. Miejsce i termin złożenia ofert:

1) Miejsce: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg, Sekretariat

2) Termin: Ofertę należy złożyć do dnia: 09.04.2018r. do godz. 10⁰⁰

3) Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, zaadresowane do zamawiającego na adres:

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg,

oraz opisane: „Oferta na: **Dostawę materiałów do sterylizacji.**” - Oznaczenie sprawy: *WSz – II.4.291.21.2018*” i klauzulą nie otwierać przed dniem 09.04.2018r. , godz. 9¹⁵

4) *Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w pkt. 3 nie zostaną rozpatrzone.*

10. Wyjaśnienia treści złożonych ofert, uzupełnienia, omyłki.

- 1) *Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, w razie potrzeby może zwrócić się do Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie o wyjaśnienie treści złożonej oferty lub dokumentów .*
- 2) *Jeżeli oferta Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę zawiera braki Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym przez siebie terminie .*
- 3) *Zamawiający poprawia omyłki, z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek.*

11. Odstąpienie od dalszej oceny ofert

Zamawiający może odstąpić od dalszej oceny ofert w przypadku gdy:

- 1) *Wykonawca nie złożył żądanych dokumentów (mimo wezwania)*
- 2) *Treść oferty nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.*

12. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

13. Podpisanie umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana (pocztą, emailem lub faksem) wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieszczona na stronie internetowej szpitala: www.szpitaltbg.pl.

Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 2a do zaproszenia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

14. Załączniki:

- 1) *Załącznik nr 1 - Formularz oferty*
- 2) *Załącznik nr 2 i Załącznik nr 2a - Projekt umowy*
- 3) *Załącznik nr 3 - Formularz cenowy*
- 4) *Załącznik nr 4 - Oświadczenie*
- 5) *Załącznik nr 5 - Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich dokumentów dla przedmiotowego postępowania*
- 6) *Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku konieczności posiadania odpowiednich dokumentów dla przedmiotowego postępowania*