

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ**

dot: przetargu nieograniczonego na: Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego przetargu i zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

Dotyczy pakietu 105 w postępowaniu WSz – II.4.291.33.2018.: Czy Zamawiający przewiduje by przegląd obu urządzeń z pakietu 105 odbywał się w jednym terminie?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 2**

Dotyczy załącznika nr 2 formularz cenowy pakiet 68: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące pakietu 68 – Aparat USG: w tabeli jest napisane VOLUSON, według naszej wiedzy aparat taki nie istnieje prosimy o doprecyzowanie o jaki typ aparatu chodzi.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że Pakiet 68 dotyczy Aparatu USG – typ aparatu Voluson S6 BT 12 producent; General Elektronik.

**Pytanie 3**

Dotyczy załącznika 1 formularz oferty punkt 4: Firma nasza dokumentuje wykonanie usługi poprzez wystawienie Raportów Serwisowych przez inżyniera serwisowego i nie stosuje praktyki używania kart pracy. Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie karty pracy Raportem Serwisowym.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający zgadza się na zastąpienie karty pracy Raportem Serwisowym.

**Pytanie 4**

Zwracamy się z prośbą o zmianę treści § 3 ust. 7. Projektu umowy.

Aktualna treść:

*„W przypadku, o którym mowa w ust. 6 oraz w ust. 11 Wykonawca zapewnia dostawę sprzętu zastępczego w terminie 7 dni od momentu wyłączenia aparatu/urządzenia z użytkowania”*

Proponujemy zmianę treści na:

*„W przypadku, o którym mowa w ust. 6 oraz w ust. 11 Wykonawca zapewnia dostawę sprzętu zastępczego w terminie 14 dni od momentu wysłania pisemnego zlecenia naprawy.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

**Pytanie 5**

Zwracamy się z prośbą o podanie, jakie urządzenia wchodzi w skład :

A) Pozycji 1,3 w pakiecie 120

B) Pozycji 2,3,4 w pakiecie 71

C) Pozycji 1 w pakiecie 98

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje:

**Pakiet 120**

pozycja 1 Zestaw do video (pracownia): Procesor video CV-165, Źródło światła CLE-165, Monitor OEV-191, Wózek WM-NP1;

pozycja 3 Tor wizyjny (blok): Monitor OEV-203, Źródło światła CLE-145, Procesor video CV-145.

**Pakiet 71**

pozycja 2 Zestaw Histeroskopowy: Sterownik kamery SLII 20213020, Główna Kamery 20212030, Źródło światła Xenon Nova 175 VY 0673152, Pompa Endomat, Monitor 26331020;

pozycja 3 Zestaw Artroskopowy: Monitor, Źródło światła Xenon 175, Kamera TELECAMDXII, Pompa artroskopowa, Shaver, głowica kamery, rączka shavera;

pozycja 4 Zestaw laparoskopowy: Sterownik kamery HD, Główna kamery HD, Źródło światła Xenon Nova 300 nr TY0672639, Insuflator, pompa ssąco-płuczająca Dromef, Monitor HD.

Pakiet 98 pozycja 1 Zestaw laparoskopowy: Monitor PROLED, konsola kamery, Głowica kamery, obiektyw kamery, Źródło światła L9000, Insuflator Pneumo Sore F114, Pompa P102, Optyka 0° 10 mm – 2 szt., Wózek endoskopowy ITD, Światłowód – 2 szt.

### **Pytanie 6**

Czy Zamawiający wymaga aby w cenie przeglądów pomp infuzyjnych i EKG uwzględnić wymianę akumulatorów? Dotyczy pakietów: 10, 20, 22, 45, 55, 66.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

### **Pytanie 7**

#### **SIWZ - Część C, ust. I, pkt 3:**

Czy Zamawiający w celu weryfikacji wiedzy i doświadczenia Wykonawcy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dodatkowo oprócz oświadczenia do SIWZ, imiennych certyfikatów poświadczających odbycie szkolenia u producenta sprzętu medycznego?

Tylko specjalistyczne szkolenie odbyte u producenta sprzętu medycznego w sposób wystarczający zapewnia posiadanie wiedzy i umiejętności do wykonania czynności serwisowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

### **Pytanie 8**

#### **Załącznik nr 8 do SIWZ, §4, pkt. 7:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca na czas przeglądów lub napraw trwających powyżej 7 dni zapewni Zamawiającemu nieodpłatnie sprzęt zastępczy o parametrach technicznych zbliżonych do zastępowanego urządzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### **Pytanie 9**

Dotyczy SIWZ, Część B, pkt. II ust. 4 d)

Czy Zamawiający wymaga aby zgodnie z dokumentacją techniczną producenta części zamienne były oryginalne i fabrycznie nowe?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga.

### **Pytanie 10**

Dotyczy SIWZ, Część C, pkt. II ust. 3 a) i c)

Prosimy o potwierdzenie, że termin „odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw danego sprzętu medycznego oraz aparatury medycznej” oznacza aktualne, dedykowane do urządzeń certyfikaty szkoleń producenta? W przypadku aparatury medycznej służącej do podtrzymywania funkcji życiowych tylko dokumenty wydane przez producenta zapewniają możliwość zachowania porównywalności ofert ponieważ nie ma innej możliwości zdobycia odpowiednich kwalifikacji zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że powyższe odnosi się jedynie do aparatów podtrzymujących życie.

### **Pytanie 11**

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 8, par. 4 ust. 15

Prosimy o zmianę terminu realizacji usługi naprawy, z 72 godzin do 5 dni roboczych od czasu uzyskania pisemnej akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego. Realizacja usługi w obecnym terminie nie jest możliwa, np. w sytuacji konieczności zamówienia części i może naruszać interes Zamawiającego z uwagi na to, że pod presją czasu naprawy będą realizowane częściowo i powodować wtórne usterki przez co zwiększą się koszty obsługi urządzeń i ryzyko incydentu medycznego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i zmienia Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ w zakresie § 4 ust. 15, tj.: **zmienia zapis:** „W przypadku konieczności naprawy, usługa będzie wykonana w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego. Zlecenie zostanie skierowane po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji cenowej i harmonogramu prac w terminie do 72 godzin od momentu zgłoszenia usterki w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt”; **na zapis:** „W przypadku konieczności naprawy, usługa będzie wykonana w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego. Zlecenie zostanie skierowane po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji cenowej i harmonogramu prac w terminie do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt.”.

### **Pytanie 12**

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 8, par. 7 ust. 1

Prosimy o obniżenie kar umownych do 2% lub wprowadzenie następującej modyfikacji zapisu: „W przypadku nie wykonania usługi w terminie wymaganym przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną ...” . Doświadczenie wskazuje, że wielokrotnie odpowiedzialność za przekroczenie terminów wykonania usług ponosi Zamawiający, tym samym przenoszenie ryzyka odpowiedzialności finansowej na Wykonawcę jest niedopuszczalną praktyką.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

### **Pytanie 13**

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 8, par. 7 ust. 2

Prosimy o podanie definicji „nienależytego wykonania usługi”, usunięcie zapisu, bądź zmniejszenie kary umownej do 2%. Doświadczenie wskazuje, że wielokrotnie sytuacje, które mogą być definiowane jako „nienależyte wykonanie usługi” są efektem np. niezależnych czynników administracyjnych leżących po stronie Zamawiającego, tym samym przenoszenie ryzyka odpowiedzialności finansowej na Wykonawcę jest niedopuszczalną praktyką.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ. Zamawiający pod pojęciem „nienależyte wykonanie usługi” rozumie: nie wykonanie naprawy lub nie doprowadzenia urządzenia do pełnej sprawności technicznej i użytkowej oraz brak dalszych propozycji do ukończenia rozpoczętej naprawy.

### **Pytanie 14**

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 2, Pakiet nr 45

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgodzi się wysłać urządzenia do serwisu wykonawcy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z § 4 ust. 11 cyt.: „W przypadku konieczności wykonania usługi serwisowej w siedzibie Wykonawcy, transport aparatów i sprzętu ma być w kalkulowany w cenę usługi i Zamawiający nie ponosi kosztów wysyłki”.

### **Pytanie 15**

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 2, Pakiet nr 124, pozycja 1

Prosimy o potwierdzenie, że jest to aparat do znieczulenia Fabius GS Premium, którego producentem jest Drager.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający potwierdza.

### **Pytanie 16**

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 2, Pakiet nr 149

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgodzi się wysłać urządzenie do serwisu wykonawcy jeżeli będzie taka konieczność spowodowana np. koniecznością wykonania kalibracji?

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 14.

### **Pytanie 17**

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 2, Pakiet nr 157, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie urządzenia do osobnej pozycji lub włączenie do Pakietu nr 149? Informujemy, że pozostałe pozycje w pakiecie nr 157 nie są już obsługiwane przez serwis producenta z uwagi na ich wiek i brak dostępności części zamiennych. Zgoda Zamawiającego nie ograniczy konkurencji i umożliwi złożenie oferty większej ilości wykonawców.

**Odpowiedź:** Zamawiający wydziela w/w pozycje z Pakietu 157 i tworzy oddzielny Pakiet 159.

### **Pytanie 18**

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

### **Pytanie 19**

Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej wartości umowy(usługi), a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i zmienia Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ w zakresie § 7 ust. 4, tj.: **zmienia zapis:** „W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust.1”; **na zapis:** „W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy”.

### **Pytanie 20**

**Dotyczy wzoru umowy:**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §7, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą zgodnie i niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy..”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

#### **Pytanie 22**

##### **Dotyczy wzoru umowy:**

Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu do umowy:

W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz.684 t. j.).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

#### **Pytanie 23**

##### **Dotyczy wzoru umowy:**

Zamawiający w projekcie umowy stanowiącym, Zamawiający pisze: *W przypadku nienależytego wykonania usługi, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust.1.*

Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne w umowach o zamówienie publiczne powinny zmierzać do zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Natomiast wykorzystywanie przez Zamawiającego, będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, jego pozycji do zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, które byłyby należne niezależnie od sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów. Czy wobec powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich wysokości, zakresu stosowania itp., tak by wprowadzić zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą i pozbawienia kar umownych charakteru rażąco wygórowanych dokonując złagodzenia ich rangi do 10%?

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 13.

#### **Pytanie 24**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:

„*W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności*”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

#### **Pytanie 25**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pozycji, na które będzie składana oferta?

**Odpowiedź:** Tak, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, punkt 4. tj.: cyt. „**OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:**

**Pakiet ..... (należy wpisać w zależności od oferowanego Pakietu i oddzielnie dla każdego oferowanego Pakietu)**

netto .....zł (słownie złotych: .....)

brutto .....zł (słownie złotych:.....) „

#### **Pytanie 26**

**Pakiet nr 112** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 1 : Procesor tkankowy TP 1020 Leica i pozycji 3 Cieplarko-suszarka 7000B12 Kendromed i utworzenie z nich oddzielnego pakietu, ułatwi to Wykonawcom serwisującym różny sprzęt złożenie oferty a Zamawiającemu tym samym możliwość uzyskania niższej konkurencyjnej ceny.

**Odpowiedź:** Zamawiający wydziela w/w pozycje z Pakietu 112 i tworzy oddzielny Pakiet 160.

#### **Pytanie 27**

##### **Dotyczy pakietu nr 13, 18, 25, 27, 42, 96, 116, 122, 123, 130, 140:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd wskazanych monitorów i kardiomonitorów uwzględniać powinien także wymianę akumulatorów oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług jak również prawidłowego przygotowania oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga wymiany akumulatorów.

**Pytanie 28****Dotyczy pakietu nr 47, 62, 63, 85, 135, 58, 108, 118, 133:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd defibrylatorów oraz pulsoksymetrów uwzględniać powinien także wymianę akumulatorów oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług jak również prawidłowego przygotowania oferty.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 27.

**Pytanie 29****Dotyczy pakietu nr 121, 124:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd aparatów do znieczuleń obejmuje także przegląd znajdujących się przy nich modułów gazowych? Jeśli tak prosimy o wskazanie nazwy ich producenta, typ/model oraz rok produkcji. Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

**Odpowiedź:** Tak, należy uwzględnić przegląd modułów gazowych.

**Pytanie 30****Dotyczy warunków udziałów w postępowaniu, projektu umowy:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wdrożonego w swych strukturach systemu norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a także PN-EN ISO 13485:2012? Posiadanie tego rodzaju dokumentacji, systemu i standardów jest jedną z okoliczności, która istotnie wzmacnia proces należytego wykonania zamówienia, dając tym samym instytucji zamawiającej gwarancję bezpiecznej realizacji kontraktu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 31****Dotyczy warunków udziałów w postępowaniu, projektu umowy:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia listy urzędzeń kontrolno-pomiarowych wraz z ważnymi certyfikatami legalizacji? Posiadanie tego rodzaju dokumentacji jest jedną z okoliczności, która istotnie wzmacnia proces należytego wykonania zamówienia, dając tym samym instytucji zamawiającej gwarancję bezpiecznej realizacji kontraktu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 32****Dotyczy pakietu nr 121**

Wykonawca prosi o podanie czy pod czas ostatniego przeglądu w aparatach do znieczulania były wymieniane akumulatory ?

**Odpowiedź:** Tak, były wymieniane.

**Pytanie 33****Dotyczy pakietu nr 121, 122, 123, 130**

Wykonawca zwraca się prośbą do Zamawiającego o podanie modułów gazowych zainstalowanych w monitorach.

**Odpowiedź:** Zamawiający podaje:

**Pakiet 121**

pozycja 1: brak modułu gazowego,

pozycja 2: typ F-CU8-12-VG1, nr 6899857,

pozycja 3, 5: posiada moduł gazowy wbudowany w monitor.

**Pakiet 122**

pozycja 1-6: typ M-C.02, nr pozycja 1: 4736854, pozycja 3: 4736850

pozycja 7-8: brak modułu gazowego.

**Pakiet 123** brak modułu gazowego.

**Pakiet 130** brak modułu gazowego.

**Pytanie 34****Dotyczy pakietu nr 121**

Czy podczas przeglądu Zamawiający będzie wymagał od każdego Wykonawcy wymiany poniższych części zgodnie z wymaganiami producenta tzn.:

AESPIRE / AESTIVA: Filtr zasilania gazowego linii x3, Uszczelka O2 na butlę x1, Uszczelka N2O na butlę x1, Filtr brązowy zasilania wysokiego ciśnienia x2, Filtr, 2-microny x1, Uszczelki gniazd parowników x1, Akumulator x1

CAM/AM: filtr przeciw kurzowy boczny x1, filtr przeciw kurzowy ekranu x1, filtr powietrza NIBP x1, pułapka wodna d-fend x 1, linia próbkująca x 1, zestawy serwisowe 8001760 x1

**Odpowiedź:** Zamawiający będzie wymagał od każdego Wykonawcy wymiany pakietów serwisowych, zgodnie z wymaganiami producenta, zgodnie z par. 2 ust. lit. d. Projektu umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

#### **Pytanie 35**

##### **Dotyczy pakietu nr 121, 122, 123, 130**

Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego czy będzie wymagał od każdego wykonawcy na etapie składania ofert, certyfikatów szkoleń odbytych w siedzibie producenta z zakresu wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pakietów w celu rzetelnego wykonania zamówienia?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

#### **Pytanie 36**

##### **Dotyczy pakietu nr 121, 122, 123, 130**

Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego o podanie dla aparatury z powyższych pakietów dat wykonana przeglądów. Informacja ta jest niezbędna w celu oszacowania ilości dojazdów a co za tym idzie przedstawienia konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że przegląd sprzętu i aparatury medycznej należy wykonać:

Pakiet 121: lipiec 2018,

Pakiet 122: sierpień 2018,

Pakiet 123: wrzesień 2018;

Pakiet 130: marzec 2019.

#### **Pytanie 37**

##### **Dotyczy zapisów SIWZ**

Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w dniu 25.05.2018 pismem WSz – II.4.291.33.148.2018 zmienił treść SIWZ w zakresie terminu składania ofert.

Termin składania ofert na dzień 05.06.2018 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.06.2018 r. o godz. 10:15.

#### **Pytanie 38**

Dot. SIWZ część C.I.1.2.3a – pakiet 4

Diatermie chirurgiczne to urządzenia dawkujące prąd do ciała pacjenta, a nieprawidłowo wykonane czynności serwisowe mogą stać się przyczyną incydentu medycznego. Jednocześnie zgodnie z wymogami producenta diatermii wg zadania 4 tj. firmy ERBE Elektromedizin GmbH Niemcy (np. w instrukcji użytkowania urządzenia) czynności serwisowe (w szczególności naprawy i zmiany) powinny być wykonywane wyłącznie przez producenta lub osobę upoważnioną przez niego.

Z uwagi na powyższe prosimy o potwierdzenie, że wymagając dla pakietu 4, aby Wykonawca dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw danego sprzętu oraz aparatury medycznej min. 1 rok, Zamawiający wymaga posiadania przez tą osobę pisemnego poświadczenia odbytych szkoleń serwisowych u producenta diatermii.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

#### **Pytanie 39**

Dot. pakiet 4 - diatermie ERBE

Prosimy o informację, czy z uwagi na inwazyjność wyrobów jakimi są diatermie elektrochirurgiczne dawkujące prąd do ciała pacjenta i związane z tym podwyższone ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy dysponowania autoryzacją producenta do wykonywania czynności serwisowych. Nieautoryzowana ingerencja w urządzenie skutkować może ograniczeniem odpowiedzialności wytwórcy za produkt.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

#### **Pytanie 40**

Dot. Umowa par.4 ust.7 - pakiet 76, 77

Wnioskujemy o odstąpienie od wymogu dostarczania aparatu zastępczego dla pakietów 76, 77. Z uwagi na konstrukcję urządzenia (urządzenie wielkogabarytowe, przytwierdzone trwale do stropu) oraz wiek urządzeń (około 18 lat) zastąpienie go innym nie jest możliwe.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuj, że zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ zapis § 4 ust. 7 cyt. „Dotyczy Pakietu 13-14, 17, 25, 27-28, 36-37, 42, 47, 51, 53, 62-64, 68, 75, 85, 90, 96, 107, 121-124, 130, 135-136, 140, 149”

#### **Pytanie 41**

Dot. Umowa par.7 ust.3

Wnioskujemy o zmniejszenie kary umownej za niedostarczenie aparatu zastępczego z 20% do 0,2% za każdy dzień zwłoki. Kara na poziomie 20% jest rażąco zawyżona, niewspółmiernie do wagi przewinienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

**Pytanie 42**

Dot. Umowa par.4 ust.7 - pakiet 4

Wnioskujemy o odstąpienie od wymogu dostarczania aparatu zastępczego dla pakietu 4.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 38.

**Pytanie 43**

**dot. Wzór Umowy § 3 pkt 5, § 4 pkt 7**

Czy Zamawiający potwierdzi, iż w odniesieniu do Pakietu nr 70 (Tomograf komputerowy Aquilion 16 producent Toshiba )nie jest wymagane zapewnienie sprzętu zastępczego na czas naprawy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 38.

**Pytanie 44**

**dot. zał. Nr 2 Formularz Cenowy pakiet 40 poz. 3**

Uprzejmie prosimy o wydzielenie aparatu Arcadis Avantic (poz. 3) i przeniesienie aparatu do pakietu 72. Zwracamy uwagę, że wskazane aparaty pochodzą od jednego producenta i zaoferowana cena na wszystkie urządzenia może być dla Zamawiającego korzystniejsza.

**Odpowiedź:** Zamawiający wydziela w/w pozycje z Pakietu 40 i do Pakiet u 72.

**Pytanie 45**

**dot. SIWZ część C pkt. 1. 3) c)**

Celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu prosimy o wymóg dołączenia do oferty, oprócz oświadczenia Wykonawcy, dowodu potwierdzającego jego spełnienie w formie odpowiedniego dokumentu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 46**

**dot. zał. Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy par. 2 ust.3 pkt e) i d)**

Celem doprecyzowania zapisów prosimy o dopisanie na końcu pkt słów: „jeśli dotyczy”

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 47**

**dot. zał. Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy par. 4 ust. 12**

Prosimy o podanie dat ostatnio wykonanych przeglądów.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że ostatni przegląd sprzętu i aparatury medycznej został wykonany we wrześniu 2017 r.

**Pytanie 48**

**dot. zał. Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy par.4 ust.14**

Czy zamawiający dopuści konsultację telefoniczną z inżynierem serwisowym – specjalistą w danej grupie sprzętowej np. aparatury RTG pełniącym funkcję wsparcia technicznego i merytorycznego w centrum opieki serwisowej wykonawcy?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 49**

**dot. zał. Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy par. 4 ust. 18**

Zamawiający wymaga:

*Kalkulacja cenowa nie zawiera kosztów diagnostyki naprawy, które ponosi Wykonawca, bez względu na to czy Zamawiający wystosuje pisemne zlecenie, o którym mowa w ust. 15.*

Prosimy o wyjaśnienie jak według Zamawiającego strony będą dokonywać realizacji i rozliczeń dotyczących diagnozy awarii, gdzie na podstawie zgłoszenia awarii przez Zamawiającego inżynier serwisu nie ma pewności co uległo uszkodzeniu i wymaga naprawy? W takiej sytuacji wizyta na miejscu w siedzibie Zamawiającego jest w ocenie Wykonawcy pożądana, by móc precyzyjnie określić źródło zaistniałej awarii i wskazać konkretne podzespoły do wymiany lub, jeśli to możliwe, dokonać naprawy bez konieczności wymiany części.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 50**

**dot. zał. Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy par. 4 ust.21**

Prosimy o odstąpienie od drugiej części zdania: „oraz na każde żądanie Zamawiającego ekspertyzy powykonawczej stanu technicznego opisującą zakres uszkodzeń oraz części i podzespoły, które będą wymienione w trakcie naprawy.” Zwracamy uprzejmie uwagę, że zapis ten stoi w sprzeczności z pierwszą częścią zdania.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 51****dot. zał. Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy par. 4 ust.24**

Uprzejmie prosimy o nadanie następującego brzmienia ustępowi:

*Na wymienione części zamienne i materiały Wykonawca udziela, gwarancji na okres nie krótszy niż gwarancja udzielona przez producenta tych części.*

Umowa o świadczenie usług, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, nie przewiduje gwarancji, związanej przede wszystkim z umową sprzedaży. Gwarancja jakości udzielana jest na ewentualne części zamienne. Natomiast należyte wykonywanie usług jest zabezpieczone odpowiedzialnością kontraktową Wykonawcy wynikająca z przepisów kodeksu cywilnego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 52****dot. zał. Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy par. 5 ust 2**

Prosimy o nadanie następującego brzmienia ustępowi: *W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna.*

Zwracamy uwagę, że to właśnie kwota brutto jest uzależniona od stawki VAT, a kwota netto jest stała. W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulega kwota brutto. Prosimy więc o odpowiednią modyfikację.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

**Pytanie 53****dot. zał. Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy par. 6 ust 1**

Czy Zamawiający doprecyzuje zapisy przez zastąpienie słów: „zgłoszenia nienależytego wykonania usługi” słowami: „usługi uznania reklamacji, rozpatrzenie reklamacji nie dłużej niż 5 dni roboczych”

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 54****dot. zał. Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy par. 7 ust. 1 i ust.2**

Prosimy o usunięcie wskazanych ustępów. Zwracamy uwagę, że zgodnie z obowiązującą Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r. (sygn. III CZP 61/2003) „Przesłanką powstania roszczenia wierzyciela o zapłatę kary umownej może być każda postać niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez dłużnika, zastrzeżenie kary umownej może odnosić się jednak tylko do określonych, zindywidualizowanych postaci niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.” Przedmiotowe zapisy nie zawierają zindywidualizowanych postaci niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

**Pytanie 55****dot. zał. Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy par. 7 ust. 1**

Prosimy o zmniejszenie kar do 0,10 %

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

**Pytanie 56****dot. zał. Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy par.7 ust.2**

Prosimy o zmniejszenie kar do 0,20 %

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

**Pytanie 57****dot. zał. Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy par. 7 ust. 6**

Czy Zamawiający doprecyzuje zapis przez dopisanie na końcu ustępu słów: „z zastrzeżeniem ust. 8”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

**Pytanie 58****dot. zał. Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy par. 7**

Prosimy o dopisanie ust 8 o poniższej treści:

*Wykonawca ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń umownych w zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy, niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia, wynikająca z realizacji umowy lub mająca z nią związek (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do rocznej wartości netto umowy. W przypadku uszkodzenia nośnika informacji odpowiedzialność nie obejmuje pokrycia kosztów odtworzenia utraconych danych. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości użytkowania, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom oraz inne szkody o podobnym charakterze.”*



Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywuującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

#### **Pytanie 59**

##### **dot. zał. Nr 2 Formularz Cenowy pakiet 72**

Prosimy o podanie prawidłowego numeru seryjnego urządzenia Polymobil 10 wymienionego w pakiecie 72.

Z wiedzy Wykonawcy wynika, że wskazany aparat posiada inny numer.

**Odpowiedź: Zamawiający podaje: nr seryjny urządzenia Polymobil 10 – 01608S16**

#### **Pytanie 60**

##### **dot. Porozumienia o powierzeniu przetwarzania danych osobowych**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy Strony mają zawartą ramową umowę dotyczącą powierzenia przetwarzania danych osobowych nie będzie potrzeby podpisywania niniejszego porozumienia.

#### **Pytanie 61**

##### **dot. Porozumienia o powierzeniu przetwarzania danych osobowych par. 5 ust.1**

Mając na uwadze, że usługi serwisowe świadczone przez wykonawców o globalnym mają także globalną strukturę zakładającą udział spółek z grupy kapitałowej wykonawcy, w szczególności producenta urządzeń (co pozwala zaoferowanie modelu usługi „follow the Sun”) uprzejmie prosimy o zmianę, która odda faktyczny model świadczenia usług serwisowych:

*Administrator wyraża zgodę na podprzetwarzających wskazanych pod adresem internetowym:*

(1) *adresem .....*

*Administrator niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecania czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.*

(2) *Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.*

(3) *W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Administratora, Administrator przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.*

*Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania*

a. *zapropionować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub*

b. *podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora, które wyeliminują jego zastrzeżenia .*

c. *W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), stosuje on mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.*

(4) *W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Administrator niniejszym udziela Podmiotowi przetwarzającemu pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Administratora. Ponadto, Administrator udziela Podmiotowi przetwarzającemu wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych. Oznacza to, że Podmiot przetwarzający jest uprawniony do działania w imieniu Administratora oraz podprzetwarzającego. Podmiot przetwarzający jest również uprawniony do wykonywania praw i uprawnień przysługujących Administratorowi z tytułu standardowych klauzul ochrony danych wobec podprzetwarzającego.*

Mając na uwadze powyższe prosimy o odstąpienie od ustępu 2.

**Odpowiedź:** W odpowiedzi na pytania 60 i 61 dot. Porozumienia o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej potwierdza zawarcie umowy ramowej dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych i nie będzie konieczne podpisywanie kolejnego porozumienia.

Natomiast Wojewódzki Szpital im Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu dopuszcza aneksowanie Porozumienia o powierzenie przetwarzania danych osobowych w następującym brzmieniu:

§ 5 ust. 2 „Administrator wyraża zgodę na podprzetwarzających wskazanych pod adresem internetowym

a) adresem .....

Administrator niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecenia podmiotom ujętym w wykazie jako – podprzetwarzającym.

b) zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.

c) w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Administratora, Administrator przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń. Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania

1) zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego;

lub

b. podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora, które wyeliminują jego zastrzeżenia.

c. w przypadku zlecenia przez podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG) stosuje on mechanizmy przesyłania danych zgodnie z art. 44 i nas. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych o organizacyjnych w taki, sposób aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń”.

d) W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Administrator niniejszym udziela Podmiotowi przetwarzającemu pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Administratora. Ponadto, Administrator udziela Podmiotowi przetwarzającemu wyrażnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych. Oznacza to, że Podmiot przetwarzający jest również uprawniony do działania w imieniu Administratora oraz przetwarzającego. Podmiot przetwarzający jest również uprawniony do wykonywania praw i uprawnień przysługujących. Administratorowi z tytułu standardowych klauzul ochrony danych wobec podprzetwarzającego”.

Pozostała treść umowy bez zmian.

## **Pytanie 62**

### **dotyczy Pakiet 72**

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do urządzeń z zakresu Pakietu Nr 72, wystarczającym dokumentem stanowiącym o kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw danego sprzętu oraz aparatury medycznej min. 1 rok, wystarczający będzie certyfikat z odbytego szkolenia z zakresu serwisu urządzeń medycznych lub RTG, a nie certyfikat dotyczący bezpośrednio z nazwy urządzeń wymienionych w rzeczonym pakiecie.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający potwierdza.

## **Pytanie 63**

### **ZALĄCZNIK NR 8 do SIWZ – Projekt umowy, § 4, ust. 24**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie, w ramach pakietu 72, od wymogu dostarczenia części zamiennych z gwarancją nie krótszą niż gwarancja producenta tych części. Powyższe jest konieczne ponieważ część podzespołów do urządzeń z zakresu ów pakietu wyszła już z produkcji, a więc nie ma mowy o określeniu długości trwania gwarancji producenta tychże części.

Poniżej przedstawiamy naszą propozycję:

"Na wykonaną usługę naprawy Wykonawca udziela, co najmniej trzy miesięcznej gwarancji na robociznę oraz gwarancji na wymienione części zamienne i materiały na okres nie krótszy niż trzy/sześć/dwanaście... miesięcy."

Ponieważ prawdopodobnie żaden potencjalny Wykonawca nie będzie dysponował dostępem do gwarancji producenta części, w naszej ocenie zamówienie jest w tej sytuacji nie możliwe do zrealizowania. Wyeliminowanie tego problemu przed terminem składania ofert pozwoli Zamawiającemu uniknąć zawarcia umowy na świadczenie nie możliwe.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ.

#### **Pytanie 64**

##### **Dotyczy wzoru umowy**

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §4 ust.7:

*„W przypadku, o którym mowa w ust. 6 oraz w ust. 11 Wykonawca zapewnia dostawę sprzętu zastępczego w terminie 7 dni od momentu wyłączenia aparatu/urządzenia z użytkowania”*

zapisem:

*„W przypadku, o którym mowa w ust. 6 oraz w ust. 11 Wykonawca zapewnia dostawę sprzętu zastępczego w terminie 14dni od momentu **akceptacji oferty naprawy przez Zamawiającego**”*

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ.

#### **Pytanie 65**

##### **Dotyczy wzoru umowy**

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §4 ust.15:

*„W przypadku konieczności naprawy, usługa będzie wykonana w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego. Zlecenie zostanie skierowane po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji cenowej i harmonogramu prac w terminie do 72 godzin od momentu zgłoszenia usterki w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt.*

*Kalkulacja cenowa dotycząca naprawy nie wpływa na wartość umowy, określonej w § 3 ust. 1.”*

zapisem:

*„W przypadku konieczności naprawy, usługa będzie wykonana w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego. Zlecenie zostanie skierowane po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji cenowej i harmonogramu prac w terminie do **5 dni** od momentu zgłoszenia usterki w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt.*

*Kalkulacja cenowa dotycząca naprawy nie wpływa na wartość umowy, określonej w § 3 ust. 1. **W przypadku, jeżeli zachodzi konieczność sprowadzenia części do wykonania naprawy, zostanie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym inny termin wykonania usługi**”*

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 11.

#### **Pytanie 66**

##### **Dotyczy wzoru umowy**

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §4 ust.15:

*„W przypadku konieczności naprawy, usługa będzie wykonana w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego. Zlecenie zostanie skierowane po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji cenowej i harmonogramu prac w terminie do 72 godzin od momentu zgłoszenia usterki w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt.*

*Kalkulacja cenowa dotycząca naprawy nie wpływa na wartość umowy, określonej w § 3 ust. 1.”*

zapisem:

*„W przypadku konieczności naprawy, usługa będzie wykonana w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego. Zlecenie zostanie skierowane po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji cenowej i harmonogramu prac w terminie do **5 dni** od momentu zgłoszenia usterki w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt.*

*Kalkulacja cenowa dotycząca naprawy nie wpływa na wartość umowy, określonej w § 3 ust. 1. **W przypadku, jeżeli zachodzi konieczność sprowadzenia części do wykonania naprawy, termin wykonania usługi wynosi 21 dni roboczych.**”*

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 11.

#### **Pytanie 67**

##### **Dotyczy wzoru umowy**

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §5 ust.2:

*„W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena netto, cena brutto pozostanie niezmienna”*

zapisem:

*„W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena **brutto**, cena **netto** pozostanie niezmienna”*

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 52.

#### **Pytanie 68**

##### **Dotyczy wzoru umowy**

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §7 ust.1:

*„W przypadku nie wykonania usługi w terminie wymaganym przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust.1.”*

zapisem:

*„W przypadku nie wykonania usługi w terminie wymaganym przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust.1.”*

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 55.

**Pytanie 69**

**Dotyczy wzoru umowy**

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §7 ust.2:

*„W przypadku nienależytego wykonania usługi, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust.1”*

zapisem:

*„W przypadku nienależytego wykonania usługi, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust.1”*

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 56.

**Pytanie 70**

**Dotyczy wzoru umowy**

Wykonawca prosi o doprecyzowanie co rozumie pod pojęciem „nienależytego wykonania usługi” z zapisu §7 ust.2:

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 13.

**Pytanie 71**

**Dotyczy wzoru umowy**

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §7 ust.3:

*„W przypadku nie dostarczenia urządzenia zastępczego w terminie opisanym w § 4 ust. 7, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust.1, za każdy dzień zwłoki”*

zapisem:

*„W przypadku nie dostarczenia urządzenia zastępczego w terminie opisanym w § 4 ust. 7, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust.1, za każdy dzień roboczy zwłoki”*

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 72**

**Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 121**

Wykonawca prosi o informację na temat typu i numerów seryjnych modułów gazowych w kardiomonitorach w pakiecie nr 121 dla poz. 2,4,5,6,7.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 33.

**Pytanie 73**

**Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 122**

Wykonawca prosi o informację na temat typu i numerów seryjnych modułów gazowych w kardiomonitorach w pakiecie nr 122 dla poz. 1-7.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 33.

**Pytanie 74**

**Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 123**

Wykonawca prosi o informację na temat typu i numerów seryjnych modułów gazowych w kardiomonitorach w pakiecie nr 123.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 33.

**Pytanie 75**

**Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 130**

Wykonawca prosi o informację na temat typu i numerów seryjnych modułów gazowych w kardiomonitorach w pakiecie nr 130.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 33.

**Pytanie 76**

Wykonawca prosi o wydłużenie terminu składania ofert o 5 dni.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 37.

Jednocześnie Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przedmiotowe zamówienie, tj.:

I. Zmienia SIWZ pkt I w Części A Postanowienia ogólne – tj: **zmienia zapis:** tel./faks: (015) 812 32 09, **na zapis:** tel. (015) 812 32 09, fax (015) 812 32 03.

II. Zmienia SIWZ pkt I w Części B Przedmiot zamówienia – tj: **zmienia zapis:** Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w 158 pakietach.

**na zapis:** Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w 161 pakietach.

III. Zmienia Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy w zakresie Pakietu 40, 72, 112 i 157 oraz poprzez dodanie Pakietu od 159-160.

IV. Zmienia Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt umowy w zakresie

1. § 4 ust. 15, w związku z odpowiedzią na pytanie 11, tj.: **zmienia zapis: zmienia zapis:** „W przypadku konieczności naprawy, usługa będzie wykonana w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego. Zlecenie zostanie skierowane po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji cenowej i harmonogramu prac w terminie do 72 godzin od momentu zgłoszenia usterki w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt”;  
**na zapis:** „W przypadku konieczności naprawy, usługa będzie wykonana w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego. Zlecenie zostanie skierowane po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji cenowej i harmonogramu prac w terminie do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt.”
2. § 7 ust. 4, w związku z odpowiedzią na pytanie 19, tj.: **zmienia zapis:** „W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust.1”;  
**na zapis:** „W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy”.