

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ**

dot. przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego przetargu i zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

Pakiet 3 poz.4,5

Czy Zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki o przekroju:

dla pozycji 4 - 12 Fr długości: 15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm

dla pozycji 5 - 14FR długości: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm

do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw apiogeny kompletny do implantacji?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4, 5 z pakietu 3 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

**Pytanie 3**

Pakiet 12

Czy Zamawiający w Pakiecie 12 dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny asortyment o następujących parametrach:

Częściowo wchłaniana siatka w kształcie Y, o wymiarach: długość 27 cm,

szerokość 5 cm

Przeznaczona do zabiegów laparotomii lub laparoskopii

Kolor biały z pojedynczymi, niebieskimi włóknami

Materiał: monofilament – polipropylen przepleciony monokrylem,

Porowatość 68,3 % przed wchłonięciem monokrylu

Porowatość 72,3 % po wchłonięciu monokrylu

Grubość 0,42 mm.

Gramatura 57 g/m<sup>2</sup> przed wchłonięciem monokrylu

Gramatura 28 g/m<sup>2</sup> po wchłonięciu monokrylu

Czas wchłaniania monokrylu 84 dni

Kolor: biały z pojedynczymi, niebieskimi włóknami

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Termin składania ofert do dnia 28.06.2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.06.2018 r. o godz. 10:15.