

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot: przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego przetargu i zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1**Pakiet 2, poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z filtrem o wielkości porów 0,2 mikrona

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 2**Pakiet 2, poz.1**

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr ma być zlokalizowany maksymalnie 20 cm od pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że, filtr nie musi być zlokalizowany maksymalnie 20 cm od pacjenta.

Pytanie 3**Pakiet 6, poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1,9 m z 2L workiem bezłateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,14 cm H₂O i wydechowy 0,16 cm H₂O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Możliwość stosowania do 7 dni.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 4**Pakiet 6, poz.1**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby układ oddechowy posiadał wewnętrzny (zintegrowany) przewód do próbkowania gazu z łącznikami typu męskiego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie oczekuje aby układ oddechowy posiadał wewnętrzny (zintegrowany) przewód do próbkowania gazu z łącznikami typu męskiego

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Termin składania ofert do dnia 28.06.2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.06.2018 r. o godz. 10:15.