

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot: przetargu nieograniczonego na: Dostawę i montaż detektora do Mammografu Selenia Dimensions s/n 81001132038 dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego przetargu i zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1**Dotyczy §4 , punkt 8 Umowy**

Prosimy o poprawienie w.w zapisu tzn. omyłki pisarskiej z „Tomografu komputerowego” na Mammograf Cyfrowy Selenia Dimension.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pismem znak: Wsz-II.4.291.52.2018r. z dnia 14.09.2018r. zmienił treść SIWZ dotyczącą Załącznika nr 5 do SIWZ – Projekt umowy.

Pytanie 2**Dotyczy § 6, punkt 10 Umowy**

W nawiązaniu do ust. 6 § punkt 10 projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, *zapewnienia sprzętu zastępczego tej samej klasy*, gdyż w przypadku mammografu - urządzenia rentgenodiagnostycznego, montowanego na stałe do podłoża, jest niemożliwe.

Wyjaśniamy, iż dostarczenie aparatu mammograficznego, sprzętu specjalistycznego jakim jest mammograf, jest niezasadne, ze względu na szereg czynności związanych z tym procesem.

Proces instalacji nowego (zastępczego sprzętu) jest skomplikowany. Należy zdemontować uszkodzony mammograf, przygotować ponownie pomieszczenie pod instalację zastępczego aparatu, zainstalować nowy sprzęt co trwa do 5 dni roboczych (kalibracja, montaż, demontaż). Uruchomienie aparatu zastępczego (Mammografu) jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploataowanie tego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który wynosi do **30 dni roboczych**. Dlatego też, bardzo prosimy o wykreślenie w/w zapisu poprzez odstąpienie od wymogu zapewnienia sprzętu zastępczego w przypadku mammografu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ poprzez wykreślenie zapisu ust. 10 w § 6.

Jednocześnie Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przedmiotowe zamówienie, tj.:

I. Zmienia zapisy SIWZ w zakresie Załącznika nr 5 – Projekt umowy zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Termin składania ofert do dnia 21.09.2018 r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.09.2018 r. o godz. 09:15.

DYREKTOR
 Wiktor Stasiak