

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego na: Dostawę i montaż detektora do Mammografu Selenia Dimensions s/n 81001132038 dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego przetargu i zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Dotyczy załącznika Nr 2 do SIWZ, punkt 5 tabeli technicznej

Prosimy wykreślenie punktu 5 tabelki technicznej rubryka Parametr techniczny słowa „Podać” i zostawienie jedynie słowa TAK

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia Zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ poprzez wykreślenie pkt. 5 - Numer seryjny detektora. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wymaga podania numeru seryjnego detektora po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Jednocześnie Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przedmiotowe zamówienie, tj.:

I. Zmienia zapisy SIWZ w zakresie Załącznika nr 2 – Zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Termin składania ofert do dnia 21.09.2018 r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.09.2018 r. o godz. 09:15.