

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ**

dot. przetargu nieograniczonego na: Dostawę i montaż lampy RTG, przewodu wysokiego napięcia i wymiennika ciepła do tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego przetargu i zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

Zwracamy się z prośbą o usunięcie z załącznika nr 2 do SIWZ wymogu podania numeru seryjnego oferowanej lampy RTG. Informujemy, że na etapie składania oferty informacja ta jest jeszcze nieznaną. Zamawiający może wymagać wymiany lampy RTG, wymiennika ciepła i przewodu wys. napięcia w późniejszym czasie trwania umowy. W momencie zgłoszenia zapotrzebowania zamawiane są części i dopiero w tym momencie znany będzie numer seryjny lampy RTG. Prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i zmienia Zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ poprzez wykreślenie pkt. 5 - Numer seryjny lampy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wymaga podania numeru seryjnego lampy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

**Pytanie 2**

Dotyczy SIWZ, Część D – Kryteria oceny ofert:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę kryterium oceny Ofert na:

Cena: 60%

Gwarancja: 30%

Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski: 10%

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 3**

Dotyczy SIWZ:

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w celu dbałości o zapewnienie należytej jakości usług podczas wykonywania zamówienia, będzie wymagał, aby zamówienie było realizowane przez autoryzowanego przedstawiciela producenta sprzętu i/lub przez osoby posiadające szkolenia producenta do wykonywania przeglądów technicznych.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 4****Dotyczy załącznik 2 do SIWZ**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że nie wymagać będzie podania na etapie składania oferty numeru seryjnego lampy RTG. Oferowana przez nas lampa będzie nowa i pochodzić będzie z bieżącej produkcji, zatem niemożliwe jest podanie jej numeru seryjnego na tym etapie. W przypadku zgody na powyższe prosimy o usunięcie z załącznika nr 2 wymogu podania numeru seryjnego lampy RTG.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymagać będzie, aby lampa była fabrycznie nowa i pochodziła z bieżącej produkcji, a nie z zalegających zapasów magazynowych.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ.

Jednocześnie Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przedmiotowe zamówienie, tj.:

I. Zmienia zapisy SIWZ w zakresie Załącznika nr 2 – Zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Termin składania ofert do dnia 21.09.2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.09.2018 r. o godz. 10:15.

**DYREKTOR**

Wiktor Stasiak

