



WSz – II.4.291.53.269.2018.UE

Tarnobrzeg, dnia 02.10.2018 r.

WOJEWÓDZKI SZPITAL
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

SEKCJA
ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

dot. przetargu nieograniczonego na Dostawę wyposażenia sal operacyjnych Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego przetargu i zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pakiet nr 1

Pytanie 1

Poz. 1 Wózek do przewożenia chorych - szt. 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka do przewożenia chorych z kołami o średnicy 200 mm. Parametr ten – wydaje się oczywiste – jest parametrem lepszym niż w opisie przedmiotu zamówienia SIWZ. Koła o większej średnicy ułatwiają przetaczanie wózka szczególnie po nierównych powierzchniach.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 2

Poz. 2 Wózek do przewożenia chorych - szt. 2

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka do przewożenia chorych z kołami o średnicy 200 mm. Parametr ten – wydaje się oczywiste – jest parametrem lepszym niż w opisie przedmiotu zamówienia SIWZ. Koła o większej średnicy ułatwiają przetaczanie wózka szczególnie po nierównych powierzchniach.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 3

Poz. 3 Wózek konfiguracja anestezjologiczna, szt. 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z blatem posiadającym jeden zintegrowany uchwyt do przetaczania wózka? Proponowane rozwiązanie jest w pełni ergonomiczne i funkcjonalne.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Poz. 4 Lampa zabiegowa, szt. 1

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o średnicy pola roboczego d10-d50 równą 220-110 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową posiadającą regulację natężenia oświetlenia w zakresie 50-100%?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Poz. 6 Wózek konfiguracja użytkowa, szt. 2

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek ze stali lakierowanej proszkowo bez profili aluminiowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez dolnego blatu, w całości zabudowany, jak na poniższym zdjęciu?



Fundusze Europejskie
Program Regionalny


PODKARPACKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach szafki: 600x500 mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z podstawą z tworzywa ABS wyprofilowaną na narożach, w taki sposób, że stanowi ona ochronę przed uszkodzeniami bez odbojów na kołach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 10


Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w 3 szuflady?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 11

Czy zamiast uchwytu w blacie na 3 butelki Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwytu na butelki mocowane do szyny instrumentalnej mocowanej na stelażu nad blatem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.


DYREKTOR
Wiktor Stasiak