

Tarnobrzeg, dnia 01.10.2018 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro w trybie procedury porównanie cen na :
Dostawę i montaż głowicy 6TC-RS (rekondycjonowanej) do przezprzełykowych badań echokardiograficznych do aparatu VIVID S5 dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące zaproszenia do złożenia oferty dla w/w postępowania, i w odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, ponieważ w § 4, punkt 2 umowy jest mowa o nowej głowicy: „Wykonawca gwarantuje dostawę nowego, nieużywanego przedmiotu umowy wymienionego w § 2 niniejszej umowy”, natomiast jednocześnie przedmiotem zamówienia jest głowica rekondycjonowana. Pragniemy poinformować, że głowica rekondycjonowana nie jest sprzętem nowym, nieużywanym.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia § 4, punkt 2 projektu umowy

z zapisu:

„Wykonawca gwarantuje dostawę nowego, nieużywanego przedmiotu umowy wymienionego w § 2 niniejszej umowy”

na zapis:

„Wykonawca gwarantuje dostawę rekondycjonowanego przedmiotu umowy wymienionego w § 2 niniejszej umowy”

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Termin składania ofert do dnia 05.10.2018 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.10.2018 r. o godz. 11:15

Z upoważnienia Dyrektora
Z-ca DYREKTORA
dla Lecznicy

lek. med. Krzysztof Stolarski