

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot: przetargu nieograniczonego na: Dostawę jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego przetargu i zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

dotyczy pakietu 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zakresie pakietu nr 1 na poszczególne pozycje? Zgoda pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczny Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, dzięki czemu Zamawiający osiągnie niższe ceny

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

dotyczy pakietu 1:


W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1, 2 oraz 3 do oddzielnych pakietów. Zgoda pozwoli jak wyżej - na przystąpienie do przetargu większej liczny Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, dzięki czemu Zamawiający osiągnie niższe ceny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

dotyczy pakietu 1 poz.1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz. 1 niżej opisanego zestawu?



Zestaw do operacji kończyn z osłoną w składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 4 ręczniki do rąk 30,4cm x 34cm
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- 1 elastyczna osłona na nogę 22 x 75 cm wykonana z kratonu
- 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta), z elastycznym otworem o średnicy 7cm, z warstwą chłonną 50 x 100 cm i organizatorami przewodów
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety obłożenia nie zawierają włókien celulozy. Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m² + gramatura w części chłonnej 85g/m². Całkowita gramatura 140 g/m².


Materiał serwet głównych posiada min. 3 warstwy PE+PP+PP - polietylen, polipropylen foliowany nieprzemakalny (grubość folii 33µ) o min. gramaturze 75 g/m² w części podstawowej. Gramatura łąty chłonnej wynosi min. 80 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

dotyczy pakietu 1 poz.2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz. 2 niżej opisanego zestawu?



Zestaw uniwersalny wzmocniony z serwetą na stół Mayo w składzie:

- 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
- 1 serwetka stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwetki 65x85cm),
- 4 ręczniki do rąk 30,5cm x 34cm
- 2 przyklejane serwetki 3-warstwowe na całą powierzchnię z dodatkową łata chłonna 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm
- 1 przyklejana serwetka średnia (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x180cm) z dodatkową łata chłonna i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm
- 1 przyklejana serwetka duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x240cm)
- 1 serwetka na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwetki 75x190cm)

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwetki, które posiadają lepiące brzegi, zapewniają stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwetki obłożenia nie zawierają włókien celulozy. Serwetka na stół MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m² + gramatura w części chłonnej 85g/m². Całkowita gramatura 140 g/m².


Materiał serwetek głównych posiada min. 3 warstwy PE+PP+PP - polietylen, polipropylen foliowany nieprzemakalny (grubość folii 33µ) o min. gramaturze 75 g/m² w części podstawowej. Gramatura łaty chłonnej wynosi min. 80 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

dotyczy pakietu 1 poz.3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz. 3 niżej jednego z niżej opisanych zestawów?



Zestaw do operacji stawu biodrowego w składzie:


- 1 serwetka stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwetki 65x85cm)
- 4 ręczniki do rąk 30,5cm x 34cm
- 3 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serwetka na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwetki 75x190cm)
- 1 przylepna serwetka średnia 180 x 180 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta 75x180cm) z warstwą chłonna 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

- 1 elastyczna osłona na nogę 30 x 120 cm wykonana z kratonu
- 1 elastyczny bandaż 12cmx6m
- 2 przyklepne serwety 75 x 90 cm (3-warstwowe na całej powierzchni) z warstwą chłonną 25 x 60 cm
- 1 serweta 230x260cm z wycięciem „U” 20 x 100 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta) z warstwą chłonną 75 x 140 cm i organizatorami przewodów
- 1 serweta przyklepna duża 150x240cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta 75x240cm) z warstwą chłonną 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety, które posiadają lepiące brzegi, zapewniają stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety obłożenia nie zawierają włókien celulozy. Serweta na stół MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m² + gramatura w części chłonnej 85g/m². Całkowita gramatura 140 g/m².

Materiał serwet głównych posiada min. 3 warstwy PE+PP+PP - polietylen, polipropylen foliowany nieprzemakalny (grubość folii 33µ) o min. gramaturze 75 g/m² w części podstawowej. Gramatura łąty chłonnej wynosi min. 80 g/m².

Lub:



Zestaw do operacji stawu biodrowego w składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 4 ręczniki do rąk 30,5cm x 34 cm
- 3 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- 1 przyklepna serweta średnia 180 x 180 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta 75x180cm) z warstwą chłonną 25 x 60 cm i organizatorami przewodów
- 1 elastyczna osłona na nogę 30 x 120 cm wykonana z kratonu
- 1 elastyczny bandaż 12cmx6m
- 2 przyklepne serwety 75 x 90 cm (3-warstwowe na całej powierzchni) z warstwą chłonną 25 x 60 cm
- 1 serweta 230x260cm z wycięciem „U” 20 x 100 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta) z warstwą chłonną 75 x 140 cm i organizatorami przewodów
- 1 serweta przyklepna duża 150x240cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta 75x240cm) z warstwą chłonną 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

- Dodatkowo wraz z zestawem indywidualnie pakowana, sterylna kieszeń samoprzylepna jednokomorowa 30cm x 40cm. Kieszeń dostępna w kartonie zawierającym 140 sztuk pakowanych osobno kieszeni. Zestaw pakowany w karton zawierający 2 dyspensery, po 3 szt. Zestawu w każdym.

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety, które posiadają lepiące brzegi, zapewniają stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety obłożenia nie zawierają włókien celulozy. Serweta na stół MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m² + gramatura w części chłonnej 85g/m². Całkowita gramatura 140 g/m².


Materiał serwet głównych posiada min. 3 warstwy PE+PP+PP - polietylen, polipropylen foliowany nieprzemakalny (grubość folii 33µ) o min. gramaturze 75 g/m² w części podstawowej. Gramatura łąty chłonnej wynosi min. 80 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

dotyczy pakietu 2 poz.1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 poz. 1 jednego z niżej opisanych zestawów?




Zestaw do cięcia cesarskiego w składzie:

- 4 ręczniki do rąk 30,5cmx34cm
- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego 186/250 x 330 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z torbą na płyny 72x72cm, folia operacyjna z otworem 18 x 16 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety obłożenia nie zawierają włókien celulozy. Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m² + gramatura w części chłonnej 85g/m². Całkowita gramatura 140 g/m². Materiał serwet głównych posiada 2 warstwy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany, nieprzemakalny (grubość folii 33µ) o min. gramaturze 60 g/m² w części podstawowej.

Lub:



Zestaw do cięcia cesarskiego Duży w składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 4 ręczniki do rąk 30,5cm x 34cm
- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z torbą na płyny 102x112cm, wzmocniona gąbką i sztywnikiem aluminiowym wokół otworu owalnego, folia operacyjna 36 x 36 cm, 4 organizatory przewodów, 2 porty do ssaka
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety obłożenia nie zawierają włókien celulozy. Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m² + gramatura w części chłonnej 85g/m². Całkowita gramatura 140 g/m². Materiał serwet głównych posia-

da 2 warstwy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany, nieprzemakalny (grubość folii 33 μ) o min. gramaturze 60 g/m² w części podstawowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy wszystkich ww. pakietów: Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych.

W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawach wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestawy w kolorze niebieskim. Opakowanie typu TYVEC/Folia.

Zestawy zapakowane w opakowania pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7

Pakiet 2, poz. 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego. Skład zestawu:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu

-1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm

-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm z włókniny Spunlace

-2 x ręcznik chłonny celulozowy z mikrosiecią 20x30 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm kształt T, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, z torbą na płyny o wymiarach ok. 70x110 cm z kształtką do formowania oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65+/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60 +/-3cm. Serweta w części okrywającej pacjentkę z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat o gramaturze 66g/m²).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wymaga obłożenia do cięcia cesarskiego ze wzmocnieniem zarówno w okolicy otworu, jak i dodatkowego na kończynach pacjentki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 9

Pakiet 8, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

Sterylny zestaw do cewnikowania, skład min.:

5 x kompres z włókniny 4W 30g 7,5 x 7,5 cm

1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm niebieskie

1 x strzykawka 20 ml, L/S

1 x woda sterylna w ampułce 20 ml

1 x żel poślizgowy 5 g w saszetce

1 x serweta 75 x 90 cm, z przylepnym otworem owalnym 9 x 12 cm

1 x serweta chłonna 75 x 90 cm

1 x taca dwukomorowa 15 x 20 cm

Opakowanie jednostkowe zaopatrzone w dwie etykiety samoprzylepne 4,7x2,5 cm (z narożnym systemem łatwego przeklejania w rękawicach) zawierające numer katalogowy, nr lot, data ważności, nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 10

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy opakowanie zestawu do higieny jamy ustnej ma pełnić jednocześnie funkcje pojemnika na płyny i umożliwiać przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zestaw nie musi pełnić funkcje pojemnika na płyny.

Pytanie 11

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz ochrony prawnej szpitala zestawy zawierające: szczoteczkę do zębów z możliwością odsysania, gąbkę z możliwością odsysania - będące inwazyjnymi wyrobami medyczne stosowanymi przez otwory ciała, niebędące chirurgicznymi inwazyjnymi wyrobami medycznymi, przeznaczonymi do połączenia z aktywnym wyrobem medycznym klasy IIa lub wyższej (reguła 5, lit.b) powinny

być zarejestrowane w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 215 poz. 1416) jako wyroby medyczne klasy Iia?
Odpowiedź: Tak, zestawy winny być zarejestrowane w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Pytanie 12

Z uwagi na czas potrzebny do prawidłowego przebiegu procesu sterylizacji, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby do oferty zostały załączone próbki w wersji niejałowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do cięcia cesarskiego o następującym składzie i parametrach:

1 szt. serweta 320x180cm z workiem na płyny i folią chirurgiczną z otworem, wykonana z włókniny foliowanej polipropylenowo -polietylenowej o gr.56g/m²

1szt. serweta na stół instrumentalny 150x190cm

1szt. serweta na stolik Mayo 145x80cm

1 szt. serweta kompresowa biała włókninowa, chłonność powyżej 900%, roz. 60x80cm

2 szt. serwetki do rąk celulozowej taśmy chłonnej, 55g/m², roz. 40cm x 50cm

1 szt. serweta podfoliowana 60x50 cm z przylepcem na boku,

1 szt. opatrunek z wkładem chłonnym, roz. 10x25cm

1 szt. korecang plastikowy 24cm

4 szt. serwety gazowe 45x70cm 4W 17N RTG i tasimką

15 szt. komprsy gazowe 10X20CM 16 warstw

10 szt. komprsy gazowe 10X20CM 12 warstw

Zestaw zapakowany z w torebkę foliowo –papierową. Na zewnątrz centralna etykieta z czterema samoprzylepnymi etykietami z numerem LOT, datą ważności, nazwą producenta do dokumentacji medycznej. Karton wewnętrzny funkcją dispenser tj. klapka umożliwiająca wielokrotne otwieranie i zamykanie. Na obu kartonach musi znajdować się etykieta w celu identyfikacji wyrobu

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 3 ust. 13)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i jednocześnie zmienia Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy w zakresie § 7 poprzez dodanie ust. 5 o następującym brzmieniu: Wykonawca ma prawo do odstąpienia od umowy za 1 – miesięcznym wypowiedzeniem w przypadku zmiany stawki podatku VAT z 8% na 23%

Pytanie 15

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 3 ust. 16 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 16

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1-5:

1. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 2 Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,3 % wartości brutto opóźnionej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej dostawy**
2. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych i asortymentowych oraz nie dokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie opisanym w § 5 ust. 3, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,3 % wartości brutto towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem, za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru niezgodnego ze**
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto **niezrealizowanej części** przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust. 1.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu **niezrealizowanej części** umowy, określonej w § 3 ust. 1.

5. W przypadku określonym w ust.1 i 2 gdy opóźnienie przekroczy 20 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto przedmiotu niezrealizowanej części umowy, określonego w § 3 ust.1.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

DYREKTOR
Wiktor Stasiak

