



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WSz – II.4.291.6.32.2019.UE

Tarnobrzeg, dnia 12.02.2019 r.

WOJEWÓDZKI SZPITAL
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
SERWIS USŁUGI PUBLICZNYCH
ul. 11 Listopada 1
tel. 17 22 22 22 22
NIP 621 100 000

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro w trybie procedury porównanie cen na:
"Dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, realizowaną w ramach projektu pn. "Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu", w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020."

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści do opisu przedmiotu zamówienia i do załącznika nr 2 zaproszenia do złożenia oferty dla w/w postępowania i w odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Zadanie nr 2

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o następujących parametrach:

Urządzenie do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta za pomocą ciepłego powietrza przeznaczone do pracy ciągłej
Zestaw składający się z centralnego urządzenia grzewczego, oraz kołderek grzewczych różnego typu dla pacjenta
Możliwość zastosowania u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i dorosłych
Możliwość zamocowania ogrzewacza na stojaku do kroplówek o różnych średnicach, za pomocą dedykowanej klamry
Wyprofilowany uchwyt do przenoszenia urządzenia
Wymiary urządzenia nie większe niż: 248 x 280 x 343 mm ± 20 mm
Masa urządzenia max. 4,7kg
Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz, 4A
Elastyczny przewód powietrzny o dł. min. 1,8 m
Przewód zasilający o dł. 4,5 m
Wymienny filtr powietrza typu hepa 0.2 µm o żywotności min. 500 h
System informacji wizualnej (np. dioda) dający informację o konieczności wymiany filtra.
Regulacja temperatury: 32°C / 38°C / 43°C /Temp. pokojowa
Dokładność regulacji temp. nie gorsza niż ±2°C

Wskaźnik osiągnięcia zadanej temperatury
Wbudowany wyświetlacz LCD wskazujący aktualną temperatury - rozdzielczość minimum 10C
Regulacja ustawień wentylatora – minimum 2 zakresy np. wysoki około 1275 l/min i niski około 793 l/min
System zabezpieczenia przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym oraz funkcją automatycznego odłączenia grzałki i wentylatora
Dostępność jednorazowych pokrowców na przewód powietrzny
Kołderki jednorazowe wykonane z 2 warstwowej włókniny polipropylenowej, przyjemne w dotyku zapewniające równomierny przepływ powietrza, bezlateksowe, przezierne dla RTG
W kpl. 5 szt. kołder na całe ciało dla dorosłych o wymiarach 195x100 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 2

Pakiet nr 2.

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wadze 7,3 kg i wymiarach 33x33x35 cm z przewodem stabilnie umocowanym bez możliwości przypadkowego odłączenia, lecz z możliwością odłączenia w celu czyszczenia. Prosimy o dopuszczenie urządzenia z filtrem antibakteryjnym typu MERV14 o wysokiej efektywności dla cząstek 0,2 mikrona. Prosimy o dopuszczenie urządzenia z licznikiem przepracowanych godzin i wymianie filtra po 500 h

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 1 - Ssaki elektryczny

Czy Zamawiający zaakceptuje ssak o następujących parametrach:

- naczynie kontrolne 1 l
- podstawa jezdna
- filtr hydrofobowo antibakteryjny na drenie ssącym łączącym pojemnik z króćcem ssącym
- zakres regulacji ciśnienia 0 – 0,095 MPa
- masa 17 kg
- bezolejowa, niewymagająca konserwacji pompa tłokowa
- płynna regulacja maksymalnej wartości podciśnienia
- czytelny wskaźnik aktualnej wartości podciśnienia
- układ sprawdzania maksymalnej wartości podciśnienia
- możliwość sterowania łącznikiem nożnym
- podstawa jezdna z możliwością blokady 2 lub 4 kółek
- możliwość zainstalowania pojemnika zabezpieczającego
- wygodny uchwyt do przenoszenia
- możliwość instalacji koszyka na akcesoria na szynie narzędziowej
- praktyczny uchwyt przewodu zasilającego
- dwie szyny instrumentalne
- możliwość podłączenia od 1 do 4 pojemników
- sterowanie łącznikiem nożnym
- pojemniki wielorazowe 1 l lub 2 l
- możliwość stosowania wkładów jednorazowych SERRES
- uutla zabezpieczająca o poj. 1 l.
- cicha (max 45 dB) i ciągła praca

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść zaproszenia do złożenia oferty, tj.:

1. Zmienia pkt 9 zaproszenia do złożenia oferty z dnia 20.07.2015r. – Miejsce i termin złożenia ofert z zapisu:

- 1) *Miejsce: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg, sekretariat*
- 2) *Termin: Ofertę należy złożyć do dnia: 14.02.2019r. do godz. 10⁰⁰*
- 3) *Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, zaadresowane do zamawiającego na adres:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg, oraz opisane:*

„Oferta na: Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, realizowaną w ramach projektu pn. "Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu", w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. - Oznaczenie sprawy: WSz – II.4.291.6.25.2019.UE” i klauzulą nie otwierać przed dniem 14.02.2019r. , godz. 10¹⁵

- 4) *Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w pkt. 3 nie zostaną rozpatrzone.*

na zapis:

- 1) *Miejsce: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg, sekretariat*
- 2) *Termin: Ofertę należy złożyć do dnia: 15.02.2019r. do godz. 10⁰⁰*
- 3) *Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, zaadresowane do zamawiającego na adres:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg, oraz opisane:*

„Oferta na: Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, realizowaną w ramach projektu pn. "Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu", w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. - Oznaczenie sprawy: WSz – II.4.291.6.25.2019.UE” i klauzulą nie otwierać przed dniem 15.02.2019r. , godz. 10¹⁵

- 4) *Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w pkt. 3 nie zostaną rozpatrzone.*

1 x Wykonawcy wg rozdzielnika

1 x a/a

DYREKTOR
Wiktor Stasiak