

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro w trybie procedury porównanie cen na :  
Dostawa materiałów do sterylizacji dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

– Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści do opisu przedmiotu zamówienia i zaproszenia do złożenia oferty dla w/w postępowania, i w odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga oświadczenia o grupie kapitałowej.

### Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga proponowanego rozwiązania.

### Pytanie nr 3

Dot. pakietu nr 1, poz. 11-14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie włókniny o nieznacznie niższej gramaturze 57 g/m<sup>2</sup>, w kolorze zielonym i niebieskim?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

### Pytanie nr 4

Dot. pakietu nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testów wieloparametrowych nielaminowanych, pozostałe wymagania Zamawiającego bez zmian?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

### Pytanie nr 5

Dot. pakietu nr 2, poz. 3 i 4

Czy ze względu na fakt, iż testy do sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, a jedynie testami diagnostycznymi, dla których certyfikacja przez niezależny organ nie jest wymagana, nie została określona w Ustawie o Wyrobach Medycznych ani przez żadne inne przepisy prawne Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty potwierdzenia zgodności wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną i wyrazi zgodę na złożenie oferty na testy, dla których potwierdzenie zgodności z normami zostało wydane przez ich producenta?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 6**

Dot. pakietu nr 2, poz. 3 i 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów w opakowaniu a'250 szt?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 7**

Dot. pakietu nr 2, poz. 4 i 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów w następujących parametrach: 134°/5,3 min oraz 121°/15 min?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

**Pytanie nr 8**

Dot. pakietu nr 2, poz. 5 i 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządów, które posiadają mleczną nakrętkę?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

**Pytanie nr 9**

Dot. pakietu nr 2, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów w opakowaniu a'100 szt?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

**Pytanie nr 10**

pakiet 1, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie rękawa zgodnego z SIWZ o rozmiarze 125 mm x 200m.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 11**

pakiet 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szczotkę o tolerancji długości 1 cm?, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.


Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że przedłuża termin składania ofert.

Termin składania ofert do dnia 18.04.2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.04.2018 r. o godz. 10:15

1 x Wykonawcy wg rozdzielnika

1 x a/a

  
**DYREKTOR**  
Wiktor Stasiak