

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro w trybie procedury porównanie cen na :Dostawa specjalistycznych narzędzi chirurgicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści do opisu przedmiotu zamówienia i zaproszenia do złożenia oferty dla w/w postępowania, i w odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### Pytanie nr 1

#### **Pakiet nr 2 – Narzędzia chirurgiczne Blok Operacyjny Ch.Dz.**

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 narzędzie równoważne typu CRILLE-WOOD, spełniające wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
2. Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 narzędzie równoważne ( tego samego typu, rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania ) o dł. 200 mm, wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
3. Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 narzędzie równoważne typu HEGAR-BAUMGARTNER ( tego samego rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania ) o dł. 140mm? Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
4. Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 narzędzie równoważne ( tego samego typu, rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania ) o dł. 150mm? Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

### Pytanie nr 2

#### **Pakiet nr 3 – Narzędzia do laparoskopu KARL STORZ**

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 narzędzie równoważne nie posiadające oznaczenia ClickLine, które to oznaczenie jest nazwą własną tylko jednego producenta ( tego samego typu, rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania ) o dł. części roboczej 33 cm? Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
2. Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 narzędzie równoważne nie posiadające oznaczenia ClickLine KELLY, które to oznaczenie jest nazwą własną tylko jednego producenta ( tego samego rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania ) o dł. części roboczej 33 cm? Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
3. Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 narzędzie równoważne nie posiadające oznaczenia ClickLine, które to oznaczenie jest nazwą własną tylko jednego producenta ( tego samego typu, rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania ) o dł. części roboczej 33 cm? Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
4. Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 narzędzie równoważne ( tego samego typu, rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania ) o dł.10 cm? Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

### Pytanie nr 3

#### **Pakiet nr 4 – Narzędzia chirurgiczne Poradnia Chirurgii Dzieci**

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 narzędzie równoważne typu MICRO-MOSQUITO ( tego samego

rodzaju, kształtu, długości i do tego samego zastosowania ) ? Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 i 4 narzędzie równoważne typu METZENBAUM-FINO ze standardowymi uchami ( tego samego rodzaju, kształtu, długości i do tego samego zastosowania ) ? Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 narzędzie równoważne typu JAMESON ( tego samego typu, rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania ) o dł. 145 mm, uszy standardowe ? Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

#### **Pytanie nr 4**

##### **Pakiet nr 5 – Narzędzia chirurgiczne Oddział Chirurgii Dzieci**

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 i 2 narzędzie równoważne ( tego samego typu, rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania ) o dł. 145 mm? Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 (nożyczki opatrunkowe) narzędzie równoważne ( tego samego typu, rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania ) o dł. 145 lub 155 mm? Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści w poz. 8 narzędzie równoważne ( tego samego typu, rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania ) o szerokości części roboczej 11x13mm? Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

#### **Pytanie nr 5**

##### **Pakiet nr 6 – Narzędzia chirurgiczne - Oddział Ortopedii i Poradni Otolaryngologicznej**

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 narzędzie równoważne ( tego samego typu, rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania bez ząbków? Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

2. Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 narzędzie równoważne ( tego samego typu, rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania ) o dł. 80mm lub 105 mm? Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Tak,,Zamawiający dopuszcza dł. 105mm.

3.Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 narzędzie równoważne ( tego samego typu, rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania ) o dł. 130 mm ? Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

#### **Pytanie nr 6**

##### **Pakiet 7 – Narzędzia chirurgiczne – Poradnia Ortopedyczna**

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 narzędzie równoważne ( tego samego typu, rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania ) o dł. 125mm i jednej branszy ząbkowanej? Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 narzędzie równoważne ( tego samego typu, rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania ) o szer.3,3mm, dł. 170mm? Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 narzędzie równoważne ( tego samego typu, rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania ) o szer. 4.8mm dł. 170mm? Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 narzędzie równoważne ( tego samego typu, rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania ) o szer.5,8mm, dł.170mm? Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

5. Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 narzędzie równoważne ( tego samego typu, rodzaju, kształtu i do

tego samego zastosowania ), bez ząbków? Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 narzędzie równoważne ( tego samego typu, rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania ) o dł. 220mm, bezpieczne ostrze, bez ząbków? Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
7. Czy Zamawiający dopuści w poz. 7 narzędzie równoważne typu STILLE ( tego samego rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania ) o dł.370mm? Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
8. Czy Zamawiający dopuści w poz. 8 narzędzie równoważne ze złączem przelotowym ( tego samego typu, rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania ) o dł.100mm? Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
9. Czy Zamawiający dopuści w poz. 13 i 14 narzędzie równoważne ( tego samego typu, rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania ) o dł.145mm? Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

#### **Pytanie nr 7**

Pakiet nr 8 – Narzędzia - Poradnia Otolaryngologiczna

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 narzędzie równoważne ( tego samego typu, rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania ) o dł.110mm? Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Tak,,Zamawiający dopuszcza dł. 110mm.

2. Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 narzędzie równoważne ( tego samego typu, rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania ) fi 6,5mm lub 5,5mm? Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Tak,,Zamawiający dopuszcza dł. 6,5mm.

3. Czy Zamawiający dopuści w poz. 7 narzędzie równoważne ( tego samego typu, rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania ) fi 6,5mm lub 7,5mm? Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Tak,,Zamawiający dopuszcza dł. 7,5mm.

4. Czy Zamawiający dopuści w poz. 8 narzędzie równoważne ( tego samego typu, rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania ) fi 2,3mm? Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Tak,,Zamawiający dopuszcza fi 2,3mm

#### **Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 1 poz. 1** nożyczki preparacyjne o długości 18 cm ?

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 1 poz. 3** hak brzuszny o długości 23 cm, rozmiar łopatki 78x40 mm ?

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 2 poz. 2** igłotrzymacz o długości 20 cm ?

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 2 poz. 3** igłotrzymacz z uchami niepołączanymi ?

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 2 poz. 4** igłotrzymacz o długości 14 cm ?

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 2 poz.5** imadło chirurgiczne o długości 15 cm ?

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 4 poz. 5** nożyczki preparacyjne o długości 15 cm ?

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 4 poz. 6** nożyczki preparacyjne o długości 12 cm ?

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 5 poz. 1** nożyczki preparacyjne typu MAYO proste o długości 14,5 cm ?

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 5 poz. 2** nożyczki preparacyjne MAYO zakrzywione o długości 14,5 cm ?

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 5 poz. 8** hak operacyjny o długości części roboczej 12 mm ?

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 6 poz. 5** nożyczki chirurgiczne o długości 10 cm ?

**Odpowiedź:** Tak,,Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 7 poz. 1** kleszcze do drutu o długości 13 cm ?

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 7 poz. 2** łyżkę kostną typ BRUNS fi. 000 o długości 17 cm ?

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 7 poz. 3** łyżkę kostną typ BRUNS fi. 00 o długości 17 cm ?

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 7 poz. 4** łyżkę kostną typ BRUNS fi. 0 o długości 17 cm ?

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 7 poz. 6** nożyczki do gipsu typu ESMARCH o długości 22 cm ?

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 7 poz. 7** nożyczki do gipsu typu STILLE-AESCU LAP o długości 36 cm ?

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 9 poz. 5** pincetę kątową o długości 10,5 cm ?

**Odpowiedź:** Tak,,Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 9 poz. 7** wziernik uszny typu HARTMANN fi.7,5 mm ?

**Odpowiedź:** Tak,,Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 9 poz. 8** ssak uszny fi 2,3 mm o długości 75 mm ?

**Odpowiedź:** Tak,,Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

#### **Pytanie nr 9**

##### **Pakiet nr 1 Narzędzia chirurgiczne Blok Operacyjny Chir. OG**

Lp.3 Hak o dł. 255 , łopatką 45x80 mm.

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

##### **Pakiet nr 2 Narzędzia chirurgiczne Blok Operacyjny Ch.Dz.**

Lp.1 Iglotrzymacz Mayo-Hegar o dł. 180 mm.

Lp.2 Iglotrzymacz Mayo-Hegar o dł. 200 mm.

Lp.3 Iglotrzymacz Mayo-Hegar o dł. 160 mm.

Lp.4 Iglotrzymacz Mayo-Hegar o dł. 150 mm.

Lp.5 Iglotrzymacz o dł. 150 mm.

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

**Pakiet nr 4 Narzędzia chirurgiczne Poradnia Chirurgii Dzieci**

Lp.3 Nożyczki Meztenbaum-slim dł. 140 mm, uszy standardowe.

Lp.4 Nożyczki Meztenbaum-slim dł. 140 mm, uszy standardowe.

Lp.5 Nożyczki z uszami standardowymi.

Lp.6 Nożyczki Iris z mikroząbkami, dł. 115 mm.

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

**Pakiet nr 5 Narzędzia chirurgiczne Oddział Chirurgii Dzieci**

Lp.3 Nożyczki o dł. 140 mm.

Lp.4 Nożyczki o dł. 140 mm.

Lp.5 Nożyczki w wersji SuperCut o dł. 140 mm.

Lp.6 Nożyczki w wersji SuperCut, ostrza o standardowej długości.

Lp.7 Hak operacyjny o wym. łopatki 25x6 mm, dł. 170 mm, lub Hak Strandell Stille o wym łopatki 15x36 mm i dł. 170 mm.

Lp.8 Hak o dł. 170 mm.

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

**Pakiet nr 6 Narzędzia chirurgiczne - Oddział Ortopedii i Poradni Otolaryngologicznej**

Lp.1 Nożyczki z ostrzem nieząbkowanym.

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

**Pakiet nr 7 Narzędzia chirurgiczne – Poradnia Ortopedyczna**

Lp.1 Kleszcze o dł. 140 mm, bez nazwy własnej.

Lp.2 Łyżka o dł. 170 mm.

Lp.3 Łyżka o dł. 170 mm

Lp.4 Łyżka o dł. 170 mm

Lp.5 Nożyczki z ostrzem nieząbkowanym.

Lp.6 Nożyczki Bergman o dł. 230 mm, z ostrzem nieząbkowanym.

Lp.7 Nożyce Stille o dł. 370 mm.

Lp.8 Kleszczyki bez załącza śrubowego, pozostałe wymogi bez zmian.

Lp.9 Kleszczyki Mikro-Hartmann o dł. 90 mm.

Lp.10 Kleszczyki Mikro-Hartmann o dł. 90 mm.

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

**Pakiet nr 9 Narzędzia - Poradnia Otolaryngologiczna**

Lp.4 Pinceta Gruenwald o dł. 160 mm.

Lp.5 Pinceta kątowna od ł. 110 mm.

Lp.8 Ssak uszny o wym. 2,0x65 mm.

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

**Pytanie nr 10**

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. Prośbę naszą uzasadniamy tym, że miesiąc sierpień dla większości firm produkujących narzędzia, jest miesiącem przeglądu maszyn produkcyjnych jak i miesiącem urlopów pracowników.

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

**Pytanie nr 11****Pakiet nr 1**

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści Nożyczki preparacyjne METZENBAUM-Fino, S-kształt zakrzywione, bransze tępo-tępe, nożyczki delikatnie zagięte wzdłużnie w literę S, bransze utwardzane wkładką węglową TC, dł. 20 cm?

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści METZENBAUM-Fino, S-kształt zakrzywione, bransze tępo-tępe, nożyczki delikatnie zagięte wzdłużnie w literę S, bransze utwardzane wkładką węglową TC, dł. 23 cm?

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści Hak brzuszny KOCHER, rozm. łopatki 80x45 mm, dł. 25 cm, rączka ażurowa

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

#### **Pakiet nr 2**

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści Iglotrzymacz typ Crile-Wood z twardą wkładką szczęki nacięcia krzyżowe 0,4mm dł. 177 mm ucha złożone?

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści Iglotrzymacz typ Hegar dł 203 mm z twardą wkładką szczęki nacięcia krzyżowe 0,5mm ucha złożone?

Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści Iglotrzymacz typ Mayo-Hegar dł 160 mm 6 1/4" z twardą wkładką szczęki nacięcia krzyżowe 0,5mm ucha złożone?

Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści Iglotrzymacz typ De Bakey twardą wkładką szczęki nacięcia krzyżowe 0,4mm dł. 152 mm ucha złożone?

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

#### **Pakiet nr 5**

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści NOŻYCHKI PREPARACYJNE TYP MAYO PROSTE DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TĘPE?

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści NOŻYCHKI PREPARACYJNE TYP MAYO ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TĘPE?

Poz. 8. Czy Zamawiający dopuści HAK OPERACYJNY SIODELKOWY CZĘŚĆ ROBOCZA 10X12 MM DŁUGOŚĆ 150 MM?

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

#### **Pakiet nr 6**

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści NOŻYCHKI DO GIPSU TYP BERGMANN ZAKRZYWIONE W BOK DŁUGOŚĆ 230 MM bez mikroząbków, ZAKOŃCZONE KULKĄ?

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści NOŻYCHKI PREPARACYJNE PROSTE IRIS DŁUGOŚĆ 90 MM OSTRZA OSTRO OSTRE?

**Odpowiedź:** Tak,,Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Poz. 6. Czy Zamawiający dopuści KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP DUNHIL PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM DELIKATNE?

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

#### **Pytanie nr 12**

Dot. Pak.1 Narzędzia chirurgiczne Blok Operacyjny Chir OG

1.Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści hak brzuszny typu KOCHER, rozm. Łopatki 78x40 mm, dł. 23 cm, rączka ażurowa?

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

#### **Dot. Pak.2 Narzędzia chirurgiczne Bloku Operacyjny Ch.Dz.**

1.Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści imadło typ Mayo-Hegar z twarda wkładką, szczęki nacięcie krzyżowe, dł. 18 cm?

2 Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści imadło typ Mayo-Hegar z twarda wkładką, szczęki nacięcie krzyżowe, dł. 20 cm?

3 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści imadło typ Mayo-Hegar z twarda wkładką, szczęki nacięcie krzyżowe, dł. 16 cm?


4. poz. 4 Czy Zamawiający dopuści imadło typ Mayo-Hegar z twarda wkładką, szczęki nacięcie krzyżowe, dł. 14 cm?

5 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści imadło typ Crille-wood z twarda wkładką, szczęki nacięcie krzyżowe, dł. 15 cm?

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

**Dot. Pak.3 Narzędzia chirurgiczne Oddział Chirurgii Dziecięcej.**

- 1 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne typ Mayo, proste, długość 145 mm, ostrza tępo-tępe?
2. Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne typ Mayo, zakrzywione, długość 145 mm, ostrza tępo-tępe?
3. poz. 3 Czy Zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne typ Metzenbaum, proste, długość 150 mm, ostrza tępo-tępe?
4. poz. 4 Czy Zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne typ Metzenbaum, zakrzywione, długość 150 mm, ostrza tępo-tępe?
5. poz. 5 czy Zamawiający dopuści nożyczki opatrunkowe typu Excenter, zakrzywione w bok, długość 160 mm, jedno ostrze ząbkowane i zakończone kulką? Zdjęcie poniżej



**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

**Dot. Pak. 3 Narzędzia do laparoskopu KARL STORZ**

- 1.Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści trokar śr. 11 mm , długość części pracującej 97 mm?, gwóźdź piramidalny, zawór wielofunkcyjny?

**Odpowiedź:** Nie,,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że przedłuża termin składania ofert.

Termin składania ofert do dnia 18.07.2018 r. do godz.9:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.07.2018 r. o godz. 9:15

1 x Wykonawcy wg rozdzielnika

1 x a/a

**Z upoważnienia Dyrektora**  
**Z-ca DYREKTORA**  
d/s Lecznictwa

lek. med. Krzysztof Stolarski