

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot: przetargu nieograniczonego na: Dostawę nici chirurgicznych oraz specjalistycznych materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego przetargu i zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1**Dotyczy pakietu nr 2.**

Dotyczy pakietu nr 2, pozycji 1- 13. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane nici syntetyczne, wchłaniające, plecione, powlekane, były wykonane z wchłaniającego syntetycznego poliestru zawierającego glikolid i laktyd (uzyskane z kwasu glikolowego i kwasu mlekowego i były powleczone mieszaniną kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga.

Pytanie 2**Dotyczy pakietu nr 3.**

Dotyczy pakietu nr 3, pozycji nr 1- 33. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane szwy syntetyczne, plecione, powlekane, wchłaniające, były wykonane z glikolidu i laktydu (uzyskiwanych z kwasu glikolowego i kwasu mlekowego) oraz były powleczone kopolimerem kaprolaktanu bądź glikolidu oraz stearylomleczanu wapnia, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga.

Pytanie 3**Dotyczy pakietu nr 10.**

Dotyczy pakietu nr 10, pozycji nr 20. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zwrócenie uwagi, czy nie dokonaliście Państwo nieumyślnej omyłki pisarskiej oraz o wyjaśnienie, jakiego rodzaju szew macie Państwo na myśli w pozycji nr 20?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia Załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie opisu nagłówku w zakresie Pakietu 10 pozycja 20, tj.: Pozycja 20 - szew polibudestrowy, jednowłóknowy, niepowlękany.

Pytanie 4

Mając na względzie zasadę miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 8 ust. 1; 2 oraz 3, a istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) w sposób następujący:

„1. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 2 Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,3 % wartości brutto opóźnionej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, łącznie jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

2. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę faktury po 7 dniach roboczych od daty dostawy przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,3 % wartości brutto dostawy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, łącznie jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych i asortymentowych oraz nie dokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie opisanym w § 7 ust. 3, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,3 % wartości brutto towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem, za każdy dzień opóźnienia, łącznie jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Mając na uwadze stabilność ceny zamówienia proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 5 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) w sposób następujący:

„2. W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 6

Pakiet nr 8 poz. 2:

Czy Zamawiający ma na myśli nić z igłą o krzywiznie: 1/2 koła?

zapis: "2 koła" - nie opisuje krzywizny.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający ma na myśli nić z igłą o krzywiznie: 1/2 koła. Zamawiający zmienia Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy w zakresie Pakietu 8 poz. 2.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wydzieli z zad 6 poz 11? Pozwoli to naszej firmie na złożenie oferty na oryginalne klipsy Hem-o-lok amerykańskiego producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Ad par. 5 ust. 2 wzoru umowy

Prosimy o zmianę ww. zapisu na poniższy:

W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna.

Obecny zapis przerzuca ryzyko zmiany stawki podatku VAT na Wykonawcę, co może prowadzić to prób rekompensaty poprzez podniesienie cen ofertowych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 5.

Pytanie 9

Dot. Pakietu 1, poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniany, monofilament, bez powleczenia antybakteryjnego, o czasie wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Dot. Pakietu 1, poz. 7-10

Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie wchłanianą nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczęcia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczęcia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Dot. Pakietu 1, poz. 7, 8, 32, 33

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną, bez określenia „dwuwkłęśła”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Dot. Pakietu 1, poz. 15, 16, 17

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Dot. Pakietu 1, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści długość igłę okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca” z nitką o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Dot. Pakietu 1, poz. 32, 33

Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15**Dot. Pakietu 2**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie wchłanianą nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczepienia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16**Dot. Pakietu 3**

Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści nici syntetyczne, plecione, wchłaniane, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną 50% powyższych kwasów (30/70) oraz 50% stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach ok.75%, po 21 dniach ok.50%, po 28 dniach ok.25%, o czasie wchłaniania 60-70 dni?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17**Dot. Pakietu 3, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 16 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18**Dot. Pakietu 3, poz. 24**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 8 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19**Dot. Pakietu 3, poz. 22**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą tępą, spełniającą rolę igły przeciwzakłuciowej, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20**Dot. Pak. Nr 10, poz. 1-4**

Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez dodatku polietylenu, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21**Dot. Pak. Nr 10, poz. 5-9**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici niewchłaniane, plecione, poliestrowe, jednolicie powlekane silikonem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22**Pakiet 6, poz.7**

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie siatek w rozmiarze 8cmx15cm lub 10cmx15cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23**Pakiet 6, poz.12**

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie klipsów pakowanych po 6 sztuk w magazynku.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24**Dotyczy: Pakiet nr 6,**

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska, gdzie opis dotyczący siatek poz 5: 45g/m², śr.oczka 1,2-2,0mm, grubość nici 0,13 mm, kolorowy znacznik paskowy położenia siatki, powinien dotyczyć pozycji 9?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmienia Załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie opisu nagłówku w zakresie Pakietu 6 pozycja 5 -9, tj.: ~~poz-5~~ Poz.9: 45g/m², śr.oczka 1,2-2,0mm, grubość nici 0,13 mm, kolorowy znacznik paskowy położenia siatki.

Pytanie 25

Dotyczy: Pakiet 6, poz. 12

Czy w pozycji 12 Zamawiający miał na myśli klips tytanowy do klipsownicy typu Teleflex i Grena, średnio-duży, niewchłaniający w kształcie podkowy, tylko z wewnętrznym żłobieniem, pakowane po 6 i 10 sztuk w magazynku, magazynek z taśmą samoprzylepną?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający miał na myśli klips tytanowy do klipsownicy typu Teleflex i Grena, średnio-duży, niewchłaniający w kształcie podkowy, tylko z wewnętrznym żłobieniem, pakowane po 6 i 10 sztuk w magazynku, magazynek z taśmą samoprzylepną.

Pytanie 26

Dotyczy: Pakiet nr 6, poz. 10, 11 i 12

Czy Zamawiający wymaga zaferowania klipsów pakowanych w magazynki, gdzie do każdego magazynka dołączone są min. 3 wklejki do dokumentacji pacjenta zawierające następujące informacje: nazwa produktu, nazwa producenta, numer seryjny, data ważności?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga.

Pytanie 27

Dotyczy SIWZ, Część C, pkt III.3

Czy w przypadku wątpliwości Zamawiającego, czy zaferowane produkty spełniają opis SIWZ, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia próbki celem ostatecznej weryfikacji?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w Części C pkt III.3 poprzez dodanie pkt 4) o następującej treści:

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Zgodnie z zasadami określonymi w pkt 2.1) w celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca składa: (...)

4) W celu oceny/weryfikacji parametrów należy przedstawić Zamawiającemu po 1 szt. próbek dla Pakietu 6 pozycja 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Zaleca się aby próbki były opisane, której pozycji dotyczą;

Pytanie 28

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Pytanie 29

Dotyczy Pakiet 1, poz. 2, 3:

Czy Zamawiający w Pakiecie 1, poz. 2, 3 dopuści igłę w rozmiarze 26 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ w części D pkt I.

Jednocześnie Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przedmiotowe zamówienie, tj.:

I. Zmienia SIWZ pkt XII w Części B Miejsce i termin składania ofert – tj: **zmienia zapis:**

1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu przy ul. Szpitalnej 1, 39-400 Tarnobrzeg, Sekretariat do dnia 14.10.2019 r. do godz. 10.00.
2. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, zaadresowane do zamawiającego na adres: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg, oraz opisane: „Oferta – przetarg nieograniczony na: „Dostawę nici chirurgicznych, oraz

specjalistycznych materiałów medycznych” i klauzulą nie otwierać przed dniem 14.10.2019 r., godz. 10.15.

na zapis:

1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu przy ul. Szpitalnej 1, 39-400 Tarnobrzeg, Sekretariat do dnia 15.10.2019 r. do godz. 10.00.
2. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, zaadresowane do zamawiającego na adres:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg, oraz opisane: „Oferta – przetarg nieograniczony na: „Dostawę nici chirurgicznych, oraz specjalistycznych materiałów medycznych” i klauzulą nie otwierać przed dniem 15.10.2019 r., godz. 10.15.

II. Zmienia SIWZ pkt XIII w Części B Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert – tj:

zmienia zapis: Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu przy ul. Szpitalnej 1, 39-400 Tarnobrzeg, pok. nr 117 (sala konferencyjna), w dniu 14.10.2019 r. o godz. 10.15.

na zapis: Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu przy ul. Szpitalnej 1, 39-400 Tarnobrzeg, pok. nr 117 (sala konferencyjna), w dniu 15.10.2019 r. o godz. 10.15.

III. Zmienia SIWZ pkt III.3 w Części C Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – tj..:

zmienia zapis: Zgodnie z zasadami określonymi w pkt 2.1) w celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca składa:

- 1) Materiały potwierdzające zgodność zaoferowanych parametrów przedmiotu zamówienia, np.: katalogi, broszury, wyciągi z instrukcji, itp. w języku polskim. **Zaleca się aby załączone dokumenty były opisane, której pozycji danego Pakietu dotyczą.**
- 2) Oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ – jeżeli dotyczy przedmiotowego postępowania, że:
 - a) oferowane produkty posiadają odpowiednie dokumenty i są one aktualne dla przedmiotowego postępowania oraz mogą być stosowane w służbie zdrowia zgodnie z Ustawą dla wyrobów kwalifikowanych jako wyroby medyczne zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.) (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów);
 - b) oferowane produkty kwalifikowane jako wyroby medyczne, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.), zostały wprowadzone do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z art. 58 w/w Ustawy;
 - c) Wykonawca przedłoży wyżej wymienione dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania;
- 3) Jeżeli prawo nie nakłada obowiązku posiadania dokumentów określonych w pkt 1) Wykonawca składa stosowne oświadczenie – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

na zapis: Zgodnie z zasadami określonymi w pkt 2.1) w celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca składa:

- 1) Materiały potwierdzające zgodność zaoferowanych parametrów przedmiotu zamówienia, np.: katalogi, broszury, wyciągi z instrukcji, itp. w języku polskim. **Zaleca się aby załączone dokumenty były opisane, której pozycji danego Pakietu dotyczą.**
- 2) Oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ – jeżeli dotyczy przedmiotowego postępowania, że:
 - a) oferowane produkty posiadają odpowiednie dokumenty i są one aktualne dla przedmiotowego postępowania oraz mogą być stosowane w służbie zdrowia zgodnie z Ustawą dla wyrobów kwalifikowanych jako wyroby medyczne zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.) (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów);
 - b) oferowane produkty kwalifikowane jako wyroby medyczne, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.), zostały wprowadzone do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z art. 58 w/w Ustawy;
 - c) Wykonawca przedłoży wyżej wymienione dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania;
- 3) Jeżeli prawo nie nakłada obowiązku posiadania dokumentów określonych w pkt 1) Wykonawca składa stosowne oświadczenie – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

- 4) W celu oceny/weryfikacji parametrów należy przedstawić Zamawiającemu po 1 szt. próbek dla Pakietu 6 pozycja 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. **Zaleca się aby próbki były opisane, której pozycji dotyczą.**

IV. Zmienia Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie:

1. Opisu nagłówku dla Pakietu 10 pozycja 20: **jest:** Nici niewchłaniające. Pozycja nr 1-4 - szew polipropylenowy z dodatkiem polietylenu. Pozycja nr 5 - 9- szew poliestrowy, powlekany silikonem - każde włókno z osobna i cały splot razem. Pozycja 10 - 19 - szew poliamidowy, monofilamentowy. Pozycja 20 - szew po,
powinno być: Nici niewchłaniające. Pozycja nr 1-4 - szew polipropylenowy z dodatkiem polietylenu. Pozycja nr 5 - 9- szew poliestrowy, powlekany silikonem - każde włókno z osobna i cały splot razem. Pozycja 10 - 19 - szew poliamidowy, monofilamentowy. Pozycja 20 - szew polibudestrowy jednowłóknowy, niepowlekany
2. Pakietu 8 pozycja 2: **jest:** Nici poliestrowe plecione 5/0 dł. 45 cm, igła: 2x8.0mm, 2 koła, szpatułka, 0.33mm, a 12 szt.,
powinno być: Nici poliestrowe plecione 5/0 dł. 45 cm, igła: 2x8.0mm, **1/2 koła**, szpatułka, 0.33mm, a 12 szt.
3. Opisu nagłówku dla Pakietu 6 pozycja 5 – 9: **jest:** Siatka do plastyki kanału przepuklinowego płaska, polipropylenowa, o gramaturze 60g/m² i śr. oczka 0,5-0,9mm, grubość nici 0,13 mm. Poz.5:45g/m²iśr.oczka1,2-2,0 mm, grubość nici 0,13 mm, kolorowy znacznik paskowy położenia siatki,
powinno być: Siatka do plastyki kanału przepuklinowego płaska, polipropylenowa, o gramaturze 60g/m² i śr. oczka 0,5-0,9mm, grubość nici 0,13 mm. Poz.9:45g/m²iśr.oczka1,2-2,0 mm, grubość nici 0,13 mm, kolorowy znacznik paskowy położenia siatki.