

Oznaczenie sprawy: WSz – II.4.291.58.277.2019

WOJEWÓDZKI SZPITAL
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
SEKCJA
ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1 woj. podkarpackie
tel. 15 812 32 08 fax 15 812 32 09
NIP 367 18-81-486 REGON 000312571

Tarnobrzeg, dn. 26.11.2019 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot.: postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro w trybie procedury porównanie cen na:
Dostawę systemu kompresji klatki piersiowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w
Tarnobrzegu

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i zaproszenia do złożenia oferty dla w/w postępowania, i w odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy: System do kompresji klatki piersiowej

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności wysokiej klasy system do kompresji klatki piersiowej, cenionego europejskiego producenta o poniższych parametrach:

Parametry pacjenta:

- Wysokość klatki piersiowej [cm]: 14 do 34
- Maksymalna szerokość klatki piersiowej: bez ograniczonej
- Waga pacjenta: bez ograniczonej

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Parametry terapii: Głębokość kompresji [cm]: 2-6 +/- 5 mm

- Tempo uciśnięć [1/min]: 80 do 120 +/- 2

- Tryby pracy: 30/2, 15/2, ciągły

- Cykl uciśnięć[%] 50-50 +/- 5

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Wymiary: Ramię [cm] [w/s/g]: 45 x 43 x 9

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w zaproszeniu do złożenia oferty.

- Ramię zamontowane na desce kwadratowej [cm] [w/s/g]: 46 x 49 x 49

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w zaproszeniu do złożenia oferty.

- Akumulator [cm][w/s/g]: 20 x 7 x 6

- Nakładka resuscytacyjna S/M [cm] [w/średnica]: 9,8 x 8

- Nakładka resuscytacyjna L/XL [cm] [w/średnica]: 3,8 x 8,5

- Torba do przenoszenia wypełniona [cm] [w/s/g]: 55 x 50 x 24

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Waga: Ramię (w raz z akumulatorem) [kg]: 5,5, Akumulator [kg]: 0,8, Nakładka resuscytacyjna, S/M [g]:

50, Nakładka resuscytacyjna L/XL [g]: 30, Deska kwadratowa [kg]: 1,7, Deska czteroramienna [kg]:

2,2, Torba do przenoszenia wypełniona [kg]: 12,

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w zaproszeniu do złożenia oferty.

- Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym [min] 90 – 120

- Ekran: 2,4" Blanview TFT LCD z podświetleniem LED

- Rozdzielczość ekranu [piksele]: 720 x 320

- Głośność pracy urządzenia: 70 dB

- Głośność alarmów: 80 dB

- Wodo i pyłoszczelność: Ramię: IP54, Akumulator: IP55

- Interfejs danych: Karta SD

- Alarmy: Audiowizualne

- Warunki przechowywania i transportu: Ramię, deska kwadratowa, deska czteroramienna: Temperatura [st.

C]: – 30 do 70, Wilgotność [%] 97

- Ciśnienie atmosferyczne [hPa]: 600 x 1024, Akumulator, Temperatura [st. C]: – 20 do 70, Wilgotność [%]: 97, Ciśnienie atmosferyczne [hPa]: 600 x 1024

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Warunki użytkowania: Ramię, deska kwadratowa, deska czteroramienna, Temperatura [st. C]: – 20 do 45, Wilgotność [%] 95, Ciśnienie atmosferyczne [hPa]: 600 x 1024, Akumulator, Temperatura [st. C]: – 20 do 45, Temperatura [st.C]: 0 do 45, Wilgotność [%]: 95, Ciśnienie atmosferyczne [hPa]: 600 x 1024, Zarządzanie energią, Akumulator wymienny i ładowany akumulator litowo-polimerowy (LiPo), Pojemność: 3100 mAh, Zakres napięcia: min. 24,0 V, Typ. 29,6 V, Max. 33,6 V

- Prąd wyjściowy: 4500 mA (przez 500 ms), 18 A (przez 150 ms), 30 A (przez 0,06 ms)

- Przewód połączeniowy DC

- Nominalne napięcie [V]: od 12 do 33

- Zużycie energii [W]: 120 przy 12V/ 10A

- Zabezpieczenie zasilania pokładowego [A]: 15

- Długość [m]: 2

- Zasilacz AC

- Moc wyjściowa [W]: 150

- Napięcie nominalne [V]: 12

- Pobór prądu [A]: 12,5

- Czas ładowania akumulatorów: 0-80% [min] – 105, 80-100% [min] – 30

- Maksymalna ilość cykli ładowania: 300

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 27.12.2019 r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Przedmiotowe zamówienie finansowane jest ze środków publicznych i obowiązują ściśle określone terminy rozliczenia otrzymanej dotacji.

Zamawiający informuje, że w dniu 25.11.2019 r. pismem WSz – II.4.291.58.273.2019 dokonał zmiany treści zaproszenia do złożenia oferty w zakresie terminu składania ofert:

Termin składania ofert do dnia 29.11.2019 r. do godz.10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.11.2019 r. o godz. 10:15.


DYREKTOR
Wiktor Stasiak