

WSz – II.4.291.11.71.2020

Tarnobrzeg, dnia 03.03.2020 r.

WOJEWÓDZKI SZPITAL
Im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
SEKCJA ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1
tel. 15 812 92 00 tel./fax 15 812 92 09 woj. podkarpackie
NIP 867-19-61-466 REGON 000312573

**SPROSTOWANIE
DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA
z dnia 03.03.2020 r.**

dot: przetargu nieograniczonego na: Dostawę i montaż lampy RTG-TK, przewodu wysokiego napięcia i wymiennika ciepła do tomografu komputerowego TOSHIBA AQUILION S16 dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu dokonuje sprostowania do odpowiedzi na pytania udzielonych w dniu 03.03.2020 r. (pismo WSz – II.4.291.11.69.2020):

Pytanie 1

DOTYCZY zapisów SIWZ, załącznik nr 2 „Zestawienie Parametrów Techniczno – Użytkowych”:

Mając na uwadze specyfikę sprzętu oraz fakt, iż na rynku pojawiają się lampy RTG nieoznaczonego pochodzenia, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający, w przypadku wystąpienia wątpliwości, co do pochodzenia lampy, zastrzega sobie możliwość sprawdzenia jej pochodzenia we wszystkich dostępnych źródłach.

W związku z tym proszę o wprowadzenie wymogu podania numerów seryjnych oferowanej lampy RTG w momencie dostawy lampy.

PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że wymaga podania numeru seryjnego lampy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, jednak nie wcześniej niż na 7 dni przed planowaną dostawą o czym Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego.

Powyższe sprostowanie do odpowiedzi na pytania jest wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzeniu oferty.


DYREKTOR
Wiktor Stasiak