

WOJEWÓDEKI SZPITAL

Im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

SEKCJA ZAŁĄCZKA PUBLICZNYCH

30-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1

tel. 15 812 32 00 tel./fax 15 812 32 00 wuj. podkarpackie

NIP 867-100-000-0000

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ
dot. przetargu nieograniczonego na: Dostawę soczewek i zestawów do operacji okulistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że zmienia treść SIWZ do przedmiotowego przetargu, tj.:

I. Zmienia Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy w zakresie Pakietu 1 poz. 1 Nazwa asortymentu
z zapisu:

Zestaw do operacji zaćmy: gaziki 7,5x7,5- 10 szt. gaziki do mycia pola operacyjnego – 2 szt. osłonka plastikowa na oko – 1 szt.; opatrunek okulistyczny – 1 szt.; obłożenie okulistyczne z folią i kieszonką na płyn – 1 szt.; kompresy na podłokietnik – 2 szt.; strzykawka luer lock 3ml-1 szt ; strzykawka luer lock 2 ml- 2 szt; strzykawka 10ml- 1 szt; sącdek – 1 szt.; kaniula do hydrodysekcji płaska 27G – 1 szt.; kaniula 23G – 1 szt.; kaniula 20G – 2 szt. Kaniula 25G -1szt; nóż 1,2 grot – 1 szt.; nóż typu Slit 2,4 mm. Nacinający tkankę oka w 6-ciu punktach posiadający sześć części tnących, zgięty – 1 szt.; serweta na stolik fako 70x90 – 1 szt.; folia na ekran o wymiarach min 30x23 cm– 1 szt.

na zapis:

Zestaw do operacji zaćmy: gaziki 7,5x7,5- 10 szt. gaziki do mycia pola operacyjnego – 2 szt. osłonka plastikowa na oko – 1 szt.; opatrunek okulistyczny – 1 szt.; obłożenie okulistyczne z folią i kieszonką na płyn – 1 szt.; kompresy na podłokietnik – 2 szt.; strzykawka luer lock 3ml-1 szt ; strzykawka luer lock 2 ml- 2 szt; strzykawka 10ml- 1 szt; sącdek – 1 szt.; kaniula do hydrodysekcji płaska 27G – 1 szt.; kaniula 23G – 1 szt.; kaniula 20G – 2 szt. Kaniula 25G -1szt; nóż 1,2 grot – 1 szt.; nóż typu Slit 2,4 mm. Nacinający tkankę oka w 6-ciu punktach posiadający sześć części tnących. zgięty – 1 szt.; serweta na stolik fako 70x90 – 1 szt.; folia na ekran o wymiarach min 30x23 cm– 1 szt. Zestaw drenów do aparatu phaco, oraz witrektomii przedniej i tylnej o pogrubionej ściance wymiar drenu irygacyjnego przekrój drenu 5 mm grubość ścianki 0,75 mm, przekrój wewnętrzny 3,5 mm, dren aspiracyjny przekrój zewnętrzny 4 mm, grubość ścianki 1,2 mm, przekrój wewnętrzny 1,6 mm. Długości całkowitej 210 cm, umożliwiających bardzo dokładne przeniesienie parametrów z aparatu na narzędzia peryferyjne.

Dokonane zmiany zostały ujęte w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy po zmianach z dnia 03.03.2020 r

DYREKTOR
Wiktor Stasiak