



Wojewódzki Szpital
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
w Tarnobrzegu

WSz – II.4.291.57. 284.2020

Tarnobrzeg, dn. 06.11.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. przetargu nieograniczonego na: Dostawę aparatu RTG kostno-płucnego z zawieszeniem sufitowym dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu zgodnie z art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi, informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiotowe zamówienie wybrał najkorzystniejszą ofertę następującej Firmy:

Meditech X-RAY Sp. z o. o., ul. Wirowska 6, 62-052 Komorniki

Cena oferty brutto: 999 998,82 zł.

Na przedmiotowe zamówienie złożono 3 oferty:

Oferta nr 1 – Meditech X-RAY Sp. z o. o., ul. Wirowska 6, 62-052 Komorniki

Oferta nr 2 – Siemens Healthcare Sp. z o. o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa

Oferta nr 3 – Medikol Healthcare Sp. z o. o., ul. Polska 118, 60-401 Poznań

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty	Cena brutto w zł.	Okres gwarancji sprzętu (ilość pkt zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ)	Funkcjonalność (ilość pkt zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ)	Liczba pkt w kryterium cena brutto 60% (Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt 1.5)	Liczba pkt w kryterium okres gwarancji sprzętu 20% (Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt 1.5)	Liczba pkt w kryterium funkcjonalność 20% (Kryterium oceny ofert wg SIWZ, Część D pkt 1.5)	Razem
1	999,998,82	48 m-cy – 40 pkt	90,00 pkt	60,00 pkt	20,00 pkt	18,95 pkt	98,95 pkt
2	1 046 352,55	48 m-cy – 40 pkt	95,00 pkt	57,34 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	97,34 pkt
3	1 167 091,50	48 m-cy – 40 pkt	60,00 pkt	51,41 pkt	20,00 pkt	12,63 pkt	84,04 pkt

Uzasadnienie wyboru ofert:

Zamawiający wybrał Wykonawcę którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ, jest zgodna z w/w Ustawą, nie podlega odrzuceniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium – uzyskała największą ilość punktów. Wykonawca wykazał, że spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

Jednocześnie Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, informuje o:

1. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.
Zamawiający nie przewidywał zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
2. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.
Zamawiający nie przewidywał zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
3. Unieważnieniu postępowania: nie dotyczy.
Postępowanie nie zostało unieważnione. Postępowanie zakończone jest wyborem najkorzystniejszej oferty.