

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot: przetargu nieograniczonego na: Dostawę jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego przetargu i zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Pakiet 4

Poz 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego tj. Czepka do mycia głowy pacjenta - czepek nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, dwuwarstwowa struktura czepka z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Instrukcja użycia w języku polskim dołączona do opakowania zbiorczego. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza równoważne produkty, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

Pytanie 2

Pakiet 4

Poz 2

Czy Zamawiający oczekuje, aby czepek posiadał dwuwarstwową strukturę z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej dla wygodniejszego stosowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 3

Pakiet 4

Poz 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego tj. Zestawu do toalety jamy ustnej zawierającego w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie 4

Pakiet 4

Poz 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05.11.2010r, które mówi, że każde urządzenia stosowane przez naturalne otwory ciała muszą być zarejestrowane w klasie IIa, zestaw do toalety jamy ustnej był zarejestrowany w klasie IIa?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

p.o. DYREKTOR
Witold Stasiak