

**WOJEWÓDZKI SZPITAL**  
Im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu  
**SEKCJA ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH**  
39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1, woj. podkarpackie  
tel./fax 15 812 32 08  
NIP 867-18-81-486 Regon 000342573

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA  
ORAZ  
ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY**

**Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 130 000 zł w trybie procedury porównanie cen na: Usługa naprawy tomografu komputerowego Toshiba Aquilion S16 GCB 05Y2466 z 2005 roku użytkowanego przez Zakład Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.**

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści do opisu przedmiotu zamówienia i zaproszenia do złożenia oferty dla w/w postępowania, i w odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1.**

Mając na uwadze specyfikę sprzętu, aby zapewnić odpowiednią jakość, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby moduł SRU-L będący przedmiotem postępowania, był fabrycznie nowy, oraz musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybutora producenta tomografu komputerowego Aquilion S16 na Europę?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 2.**

Dotyczy zapisów Zaproszenia, zał. nr 2 Projekt Umowy § 4 ust. 1:

Prosimy o doprecyzowanie i dopisanie w/w punktach o zapis „dni robocze”.

usługa naprawy tomografu komputerowego Toshiba Aquilion S16 GCB 05Y2466 z 2005 roku użytkowanego przez Zakład Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia „Projekt umowy”, stanowiący załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty w zakresie zmiany § 4 ust. 1, tj.:**

**zmienia zapis: „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.”**

**na zapis „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.”**

**Pytanie nr 3.**

Dotyczy zapisów Zaproszenia, zał. nr 2 Projekt Umowy § 4 ust. 1-4:

Czy Zamawiający w celu dbałości o zapewnienie należytej jakości usług podczas wykonywania zamówienia, będzie wymagał, aby zamówienie było realizowane przez autoryzowanego przedstawiciela Producenta sprzętu i/lub przez osoby posiadające szkolenia Producenta do wykonywania przeglądów technicznych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 4.**

Dotyczy zapisów Zaproszenia, zał. nr 2 Projekt Umowy § 4 ust. 5:

Zwracamy się z prośbą o zmianę gwarancji na wykonaną usługę na 6 miesięcy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 5.**

Dotyczy zapisów Zaprośzenia, zał. nr 2 Projekt Umowy § 4 ust. 6:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie w/w zapisu. Nadmieniamy, że Wykonawca nie wystawia oświadczenia i nie potwierdza ważności oznaczenia CE. Po wykonaniu zamówienia Wykonawca może jedynie wpisać do paszportu, że tomograf jest sprawny. Prosimy również o potwierdzenie czy w chwili obecnej tomograf komputerowy spełnia przesłanki oznaczenia CE.

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia „Projekt umowy”, stanowiący załącznik nr 2 do Zaprośzenia do złożenia oferty poprzez wykreślenie zapisu stanowiącego § 4 ust. 6 „Wykonawca zobowiązuje się po zakończonej realizacji przedmiotu umowy do dostarczenia oświadczenia potwierdzającego, że sprzęt nadal posiada oznaczenie CE.”, jednocześnie informując, że dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

**Pytanie nr 6.**

Prosimy o potwierdzenie czy tomograf komputerowy Aquilion S16 jest sprawny.

**Odpowiedź: Tomograf jest niesprawny, ma uszkodzony moduł SRU-L.**

**Pytanie nr 7.**

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest wymiana modułu SRU-L do tomografu komputerowego, a nie jego naprawa.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga naprawy tomografu.**

**Pytanie nr 8.**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie sytuacji jeżeli po wymianie płyty będzie konieczność naprawy tomografu komputerowego.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7**

**Pytanie nr 9.**

Prosimy o potwierdzenie, że usługa wymiany modułu nie obejmuje wykonania testów specjalistycznych/akceptacyjnych.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga testów specjalistycznych w zakresie wykonywanej naprawy, tj. wymiany modułu.**

Jednocześnie Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zmienia treść zaproszenia do złożenia oferty.

1. Zmienia pkt 9.2) i 9.3) Zaprośzenia do złożenia oferty – Termin złożenia oferty – tj.:

**zmienia zapis:**

2) Termin: Ofertę należy złożyć do dnia: 29.01.2021 r. do godz. 10<sup>00</sup>.

3) Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, zaadresowane do zamawiającego na adres:

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg, oraz opisane:

„Oferta na: Usługę naprawy tomografu komputerowego Toshiba Aquilion S16 GCB 05Y2466 z 2005 roku użytkowanego przez Zakład Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” i klauzulą nie otwierać przed dniem 29.01.2021 r. godz. 10<sup>15</sup>.

**na zapis:**

- 2) Termin: Ofertę należy złożyć do dnia: 01.02.2021 r. do godz. 10<sup>00</sup>.
- 3) Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, zaadresowane do zamawiającego na adres:  
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1,  
39-400 Tarnobrzeg, oraz opisane:  
„Oferta na: Usługę naprawy tomografu komputerowego Toshiba Aquilion S16 GCB 05Y2466 z 2005 roku użytkowanego przez Zakład Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.” i klauzulą nie otwierać przed dniem 01.02.2021 r. godz. 10<sup>15</sup>.

2. Zmienia § 3 ust. 3 Załącznika nr 2 zaproszenia do złożenia oferty – projekt umowy, – tj.:

**zmienia zapis:**

Strony ustalają, że zapłata za realizację umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej po realizacji przedmiotu umowy na podstawie bezusterkowego odbioru.

**na zapis:**

Strony ustalają, że zapłata za realizację umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej po realizacji przedmiotu umowy na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru.

3. Zmienia § 4 ust. 1 Załącznika nr 2 zaproszenia do złożenia oferty – projekt umowy, – tj.

**zmienia zapis:**

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

**na zapis :**

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

4. Zmienia § 4 Załącznika nr 2 zaproszenia do złożenia oferty – projekt umowy, – **przez wykreślenie** § 4 ust. 6

5. Zmienia § 5 ust. 2 Załącznika nr 2 zaproszenia do złożenia oferty – projekt umowy, – tj.:

**zmienia zapis:** Zamawiający może zgłaszać nienależyte wykonanie usługi w terminie miesiąca od dnia ich stwierdzenia (zgłoszenie telefoniczne, potwierdzone faksem na nr .....)

**na zapis:** Zamawiający może zgłaszać nienależyte wykonanie usługi w terminie miesiąca od dnia ich stwierdzenia (zgłoszenie telefoniczne, potwierdzone faksem na nr ..... lub na adres e-mail: .....).

**p.o. DYREKTOR**

*Wiktor Stasiak*