

UROGRAFIA

Należy zabrać ze sobą skierowanie na badanie.

Należy w dniu badania dostarczyć poprzednio wykonywane badania wraz z opisem (m.in. USG, urografia) jeżeli były wykonywane poza Zakładem Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Przygotowanie do badania:

- **Na 2 dni przed badaniem** proszę stosować dietę lekkostrawną, bez napojów gazowanych, bez produktów wzdymających. W tym czasie najlepiej sprawdzą się pokarmy płynne lub półpłynne.
- **W dniu poprzedzającym badanie** należy przyjmować preparat symetykonu (dostępny w aptece bez recepty, np. Espumisan, Simetic, Spumax, Symetykon, Ulgasim, Ulgix), zadbać o wypróżnienie i wypić 2–3 l wody niegazowanej.
- Konieczne może być wykonanie lewatywy w dniu poprzedzającym badanie.
- **W dniu badania**, stosowane stale leki należy przyjąć według zaleceń, popijając niewielką ilością wody niegazowanej, jednak nie później niż 2 godziny przed badaniem.
- Na badanie proszę zgłosić się *całkowicie na czczo* (nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu).

Karmienie piersią nie stanowi przeciwwskazania do wykonania badań z użyciem promieniowania rentgenowskiego, a ekspozycja na promienie RTG w dawce diagnostycznej nie zmienia składu mleka, nie powoduje też jego radioaktywności, dlatego kobieta może karmić piersią bezpośrednio po przeprowadzeniu badania.

Środki urotrópowe podane donaczyniowo są w 99% wydalone przez nerki i wykorzystuje się je do wykonania urografii. Najczęściej stosowanymi preparatami są jodowe środki kontrastujące: niejonowe niskoosmolalne (Iomeron, Omnipaque, Optiray, Ultravist) i dimery niejonowe (Iotrolan, Visipaque). Przeprowadzono mało badań dotyczących bezpieczeństwa ich stosowania w okresie laktacji. Ponieważ nie są one radioaktywne, silnie wiążą się z białkami osocza, mają krótki czas półtrwania i przenikają do mleka matki w ilości prawie nieoznaczalnej uznano, że nie są przeciwwskazane u kobiet karmiących piersią. Ostateczna decyzja o kontynuowaniu bądź zaprzestaniu karmienia należy do matki karmiącej.