

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro w trybie procedury porównanie cen na :
Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów do stabilizacji kręgosłupa dla Wojewódzkiego Szpitala
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
w Tarnobrzegu.

_ Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści do opisu przedmiotu zamówienia i zaproszenia do złożenia oferty dla w/w postępowania, i w odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zapytania do w/w postępowania, dot. projektu umowy:**Pytanie nr 1**

§4 ust. 1 (formularz ofertowy pkt. 4) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy asortymentu narzędziowego dot. poz. 19-32; 85-90 do 30 dni? Z uwagi na to, że narzędzia nie są wyrobami pierwszej potrzeby (w przeciwieństwie do implantów) i ich zakup można z wyprzedzeniem zaplanować, prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówień na narzędzia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 2

§4 ust. 6, 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu opakowań jałowych a tym samym podawania dat ważności asortymentu? Wymagany asortyment tzw. implanty drobne oraz narzędzia standardowo oferowane są w stanie niesterylnym (niejałowym). Dla wyrobów niesterylnych

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dookreśli w §8 ust. 3, 5, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 8 ust. 3 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia „(...) Wykonawca na własny koszt odbierze zareklamowany towar i dostarczy nowy bez wad”

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dookreśli w §8 ust. 4, iż reklamacje jakościowe będą wnoszone w okresie obowiązywania umowy lub 12 m-cy od dnia dokonania dostawy? Obecny zapis wskazuje, iż reklamacje jakościowe są wnoszone w okresie ważności towaru. Z uwagi na okres obowiązywania umowy oraz z uwagi na obowiązujące przepisy dot. określania okresu ważności produktów obecny zapis jest nieprecyzyjny, gdyż nie wszystkie produkty muszą mieć określony termin ważności.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.


Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że przedłuża termin składania ofert.

Termin składania ofert do dnia 04.06.2018 r. do godz.10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.06.2018 r. o godz. 10:15

1 x Wykonawcy wg rozdzielnika

1 x a/a


DYREKTOR
Wiktor Stasiak