

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot: przetargu nieograniczonego na: Dostawę materiałów diagnostycznych i drobnego sprzętu diagnostycznego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego postępowania i zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pakiet nr 3

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane karty dla pozycji 1 do 5 oraz 8 i 9 posiadały mikrokolumny fabrycznie wypełnione odpowiednimi odczynnikami bądź surowicami, zgodnie z opisem profili kart wymaganym przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga, aby podane przez Zamawiającego profile kart dla pozycji 1 do 5 oraz 8 i 9 były dostępne na jednej mikrokarcie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 3

Prosimy o doprecyzowanie zapisu w punkcie nr 1 wymagań granicznych?

Odpowiedź: Zamawiający posiada na własność sprzęt firmy Diamed ID System, a w szczególności wirówki ID Centifuge GS, id pipetów Diamed. Zamawiający wymaga użycia wskazanego sprzętu zgodnie z art. 90 ust.1. Wirówka ID- Centifuge 65/65 Accu, ID Centifuge 125 i ID Centifuge 245 jest urządzeniem wyłącznie służącym do odwirowania ID -Kart.

Pytanie 4

Czy zgodnie z wymogiem punktu nr 6 Zamawiający wymaga, aby kontrola międzynarodowa pochodziła od tego samego producenta co pozostałe pozycje formularza?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie czy w pkt 16 wymagań granicznych nie doszło do omyłki pisarskiej i właściwy opis winien brzmieć „Dla pozycji 4, 5 podać nazwy klonów. Wymagane inne klony D w obu pozycjach oraz RhD wykrywający kategorię DVI+ dla poz 4 oraz DVI- dla poz.5”, na co wskazuje opis zawarty w formularzu cenowym – kolumna „Nazwa asortymentu”?

Odpowiedź: Zapis powinien brzmieć „Dla pozycji 4,5 podać nazwy klonów. Wymagane inne klony D w obu pozycjach oraz RhD wykrywający kategorie DVI + dla poz. 4 oraz DVI – dla poz.5

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie czy pkt 17 wymagań granicznych należy rozumieć, że Zamawiający w poz. 1 formularza wymaga odczynnika wykrywającego kategorię DVI+, a w poz. 2 formularza odczynnika niewykrywającego kategorii DVI-, zgodnie z opisem produktów w kolumnie „Nazwa asortymentu”?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza

Pytanie 7

Prosimy o wyjaśnienie czy w poz. 12 formularza cenowego (zał. nr 2 do SIWZ) Zamawiający wymaga zaoferowania 5 op., każde po 500 ml Odczynnika LISS?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie w czy w poz. 11 formularza cenowego (zał. nr 2 do SIWZ) Zamawiający wymaga odczynnika do weryfikacji słabej ekspresji antygeny D w ilości na 100 oznaczeń i w kolumnie j.m. zamiast szt. winno być oznaczenie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 9

Czy w związku z wymogiem, o którym mowa w pkt 14 wymagań granicznych: „Walidacja posiadanego sprzętu jeden raz w roku na koszt Wykonawcy”, Zamawiający wymaga, aby usługi te były wykonywane przez upoważnione przez producenta sprzętu podmioty, które posiadają dostęp do instrukcji serwisowych urządzeń oraz części zamiennych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 10

Prosimy o wyjaśnienie czy ze względu na specyfikę asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej oraz cykl produkcyjny wymaganych odczynników, zwłaszcza produktów krwinkowych, Zamawiający dopuści w zakresie pakietu 3, aby dostawy odbywały się średnio raz na miesiąc wg załączonego do oferty harmonogramu dostaw na dany rok, kryterium oceny ofert „termin częściowy realizacji zamówienia” dla pakietu 3 będzie dotyczył dostaw pilnych „na cito, zgodnie z deklaracją wykonawcy w ofercie max do 3 dni od daty złożenia zamówienia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 11

Pakiet 5

W związku z chęcią uczestnictwa mojej firmy w postępowaniu WSz – II.4.291.13.2019 wnioskujemy o wydzielenie z Zadania nr 5 pozycji 16 i utworzenie odrębnego zadania. Skumulowanie różnych produktów w jednym pakiecie wyklucza udział w postępowaniu niektórych wykonawców. Może sugerować to możliwość wystartowania jednego dostawcy, co jest naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. W orzecznictwach Pzp podkreśla się, że nie jest poprawnie, kiedy wszystkie produkty w danym pakiecie może dostarczyć jeden przedsiębiorca. Wydzielenie produktów do osobnego pakietu pozwoli uzyskać zamawiającemu tańsze produkty, w stosunku do tego jakie uzyska od jednego wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie 12

Proszę o informację, czy w pakiecie 4 odczynniki laboratoryjne poz. 11 Zamawiający wymaga realizacji 250g błękitu alcajanu w proszku, czy może chodzi o 250ml gotowego roztworu?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o błękit alcajanu w proszku.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przez Wykonawcę w Pakiecie nr 2 pozycji 2 odczynnika Standard anty-D z terminem ważności 24 miesiące od daty produkcji a jeśli warunki przechowywania odczynnika są zgodne z instrukcją producenta, po otwarciu buteleczek z odczynnikiem, produkt ma być stabilny i zachowuje 100% czułości oraz 100% specyficzności do 12 miesięcy od czasu otwarcia buteleczki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przez Wykonawcę w pakiecie nr 2 poz. 14 Odczynnika anty-IgG (surowicę)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 15

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 16

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 17

Prosimy o modyfikację zapisów § 7 ust. 1-4 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 18

Dotyczy wzoru umowy:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §8, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą zgodnie i niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 5% wynagrodzenia netto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

Pytanie 19

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie i zmienia projekt umowy.

Pytanie 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pakietów, na które będzie składana oferta?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

Pytanie 21

W związku z obecnie obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) oraz planowanym w sierpniu br. upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych), zwracamy się z prośbą o wskazanie w umowie w § 3 adresu e-mail, na który Wykonawca może przysyłać fakturę w formie elektronicznej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

Pytanie 22**Dotyczy pakietu nr 4 poz. 5**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 5 eozyny alkoholowej o stężeniu barwnika Y <1

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 23**Dotyczy pakietu nr 4 poz. 6**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 6 eozyny wodnej o stężeniu barwnika Y <1

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 24**Dotyczy pakietu nr 4 poz. 8**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 8 klej do nakrywania preparatów w op. po 500ml

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 25**Dotyczy pakietu nr 5 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1 szkiełek podstawowych o wymiarach 26x76 x 1mm zgodnie z normą ISO 8037-1

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 26**Dotyczy pakietu nr 7 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1 Ksyleny w opakowaniach po 5L

Odpowiedź: Zamawiający wymaga op. 1l. ale dopuszcza op. 5l. z przeliczeniem zamówionej ilości pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na tego typu asortyment.

Pytanie 27**Dotyczy pakietu nr 7 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 2 alkoholu 99,9% w opakowaniach po 5L

Odpowiedź: Zamawiający wymaga op. 1l. ale dopuszcza op. 5l. z przeliczeniem zamówionej ilości pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na tego typu asortyment.

Pytanie 28**Dotyczy pakietu nr 7 poz. 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 3 alkoholu 96% w opakowaniach po 5L

Odpowiedź: Zamawiający wymaga op. 1l. ale dopuszcza op. 5l. z przeliczeniem zamówionej ilości pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na tego typu asortyment.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Termin składania ofert do dnia 11.03.2019 r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.03.2019 r. o godz. 09:15.