

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro w trybie procedury porównanie cen na Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”.

– Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści do opisu przedmiotu zamówienia i do załącznika nr 2 zaproszenia do złożenia oferty dla w/w postępowania, i w odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Pakiet 2 Czujnik do pomiaru Spo2

Prosimy Zamawiającego o naniesienie zmiany w zapisie w pozycji 1 „Gwarancja 24 miesiące” na „Gwarancja 6 miesięcy”. W związku z tym, iż części zużywalne takie jak między innymi czujnik typu klips na palec podlegają gwarancji uznanej przez Producenta Firmy Masimo – do 6 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 2

Pakiet 1

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności produkt o następujących parametrach?

- Video laryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 2,4’
- Wyświetlacz LCD umieszczony w stałej pozycji przez co jest urządzeniem mało podatnym na uszkodzenia mechaniczne
- Posiadający wbudowany tor wizyjny z kamerą CMOS i źródłem światła LED
- System zarządzania energią wyłączający urządzenie po 1 min.
- Wskaźnik LED stanu naładowania baterii, informujący o zbliżającym się rozładowaniu baterii i konieczności jej wymiany.
- Zasilany na standardowe baterie alkaliczne AAA zapewniającej min. 90 minut pracy urządzenia.
- Waga videolaryngoskopu z łyżką ok 220g (w zależności od rozmiaru łyżki)
- Dostępne łyżki mikrobiologicznie czyste w rozmiarze:1,2,3. Łyżki w rozmiarze 2 i 3 występują w wersji z kanałem lub bez.
- Dostępne łyżki przeznaczone do stosowania w trudnych i bardzo trudnych intubacjach z kanałem w rozmiarze 2 i 3
- Na wyposażeniu łyżki mikrobiologicznie czyste wykonane z polimeru optycznego do zastosowań medycznych rozmiar 3 – 6 sztuk
- Gwarancja 24 miesiące
- Elektroniczne urządzenie emitujące światło w bliskiej podczerwieni / czerwonym świetle, przeznaczone do użycia jako pomoc podczas procedur trudnych intubacji przeprowadzanych przy pomocy urządzeń video – 6 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 3

Pakiet 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 Wideolaryngoskop do trudnej intubacji dopuści urządzenie, które nie posiada serwisu pogwarancyjnego oraz nie posiada dostępności i możliwości zakupu części zamiennych

(wyłączając baterie) oraz wyposażenia eksploatacyjnego przez okres minimum 10 lat od daty dostawy sprzętu ?

Pozostałe parametry techniczne bez zmian.

Pragniemy wyjaśnić , iż w przypadku jakiegokolwiek usterki/awarii urządzenie zostanie wymienione na fabrycznie nowe.

Powyższe postępowanie wynika z faktu, iż koszt naprawy jest niewspółmiernie wysoki względem nowego urządzenia. Z części zamiennych w okresie pogwarancyjnym dostępne są wyłącznie baterie. Czas działania baterii jest określony w specyfikacji i wynosi on 250 minut.

Dodatkowo pragniemy poinformować, iż czas gwarancji zostanie wydłużony dla Zamawiającego do 36 miesięcy.

Wszelkie koszty związane z dostawą nowego urządzenia w przypadku awarii/usterki będą leżały po stronie wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 4

Pakiet 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy wideolaryngoskopu o minimalnie różniących się parametrach n/w:

poz. 6 - czas działania min. 120 min.

poz. 8 - waga urządzenia ok. 320g

2. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zapisu w pkt. 9, ponieważ producent go nie określa.

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pkt. 7 baterię z żywotnością ok. 3 lat.

POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że przedłuża termin składania ofert.

Termin składania ofert do dnia 26.03.2019 r. do godz.11:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.03.2019 r. o godz. 11:15.

1 x Wykonawcy wg rozdzielnika

1 x a/a